

AVVISO DI RETTIFICA CAPITOLATO TECNICO

OGGETTO: PROCEDURA PER COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA CON FORMULA “CHIAVI IN MANO” DI SISTEMA DI MONITORAGGIO PER TERAPIA INTENSIVA CARDIOLOGICA OCCORRENTE ALLA UOC UTIC E CARDIOLOGIA INTENSIVA DEL P.O. DI PESCARA, INDETTA CON DETERMINA N. 519 DEL 3 LUGLIO 2014

SCADENZA 13 AGOSTO 2014-ORE 13:00

CIG N. 58427684AE

Si segnala che al punto n. 3 (relativo alle specifiche tecniche), pag. 2, lettera b), il capitolato tecnico della gara in oggetto è rettificato così come segue:

- la dicitura “display LCD per visualizzazione traccia ecg”

deve essere sostituita con

“indicazione di corretta connessione elettrodi”;

- la dicitura “peso tra 100 e 150 g”

deve essere sostituita con

“peso contenuto da consentire facile portabilità”;

- la dicitura “dimensioni contenute (non superiore a 10x8x3)”

deve essere sostituita con

“dimensioni contenute da consentire facile portabilità”;

- la dicitura “cavo a 10 poli”

deve essere sostituita con

“cavo da 6 a 10 poli”.

Il capitolato tecnico viene, pertanto, ripubblicato

F.TO Il Direttore della UOC ABS

d.ssa Tiziana Petrella