

**“PROCEDURA APERTA”, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DI CUI ALL’ART. 55
DEL D.LGS. 163/2006 , PER LA FORNITURA DI UN SISTEMA DI RECORD &
VERIFY, CARTELLA CLINICA INTEGRATA E SISTEMA DI PIANIFICAZIONE
DEL TRATTAMENTO DEL PAZIENTE (TPS) PER LA GESTIONE DEI
TRATTAMENTI RADIOTERAPICI
PER LA UOC RADIOTERAPIA ONCOLOGICA DEL P.O. DI PESCARA**

CIG N. 59327579F2

SCADENZA: 20.11.2014

TERMINE PER LA RICHIESTA DI CHIARIMENTI: 06.11.2014

CHIARIMENTI IN PROGRESS

1. A pagina tre del disciplinare di gara si fa riferimento all’importo complessivo della fornitura come pari a € 500.000,00, oltre iva. Sempre alla stessa pagina si indica anche che potrebbe essere aumentato ad € 600.000,00 oltre iva. Ai fini della richiesta del deposito cauzionale provvisorio volevo cortesemente sapere quale importo devo considerare.

RISPOSTA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEL VALORE DEL DEPOSITO CAUZIONALE, L’IMPORTO DA CONSIDERARE E’ IL PRIMO, OVVERO: € 500.000,00.

2. Le chiedo anche se il numero di CIG a cui fare riferimento (anche ai fini del pagamento AVCP) sia il N. 59327579F2 come indicato nella prima pagina del disciplinare.

RISPOSTA. SI CONFERMA IL NUMERO CIG.

3. A pag. 12 del disciplinare di gara si informa che il deposito cauzionale provvisorio dovrà avere validità di 180 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, invece a pag. 19 (rif. articolo 17) si indicano 270 giorni. Mi potrebbe cortesemente indicare quale termine di validità sia corretto?

RISPOSTA: TRATTASI DI REFUSO: IL PERIODO DI VALIDITA' DELLE OFFERTE È PARI AL PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO ALLA PROPRIA OFFERTA, OVVERO 180 GIORNI (DAL TERMINE ULTIMO PER IL RICEVIMENTO DELLE OFFERTE), IN CONFORMITA' A QUANTO RIPORTATO SUL BANDO PUBBLICATO SU GUCE

4. Nel documento "Modulo 1 Dichiarazione Unica" ai punti 35 – 36 – 37 e 38 (più sotto indicati), vengono riportati stati/fatti di cui si chiede il nostro avallo. Non ci sembrano applicabili alla natura dell'appalto in corso, ma chiediamo in ogni caso una vostra pronuncia su come procedere nella compilazione del documento in questione.

RISPOSTA. TRATTASI DI MERO REFUSO: SI PREGA DI NON CONSIDERARE E, QUINDI, DI BARRARE TALI PUNTI.

5. In relazione al requisito di capacità tecnica indicato nel disciplinare di gara :*" Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, ai sensi del DPR 445/00, del legale rappresentante che attesti di avere svolto negli ultimi 3 anni (2011- 2013) servizi di fornitura, avvio e manutenzione di sistemi informatici analoghi a quelli oggetto della presente gara,*",
- a. *di precisarne il contenuto ,*
 - b. *di provvedere all'inserimento dello stesso nel sistema AVCPASS, in cui risulta non presente..*

RISPOSTA.

IN RELAZIONE AL QUESITO SUB A), SI PRECISA CHE SISTEMI INFORMATICI ANALOGHI A QUELLI OGGETTO DELLA PRESENTE GARA, SI INTENDONO SISTEMI INFORMATICI IN GRADO DI GESTIRE TUTTE (NESSUNA ESCUSA) LE SEGUENTI ATTIVITA': PIANIFICAZIONE, EROGAZIONE, CONTROLLO E VERIFICA DEI TRATTAMENTI RADIOTERAPICI PER SINGOLO PAZIENTE, OLTRE ALLA REPORTISTICA DEI DATI MEDESIMI ALL'INTERNO DI UNA "CARTELLA RADIOTERAPICA", PER SINGOLO PAZIENTE.

IN REAZIONE AL QUESITO SUB B), SI PRECISA CHE SI PROCEDERA' IMMEDIATAMENTE ALL'INSERIMENTO NEL SISTEMA AVCPASS.

6. Titolo I – Capitolato generale d'appalto – art. 1.

Si chiede di precisare cosa si intenda per *"integrazione con i sistemi ospedalieri di prenotazione e anagrafica dovrà prevedere le modalità di invio delle prestazioni effettuate necessarie per la completa gestione ai fini amministrativi (CUP)"*.

RISPOSTA. SI INTENDE LA POSSIBILITA' DI ACQUISIZIONE DEI DATI ANAGRAFICI DEI PAZIENTI, DAL SISTEMA DI PRENOTAZIONE AZIENDALE, MEDIANTE INTERROGAZIONE HL7. NON È RICHIESTO IL SUCCESSIVO INVIO DELLE PRESTAZIONI RADIOTERAPICHE EROGATE AL PAZIENTE, AL SISTEMA DI PRENOTAZIONE AZIENDALE.

7. Si chiede di conoscere il luogo in cui potrà essere posizionato il server da fornire.

RISPOSTA: IL SERVER DOVRA' ESSERE POSIZIONATO NEL LOCALE DELLA UOC RADIOTERAPIA, AVENTE ATTUALMENTE ANALOGA DESTINAZIONE. IL SERVER DOVRA' ESSERE DOTATO DI APPARECCHIATURA DI REFRIGERAZIONE A CORREDO, SE NECESSARIO.

8. Art . 4 "fatturazione e pagamento"

Il capitolato di gara riporta le seguenti indicazioni per il pagamento di assistenza, manutenzione e formazione:

1.2. attività di assistenza, manutenzione e formazione nel periodo di garanzia biennale: con cadenza bimestrale in misura pari al 90% del canone bimestrale, entro 60 gg dal trentesimo giorno successivo al bimestre di riferimento;

1.3. attività di assistenza, manutenzione nel periodo triennale, successivo al periodo biennale di garanzia: con cadenza bimestrale in misura pari al 90% del canone bimestrale, entro 60 gg dal trentesimo giorno successivo al bimestre di riferimento

RISPOSTA: All'art. 4 del capitolato d'appalto, viene inserito il seguente:

1.4. il restante 10%, relativo ai punti 1.2 e 1.3, verrà erogato a cadenza annuale, previa verifica del livello di servizio contrattuale, di cui al successivo articolo 9, entro 60 gg dalla fine dell'anno solare di riferimento.

9. In relazione a quanto specificato a pag . 4 del capitolato generale d'appalto, ed in particolare al seguente passaggio: "in funzione dello sviluppo tecnologico del reparto la ditta dovrà garantire il funzionamento della fornitura con i principali acceleratori lineari in commercio all'atto del aggiudicazione", si chiede di precisare il dettaglio della dichiarazione che la ditta dovrà fornire (es. elenco dei modelli dei linac compatibili ecc.).

RISPOSTA : DOVRA' ESSERE SPECIFICATO L'ELENCO DEI MODELLI DI ACCELERATORI LINEARI COMPATIBILI.