

**OGGETTO: PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA CONCLUSIONE DI
UN ACCORDO QUADRO (ART. 59**

**D. LGS. N. 163/2006) PER LA FORNITURA DI FORNITURA DI
MICROINFUSORI E RELATIVO MATERIALE DI**

CONSUMO

CIG: 5960638 A13

SCADENZA OFFERTE 24 FEBBRAIO 2015

CHIARIMENTI IN PROGRESS

SONO STATE APPORTATE ALCUNE MODIFICHE AL DISCIPLINARE DI GARA E AL CAPITOLATO DI GARA.

CONSEGUENTEMENTE:

1. VENGONO RIPUBBLICATI DETTI DOCUMENTO (NELLA VERSIONE REV. 1),

2. SONO STATI FISSATI I SEGUENTI NUOVI TERMINI:

- **Nuovo termine ricevimento offerte: 24/02/2015, ore 13.00**
-
- **Termine pubblicazione chiarimenti (ricevuti in tempo utile): 16 febbraio 2015**

3. In tutti e tre lotti viene richiesta la seguente caratteristica:

"MICROINFUSORI- Caratteristiche tecniche generali. - precisione (accuratezza nell'erogazione ,cioè percentuale di scarto dell'erogazione dell'insulina U 100 dichiarata dal costruttore) <+/- 5% della velocità di flusso basale"

Tale caratteristica identifica un solo prodotto presente sul mercato. Richiediamo che venga modificato il parametro percentuale in "<" o "=" (minore o uguale)

RISPOSTA: NON E' POSSIBILE ACCOGLIERE LA RICHIESTA, IN QUANTO TRATTASI DI DATO DI "ACCURATEZZA", DA MISURARE.

4. Per tutti e tre i lotti viene richiesto di formulare l'offerta esplicitando espressamente il costo di serbatoi e set infusionali. Chiediamo che la richiesta di offerta venga modificata prendendo in considerazione prodotti offerti in KIT.

RISPOSTA: IL DISCIPLINARE NON PRESCRIVE UNA MODALITA' DI COMPILAZIONE DELL'OFFERTA NEL SENSO INDICATO, MA SOLO CHE IL PREZZO DEI PRODOTTI OFFERTI NON SUPERI IL PREZZO POSTO A BASE D'ASTA PER CIASCUNO DI ESSI. NEL CASO DI PRODOTTI RICOMPRESI IN KIT, IL PREZZO DI QUEST'ULTIMO NON DOVRA' ESSERE SUPERIORE ALLA SOMMA DEI PREZZI POSTI A BASE D'ASTA PER CIASCUN COMPONENTE IL KIT.

RETTIFICHE

"MICROINFUSORI- Caratteristiche tecniche generali. - precisione (accuratezza nell'erogazione ,cioè percentuale di scarto dell'erogazione dell'insulina U 100 dichiarata dal costruttore) <+/- 5% della velocità di flusso basale".

Il parametro <+/- 5% viene modificato in <= +/- 5%

QUESITI

5. con riferimento alla procedura di gara di cui in oggetto, con la presente volevamo segnalare che la richiesta di una ulteriore fidejussione di 700,00.= oppure l'aumento di quella standard non appare in linea con quanto normato dallo stesso art. 39 del D.L 90/2014.

Invero il predetto articolo, prevede che in caso di mancanza, incompletezza o irregolarità, relativi ad elementi ESSENZIALI, nelle dichiarazioni di cui all'art. 38 del codice degli appalti, la S.A.sia obbligata ad assegnare al concorrente un termine (non superiore a 10 gg) per procedere alla regolarizzazione e/o integrazione. Solo in tal caso, infatti, il concorrente sarà obbligato al pagamento di una sanzione pecuniaria. Ed in ogni caso il versamento di tale sanzione è garantito dalla stessa cauzione provvisoria.

La norma, infatti, non prevede né la costituzione di un'ulteriore fidejussione né tantomeno "un'estensione" della cauzione ex art. 75, specificando, infatti, che in caso di irregolarità ESSENZIALI, la sanzione pecuniaria verrà prelevata direttamente dalla cauzione provvisoria ex art. 75. Pertanto, anche in considerazione di quanto sopra descritto, con la presente chiediamo, che non venga richiesta una ulteriore fidejussione di € 700,00.= (oppure l'aggravio della fidejussione standard di € 7.000,00.= ridotta del 50%) in quanto non prevista.

RISPOSTA. In riferimento alle osservazioni formulate, questa Amministrazione **NON** condivide l'interpretazione fornita da codesta Ditta dell'art. 39 e, pur tuttavia, conviene che il tenore letterale della norma - secondo la quale il versamento della sanzione è garantito dalla cauzione provvisoria - dà luogo a dubbi interpretativi sulle modalità di calcolo della cauzione stessa.

Pertanto, si dispone, a modifica di quanto contenuto nel Disciplinare di gara – che prevede un incremento del valore della cauzione provvisoria rispetto a quello già previsto dall'art. 75 a corredo dell'offerta - che è facoltà delle Aziende partecipanti non procedere alla presentazione della cauzione dell'importo maggiorato indicato nel Disciplinare, precisando, a completamento , che, nel caso debba procedersi alla escussione della cauzione (per applicazione della sanzione), il concorrente dovrà procedere immediatamente alla sua integrazione, a pena di esclusione.

5. in riferimento alla procedura di gara di cui in oggetto, con la presente siamo a richiedere il seguente chiarimento di tipo economico:

NEL LOTTO N. 1

l'importo a base d'asta dei serbatoi è pari ad € 7,00.=

mentre

NEL LOTTO N. 3

l'importo a base d'asta dei serbatoi è pari ad € 5,00.=

offrendo la ns. azienda lo stesso codice per entrambi i lotti, chiediamo ove possibile, l'innalzamento del base d'asta per i serbatoi del lotto n. 3 ad € 7,00,.,=, oppure consci di non poter offrire prezzi diversi per i serbatoi del lotto 1 e lotto 3, proporremo di inserire per tale voce il prezzo a base d'asta di € 6,00.= per entrambi i lotti.

RISPOSTA: SI ACCONSENTE AD APPORTARE LA MODIFICA DEL PREZZO A BASE D'ASTA PER I SERBATOI DEI LOTTI 1, 2 E 3, PONENDO PER ENTRAMBI IL PREZZO A BASE D'ASTA DI € 6,00, OLTRE IVA.