



**Procedura negoziata per cottimo fiduciario per l'acquisto di attrezzature per la UO di Fisica Sanitaria Fornitura di apparecchiature e dispositivi per esecuzione controlli di qualità e misure dosimetriche in Radiologia.**

**SCADENZA 29 APRILE 2015, H. 13:00.**

**CHIARIMENTI**

1. Con riferimento alla procedura in oggetto con la presente si richiede il seguente chiarimento:

Relativamente al LOTTO 1 nel Capitolato Tecnico (pag 2 punto 4. Settore radioprotezione) indicate la \*Possibilità\* di aggiungere una sonda per misure di radioprotezione. Vuol dire che lo strumento che offriremo dovrà avere questa possibilità o volete che sia anche quotata, quale accessorio opzionale, l'eventuale sonda che si può aggiungere? In questo caso, l'accessorio opzionale potrà ritenersi escluso, come prezzo, per il conteggio dell'importo dato a base d'asta?

**RISPOSTA: SI RICHIEDE LA MERA POSSIBILITÀ DI IMPLEMENTAZIONE DELLO STRUMENTO CON LA SONDA DEL TIPO INDICATO, NEL CASO IN CUI DOVESSE RENDERSI NECESSARIO EFFETTUARE QUESTO TIPO DI MISURE.**

**TRATTANDOSI DI MERA OPZIONE, NON NE È RICHIESTA LA QUOTAZIONE .**

2. Con riferimento alla procedura richiamata in oggetto, con la presente si porge il seguente quesito: Lotto n.7 – CT fantoccio Conico: si richiede la conferma della forma geometrica del fantoccio richiesto e maggiori dettagli relativi alle sue dimensioni.

**RISPOSTA: TRATTASI DI FANTOCCIO A FORMA DI TRONCO DI CONO A BASE ELLITTICA PER MISURE DI MODULAZIONE DOSE EROGATA (FUNZIONAMENTO AEC) DELLA TC.**

**IL FANTOCCIO DEVE AVERE L'ALLOGGIAMENTO PER CAMERA "PENCIL" PER LE MISURE DI DOSE. LA DIMENSIONE DA SIMULARE È QUELLA DI UNA PORZIONE (DI LUNGEZZA 25-35 CM) DEL TORACE-COLLO PAZIENTE STANDARD (ADULTO 1.7 M DI ALTEZZA 70 KG DI PESO) AI SENSI DEL D. LGS. 187/00.**

F. to Il Direttore della UOC ABS  
Tiziana Petrella