

**PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA “CHIAVI IN MANO” DI UN
ACCELERATORE LINEARE MONOENERGIA, DA INSTALLARE PRESSO LA STRUTTURA
COMPLESSA DI RADIOTERAPIA ONCOLOGICA DELLA AZIENDA USL PESCARA**

NUMERO GARA (AUTORITA' DI VIGILANZA

Delibera di indizione n 173 del 18.2.2015

DISCIPLINARE DI GARA

G.U.R.I. n. 31 del 13/03/2015.

- CIG 6167531795;

- Termine ricezione offerte: 14/05/2015 ora 13.00;

- Data di spedizione del presente avviso alla GUCE: 09/03/2015.

Termine scadenza pubblicazione chiarimenti: 4 maggio 2015

CHIARIMENTI

1) Si richiedono i progetti strutturali e architettonici del bunker: spessori delle pareti, del solaio di copertura e soletta di calpestio, nonché la tipologia di fondazioni. Se possibile in formato in DWG;

RISPOSTA: VIENE PUBBLICATA LA PIANTINA DEL BUNKER, IN FORMATO DWG, CON LA PRECISAZIONE CHE IL FATTORE DI SCAL UTILIZZATO PER LA RAPPRESENTAZIONE È 1 M = 1

2) Si richiedono i progetti dell'impianto di climatizzazione del bunker e dei locali adiacenti. (schema funzionale, distribuzione canali aria, caratteristica dell'unità di trattamento aria, sistema di regolazione, relazione di progetto);

RISPOSTA: GLI SCHEMI DELL'IMPIANTO POTRANNO ESSERE VISIONATI INSEDE DI SOPRALLUOGO (ING. G. D'ONOFRIO)

3) Si richiede dove poter prelevare tensione per alimentare il nuovo quadro elettrico per una potenza di 90 kVA e la tipologia di alimentazioni presenti (preferenziale/rete/continuità).

RISPOSTA: SARA' CURA DELL'AMMINISTRAZIONE, IN ESITO ALLA AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA, INOLTRE RICHIESTA ALL'ENTE GESTORE DI FORNIRE IDONEA

POTENZA PER IL PERFETTO FUNZIONAMENTO DELLE APPARECCHIATURE IN QUESTIONE.

4) Si richiede dove poter posizionare all'esterno, un gruppo frigo della potenza frigorifera di 25 kW, delle dimensioni di 1,50x1,00x1,20h (.m) e del peso di 200 Kg.;

RISPOSTA: TALE VERIFICA E CONSEGUENTE INDICAZIONE SARÀ SVOLTA IN ESITO ALLA AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA.

5) Si richiede dove e' ubicato il rack di piano della trasmissione dati;

RISPOSTA: NEL CORRIDOIO STUDI MEDICI DELLA U.O. DI MEDICINA NUCLEARE

6) Si chiede di confermare, con riferimento Al Punto 57 Vs. Allegato 2°, che la tavola in fibra di carbonio CIVCO UCT LE sia di tipo universale e non esplicitamente legata alla fornitura di un Sistema Protura.

RISPOSTA: SI CONFERMA CHE LA TAVOLA CIVCO UCT LE NON È LEGATA ALLA FORNITURA DEL SISTEMA PROTURA