

Procedura aperta finalizzata alla sottoscrizione di un accordo quadro con più operatori, uno per ciascun lotto di gara, di durata triennale, per la fornitura di "Endoprotesi ed accessori", per la U.O di Chirurgia vascolare del P.O. di Pescara, in conto deposito.

CIG: 6176634F9B

scadenza ore 13:00 del giorno 20 / 05 / 2015

Termine per la ricezione delle richieste di chiarimenti 08/05/2015

G.U.R.I. n. 34 del 20/03/2015.

RETTIFICA N. 1

SI SEGNA LA PRESENZA DI UN REFUSO A PAGINA 12 DEL DISCIPLINARE DI GARA, LADDOVE SONO STATI RIPORTATI I SEGUENTI PUNTI:

- a7) copia di: disciplinare, capitolato e schema di contratto estimatorio, sottoscritti per accettazione;*
- a8) elenco dei lotti cui si partecipa.*
- n.b. ogni 1pecial1 dovrà essere presentato 1pecia l'ordine sopra indicato e recare nel frontespizio le lettere di riferimento, come sopra elencate, per un'agevole identificazione dello stesso.*
- A6) schema di contratto di conto deposito, sottoscritto per accettazione;*
- a7) dichiarazione di accettazione del disciplinare di gara e del capitolato 1pecial (e loro allegati).*

CHE VENGONO COSÌ RETTIFICATI

- A 7) schema di contratto di conto deposito, sottoscritto per accettazione;***
- A 8) dichiarazione di accettazione del disciplinare di gara e del capitolato 1pecial (e loro allegati) e dei chiarimenti pubblicati.***

RETTIFICA N. 2

E' stata verificata la presenza di refusi nella descrizione dei lotti, eliminate nei documenti Allegati a e B, che vengono ripubblicati.

RETTIFICA N. 3

La campionatura dovrà essere prodotta in confezione primaria, chiusa, non sterile .

RETTIFICA N. 4

Si comunica che è stato rettificato rettificare il disciplinare di gara indetto con Deliberazione del Direttore generale n. 205 del 25.02.2015, per prevedere che:

1. La procedura, riconducibile al c.d. "Accordo quadro" disciplinato dall'art. 59 del D.Lgs. n. 163/06 t.v. con particolare riferimento ai punti 5. e 6. del medesimo articolo, non sia finalizzata all'individuazione di un unico aggiudicatario, ma attraverso di essa si pervenga alla selezione, per ciascun lotto di gara, di più soggetti ritenuti idonei a fornire alla Asl di Pescara, degli impianti oggetto di gara.
2. Per ciascun lotto di gara, saranno dichiarati aggiudicatari in via provvisoria e, quindi, ammessi alla sottoscrizione dell'accordo quadro, tutti i concorrenti che, avendo superato tutte le fasi, risulteranno in possesso dei requisiti soggettivi e di prodotto ed avranno ottenuto un punteggio complessivo di 60 punti.
3. Con gli operatori economici sottoscrittori dell' (unico) accordo quadro saranno stipulati, nel periodo di validità dell'accordo e per ciascun lotto in cui è suddivisa la fornitura, specifici contratti di fornitura che, per ciascun lotto , saranno aggiudicati a favore a favore della Ditta:
 - I. che avrà proposto il prezzo più basso, a parità di idoneità tecnica, desunto dalle offerte economiche;
 - II. i cui prodotti fossero ritenuti, secondo motivata dichiarazione del sanitario utilizzatore, maggiormente idonei ad usi specialistici cui gli stessi fossero, indipendentemente dalla graduatoria di prezzo.
 - III. In caso di parità di prezzo e di idoneità tecnica, verrà adottato un meccanismo di rotazione tra gli operatori interessati.

CHIARIMENTI

1. Facciamo riferimento alla procedura di cui all'oggetto, per chiedere chiarimenti in merito alla CAMPIONATURA da presentare a corredo dell'offerta (art. 10 del Capitolato). Da Capitolato viene richiesta la presentazione di n. 1 Campione per ogni prodotto offerto. Si prega di specificare cosa si intende per "ogni prodotto offerto" . Nello specifico, se per l'esecuzione di un impianto di endoprotesi addominale vengono offerti Corpo Principale ed Estensione Controlaterale, è necessario presentare n. 1 campione per il Corpo Principale e n. 1 campione per l'Estensione Controlaterale?

RISPOSTA: SI CONFERMA

2. LOTTO 1: Endoprotesi per il trattamento degli aneurismi dell'aorta addominale e dei vasi iliaci:

Endoprotesi modulari realizzate in PTFE e supporto esterno in Nitinolo. Sistema di fissaggio sottorenale. Possibilità di riposizionamento e rotazione dell'intero device. Posizionamento tramite introduttori separati dalla protesi. Varie misure sia per il corpo protesico che per le estensioni e le cuffie. Impianto: due -tre moduli. si chiede di confermare che con la frase "impianto: due-tre moduli" si intenda un impianto di riferimento/ standard inteso come corpo principale e ramo controlaterale.

RISPOSTA: CON LA FRASE "IMPIANTO DUE-TRE MODULI" SI INTENDE UN IMPIANTO STANDARD CON CORPO PROTESICO E BRANCA CONTROLATERALE.

3.1. LOTTO 3: Endoprotesi per il trattamento degli aneurismi dell'aorta toracica - Endoprotesi tubulari realizzate in PTFE o Dacron e supporto esterno in Nitinolo. Possibilità di Stent prossimale e distale ricoperto o scoperto. Possibilità di configurazione conica. Varie misure. Impianto: uno- due moduli.

Considerato che i dispositivi medici in oggetto (endoprotesi toracica) hanno prezzi diversificati in base alla lunghezza degli stessi, si chiede conferma circa la possibilità di indicare, al fine di rispettare la base d'asta indicata nel Modello Allegato 4- Offerta Economica, il prezzo medio dei dispositivi offerti e poter allegare, a latere, dettaglio prezzi unitari di tutte le lunghezze disponibili.

3.2. LOTTO 4: Endoprotesi per il trattamento degli aneurismi delle arterie periferiche. Endoprotesi realizzate in PTFE e supporto esterno in Nitinolo. Varie misure. Considerato che i dispositivi medici in oggetto hanno prezzi diversificati in base alla lunghezza degli stessi, si chiede conferma circa la possibilità di indicare, al fine di rispettare la base d'asta indicata nel Modello Allegato 4- Offerta Economica, il prezzo medio dei dispositivi offerti e poter allegare, a latere, dettaglio prezzi unitari di tutte le lunghezze disponibili

3.3. LOTTO 5.1: Introduttori. Sistema di introduzione per endoprotesi, vari diametri.

Considerato che i dispositivi medici in oggetto (introduttori) hanno prezzi diversificati in base ai diametri degli stessi, si chiede conferma circa la possibilità di indicare, al fine di rispettare la base d'asta indicata nel Modello Allegato 4 - Offerta Economica, il prezzo medio dei dispositivi offerti e poter allegare, a latere, dettaglio prezzi unitari di tutti i diametri disponibili.

RISPOSTA Lotti 3, 4, 5 : POTRA' ESSERE INDICATO IL PREZZO OTTENUTO COME MEDIA DI TRE MISURE:

- PICCOLA,
- MEDIA,
- GRANDE

I CUI PREZZI DOVRANNO PURE ESSERE INDICATI, IN LISTINO, DA ALLEGARE, UNITAMENTE ALLO SCONTO APPLICATO SUI PREZZI DEL MEDESIMO.

4. CAMPIONATURA da presentare a corredo dell'offerta (art. 10 del Capitolato). Da Capitolato viene richiesta la presentazione di n. 1 Campione per ogni prodotto offerto. Si prega di specificare cosa si intende per "ogni prodotto offerto". Nello specifico, se per l'esecuzione di un impianto di endoprotesi

addominale vengono offerti Corpo Principale ed Estensione Controlaterale, è necessario presentare n. 1 campione per il Corpo Principale e n. 1 campione per l'Estensione Controlaterale?

RISPOSTA: ESATTO

5. - Lotto n. 2 - Nell'allegato n. 4 (Schema di offerta economica rev. 1.0) la colonna R riporta "numero di confezioni necessarie ad esaudire il quantitativo triennale nel numero di impianti".

Dato che, come specificato nell'allegato B, l'impianto completo può essere costituito da due o da tre moduli, si chiede la possibilità di inserire nella colonna R lo stesso numero della colonna C (numero impianti nel triennio) e di conseguenza di poter inserire nella colonna del prezzo unitario (colonna P) il costo ad impianto completo, allegando poi il dettaglio dei prezzi unitari di tutte le lunghezze disponibili.

RISPOSTA: IN TAL CASO, DOVRA' AVERSI CURA DI INDICARE A COLONNA "Q" (NUMERI DI PEZZI A CONFEZIONE), IL VALORE "1" E A COLONNA "S" (PREZZO A CONFEZIONE), LO STESSO VALORE DI COLONNA "Q".

6. In merito a quanto riportato a pagina 13 del Disciplinare di gara, punto 3 rif. Busta B si prega di confermare che per tutto quanto riportato al punto sopra indicato, sia possibile allegare documentazione in lingua originale senza traduzione, trattandosi di certificazioni internazionali (es. dich. CE e ISO).

RISPOSTA: SI CONFERMA

7. Allegato B rev. 1.0, "Criteri di Valutazione" in merito ai lotti 1,2,3,4 al punto "performance a breve e lungo termine" : dal momento che questa valutazione, così come evidenziato, "verrà effettuata anche sulla base della letteratura", si chiede di specificare in quale busta occorre inserire questo materiale. A tal proposito, si specifica che secondo la legge sui diritti d'autore, tale documentazione non potrà essere fornita in copia ma solo un elenco in lingua originale.

RISPOSTA: TUTTO QUANTO OCCORRA PER CONSENTIRE LA VALUTAZIONE QUALITATIVA DOVRA' ESSERE INSERITO NELLA BUSTA B.

E' APPENA IL CASO DI SEGNALARE CHE LA DOCUMENTAZIONE DOVRÀ ESSERE IDOINEA A CONSENTIRE LA VALUTAZIONE, SENZA DIFFICOLTA'.