

Procedura aperta finalizzata all'affidamento della fornitura, in conto deposito, di "Stent coronarici a rilascio di farmaco" per la Cardiologia Interventistica del P.O. di Pescara.

CIG: 62207369BC

Guri n. 46 del 20 aprile 2015

Scadenza 18/06/2015

Termine per la presentazione di richieste di chiarimenti 08/06/2015

Termine per la pubblicazione dei chiarimenti 10/6/2015

CHIARIMENTI E RETTIFICHE

**SI COMUNICA CHE SONO STATI RETTIFICATI E RIPUBBLICATI GLI
ALLEGATI
1 E D**

1. Sul disciplinare di gara , all'art.10 relativo alla CAMPIONATURA il disciplinare indica che l'offerta deve essere perfezionata con l'invio di n. 1 campione non sterile (demo) . Più avanti sempre all'art.10 il disciplinare cita testualmente " I campioni presentati devono corrispondere alle prescrizioni previste dalla Direttiva CEE 93/42 e dalla Legge ed avere una validità di almeno 2/3 della durata" .

RISPOSTA: I CAMPIONI POTRANNO ESSERE "NON STERILI"

2. In merito all'allegato C/9- Lotto n. 2, vi chiediamo di confermare se è tassativo applicare la percentuale di sconto sul prezzo base d'asta.

RISPOSTA: SI PRESUME CHE IL RIFERIMENTO CORRETTO SIA ALL'ALLEGATO D. IN OGNI CASO, SI PRECISA CHE LE OFFERTE DOVRANNO ESSERE FORMULATE IN RIBASSO RISPETTO AI PREZZI POSTI A BASE D'ASTA E CHE, CONSEGUENTEMENTE, SONO ESCLUSE LE OFFERTE ECONOMICHE PARI O IN AUMENTO RISPETTO A QUELLE BASI.

LA PREVISIONE CONTENUTA NELL'ART. 12 DEL DISCIPLINARE DI GARA COSTITUISCE UN PARZIALE REFUSO E VIENE SOSTITUITA CON LA SEGUENTE:
"Determina l'esclusione dalla gara:..... - il fatto che l'offerta economica o quella tecnica sia parziale o condizionata o espressa in modo indefinito, o sia formulata alla pari o in aumento rispetto all'importo a base di gara soggetto a ribasso."

3. In riferimento all'art . 8 del disciplinare di gara A1 Istanza di ammissione alla gara, punti 1 e 2 la

dichiarazione (soggetti indicati nell'art. 38, comma 1, lett.b) del D.lgs. 163/2006) può essere prestata dal Procuratore firmante anche per tutti gli Amministratori muniti del potere di rappresentanza.

RISPOSTA: E' AMMISSIBILE, CON LE MODALITÀ DI CUI ALL'ART. 47 DEL DPR 445/2000.

3. Allegato C Bis, voce 18. Dividendo la quantità quadriennale riportata sull'allegato 1 pari a 1350 pezzi, il risultato è pari a 337,50. Cosa scriviamo indi sull'allegato C Bis alla voce 18 (ossia quantità annuale)?

RISPOSTA: LE COLONNE 18 E 19 DI DETTO ALLEGATO VENGONO ELIMINATE.

4. Con riferimento al contenuto della busta “documenti per l'ammissione alla gara” si chiede, al fine di apporre i corretti riferimenti sul frontespizio di ogni documento presentato, come prescritto, di voler comunicare la corretta numerazione con particolare riferimento al punto A6), Lo stesso infatti corrisponde sia alla “dichiarazione motivata, ai sensi dell'art. 13 comma 5 lett. a) del D.Lgs. 163/2006, relativa a quali informazioni fornite in sede di presentazione dell'offerta costituiscano segreti tecnici o commerciali”, sia al “A6) Schema di contratto di conto deposito, sottoscritto per accettazione” (richiamato alla Vs. nota N.B.).

RISPOSTA: POICHE LO “SCHEMA DI CONTRATTO DI CONTO DEPOSITO” E' RICHIAMATO AL PUNTO A7, NON DOVRA' SEMPLICEMENTE ESSERE CONSIDERATO IL RICHIAMO FATTO AL PUNTO “N.B.”.

2. Con riferimento alla busta “offerta tecnica”, si chiede di voler confermare che il soggetto firmante in originale le schede tecniche debba essere l'offerente e che, dunque, sia sufficiente la firma dell'offerente, anche se non produttore.

RISPOSTA: SI CONFERMA

3. Con riferimento alla busta “offerta tecnica”, al fine di poter presentare, come richiesto da questa Spett.le S.A., ogni documento recante nel frontespizio i numeri di riferimento per un'agevole identificazione degli stessi, si chiede di voler sostituire l'elenco puntato con elenco opportunamente numerato o, in subordine, la possibilità che sia il concorrente stesso a numerare, in ordine cronologico e crescente, i diversi punti elencati.

RISPOSTA.: OVVIAMENTE, SI ACCONSENTE ALLA NUMERAZIONE, AUTONOMA E POSSIBILMENTE, RISPETTOSA DELL'ORDINE RIPORTATO NEL NS ELENCO.

Con riferimento alla “Campionatura” (Art. 10 del Disciplinare di Gara), essendo ammessa nonché richiesta campionatura NON STERILE, si chiede di voler stralciare la dicitura secondo la quale “i campioni presentati devono [...] avere una validità di almeno 2/3 della durata”.

RISPOSTA: TALE PREVISIONE COSTITUISCE UN REFUSO E, PERTANTO, NON VA CONSIDERATA

5. Con riferimento alla relazione resa ai sensi dell'art. 88 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. che il concorrente dovrà inserire nella busta C, si chiede se la stessa dovrà essere inserita sciolta o, a sua volta, posta in un'ulteriore busta chiusa all'interno della busta C.

RISPOSTA. NEL PRECISARE CHE TRATTASI DI PREVISIONE “FACOLTATIVA”, LADDOVE IL CONCORRENTE DECIDESSE DI PRODURLA, LA STESSA DOVRA ESSERE INSERITA, A SCELTA:

- NELLA BUSTA ECONOMICA,
- IN BUSTA SEPARATA, CHIUSA E SIGILLATA, ALL'INTERNO DEL Plico MAGGIORE, OPPORTUNAMENTE ED INEQUIVOCABILMENTE IDENTIFICATA

ED IDENTIFICABILE (TIPO: CONTIENE GIUSTIFICATIVI EX ART, 88 D. LGS 163/2006).

6. per quanto riguarda il lotto 1 sull'allegato D "modulo offerta economica" , a colonna 16 viene richiesto l'importo totale annuale , mentre la colonna 10 riporta la quantità quadriennale.

Come facciamo a moltiplicare il prezzo offerto per 337,5=pezzi annuali ?

RISPOSTA: IL CONTENUTO DELLA COLONNA 16 VIENE RETTIFICATO IN "IMPORTO TOTALE QUADRIENNALE"

7. la bibliografia scientifica può essere presentata in lingua inglese ?

RISPOSTA E' CONSENTITO

8. Nel disciplinare di gare si stabilisce che il punteggio relativo alla QUALITA' è stabilito in essere di 70 punti, mentre all'OFFERTA ECONOMICA sono attribuiti 30 punti in base al ribasso proposto sulla base d'asta. Nel Capitolato Tecnico però per ciascun LOTTO il punteggio Qualità che si desume dalla somma dei parametri che vengono presi in considerazione dalla commissione tecnica sono 60 punti e non 70. Gentilmente può verificare quanto sottoposto e stabilire se la ripartizione è 70/30 oppure 60/40 ?

RISPOSTA: si conferma il punteggio di 70/30, come sotto ripartiti:

LOTTO 1:

STENT CORONARICO, CON POLIMERO BIODEGRADABILE A RILASCIO DI FARMACO DELLA FAMIGLIA DEI LIMUS VERSO LA PARETE VASALE.

PUNTEGGIO DI QUALITA':

- DIAMETRI DA 2.25 A 4.0 mm CON QUARTI DI MISURA, LUNGHEZZE DA 8 A CIRCA 38 mm. PUNTI 15

Il prodotto con il maggior numero di misure, nell'ambito di quelle indicate, otterrà il massimo del punteggio.

- RIDOTTI TEMPI DI DOPPIA ANTIAGGREGAZIONE PUNTI 25

Il prodotto che darà l'indicazione scritta, riportata nelle IFU, al minor tempo di doppia antiaggregazione riceverà il maggior punteggio.

- TEMPO DI ASSORBIMENTO POLIMERO PUNTI 15

I prodotti con il minor tempo di assorbimento del polimero otterranno il massimo punteggio.

- SOVRAESPANDIBILITA' DELLO STENT PUNTI 15

I prodotti che permettono, da scheda tecnica, la maggiore espandibilità dello stent avranno il punteggio maggiore

LOTTO 2:

STENT PREMONTATO IN LEGA DI CROMO COBALTO A RILASCIO DI FARMACO DELLA FAMIGLIA DEI LIMUS SIA ABLUMINALE CHE ENDOLUMINALE, ALTAMENTE FLESSIBILE, A BASSISSIMO SPESSORE DI PARETE, DIAMETRI DA 2,25 A 4.0 mm, LUNGHEZZE FINO A 40 mm

ALMENO.

PUNTEGGIO DI QUALITA':

- **PRESENZA DI DESIGN DELLA MAGLIA DIFFERENZIATO FRA PICCOLI VASI E VASI STANDARD** **PUNTI 24**

Il design differenziato fra piccoli vasi e vasi standard , a garanzia di migliore scaffolding, costituirà elemento preferenziale per l'assegnazione del punteggio

- **BASSO PROFILO DEGLI STRUTS** **PUNTI 23**

Il prodotto che avrà mostrato di avere tale requisito, con prodotto di confronto di alta qualità, otterrà il massimo del punteggio.

- **PRESENZA SULLO STENT DI RIVESTIMENTO PASSIVO PER AUMENTARNE LA BIOCAMPATIBILITA'** **PUNTI 23**

La presenza di rivestimento atto a ridurre il rilascio di ioni metallici costituisce elemento preferenziale per l'assegnazione del punteggio.

LOTTO 3:

STENT CORONARICO NON SLOTTED TUBE IN LEGA CROMO COBALTO A RILASCIO DI FARMACO DELLA FAMIGLIA DEI LIMUS, PER ANATOMIE DIFFICILI, CON RIDOTTA DURATA DI DOPPIA ANTIAGGREGAZIONE

DIAMETRI DA 2.0 A 4.0 mm CON QUARTI DI MISURA.

LUNGHEZZE DA 8 A CIRCA 38 mm.

PUNTEGGIO DI QUALITA':

- **FLESSIBILITA'** **PUNTI 35**

Il prodotto che mostrerà alla prova pratica la massima flessibilità otterrà il maggior punteggio.

- **RIDOTTI TEMPI DI DOPPIA ANTIAGGREGAZIONE** **PUNTI 30**

Il prodotto che darà l'indicazione scritta, riportata nelle IFU, al minor tempo di doppia antiaggregazione riceverà il maggior punteggio.

- **VARIETA' E QUALITA' DI STUDI CLINICI** **PUNTI 5**

Il prodotto che avrà mostrato di essere stato valutato in studi clinici ampi, pubblicati su riviste ad alto impact factor, con lungo follow up, con prodotto di confronto di alta qualità, otterrà il massimo del punteggio

Diametri da 2.25 a 4.0 mm con quarti di misura; lunghezze da 8 mm. a circa 38 mm.

8. 1. BUSTA B - OFFERTA TECNICA

L'allegato C BIS è da rimettere solo su CD-ROM o anche in formato cartaceo ?

RISPOSTA: SI

2. Sia il suddetto allegato (a colonna 12) che il modulo offerta economica (a colonna 8) riportano da riempire i campi denominati "CODICE A BARRE" . Si chiede cortesemente di indicare con quali dati sono da riempire dette colonne.

RISPOSTA: LA COLONNA 12 NON DOVRA' ESSER COMPILATA