



## A TUTTE LE DITTE INTERESSATE

**OGGETTO: Procedura per cottimo fiduciario avente ad oggetto la fornitura in service di sistema automatizzato per la determinazione di FreeBeta HCG e Papp – A per lo screening prenatale di patologie fetali.**

*CIG: Z2C146F9A7*

*Scadenza offerte 9 luglio 2015*

*Scadenza termine richiesta chiarimenti 3 luglio 2015*

*Scadenza termine pubblicazione chiarimenti 30 giugno 2015*

### **PRECISAZIONI E RETTIFICHE**

Al fine di evitare soluzioni di continuità degli standard diagnostico – prestazionali della UO utilizzatrice, è necessario che il sistema proposto per i test di screening per la sindrome di Down consenta di stimarne il rischio mediante la combinazione delle informazioni desunte dall'esame sierologico e dall'esame ecografico. Il software che, a conoscenza di questa Amministrazione è in grado di combinare tali informazioni è quello certificato e/o riconosciuto dalla FMF.

A tal fine, le Ditte concorrenti dovranno, pertanto, a pena di esclusione, presentare documentazione attestante che il sw utilizzato dal sistema proposto, possieda tali caratteristiche.

Il punto 6 dell'elenco contenuto all'art. 2 del capitolato speciale ( SPECIFICHE DEI SISTEMI), viene, pertanto, così integrato:

- 1. Sistema informatico (software) di elaborazione dei dati analitici di laboratorio e ecografia NT per la refertazione, certificato e/o riconosciuto dalla FMF.**