

La Cappa Aspirante Zefiro 180 Inox offerta dalla **DIAPATH SpA** non soddisfa la caratteristica minima indispensabile richiesta al punto 3: "**flusso di aspirazione dei vapori di formalina da sotto il piano di lavoro grigliato (aspirazione dal basso) e dal fronte**" pur proponendo una soluzione "equivalente".

La Cappa Aspirante Zefiro 180 Inox aspira i vapori di formalina attraverso bocchette posizionate sul soffitto e nella parte inferiore della parete frontale e tramite bocchetta posizionata nel vano tecnico posto sotto il piano di lavoro e collegata al sistema di aspirazione centrale della Cappa.

Un sistema aspirante che preveda l' **esclusiva** aspirazione dei vapori di formalina dal basso (piano di lavoro) e dal fronte riduce l' esposizione dell' operatore ai vapori di formalina durante la manipolazione dei campioni biologici.

Pertanto la soluzione tecnica proposta dalla **DIAPATH SpA** come equivalente risulta **NON IDONEA**.

Stf. L.
Favole Maria
Sipone Lupo