

Lotto "1"

Gara di servizio per n. 2 coloratori automatici con monta vetrini integrato e relativo materiale di consumo

DITTE PARTECIPANTI:

- Leica Microsystem S.r.l.
- AHSI SpA

Il Coloratore MULTISTAINER per istologia e citologia (modello Leica HistoCore SPECTRA ST) ed il Monta vetrini per coprioggetto in vetro per istologia (modello Leica HistoCore SPECTRA CV) offerti dalla **Ditta Leica Microsystem S.r.l.** soddisfano le caratteristiche minime indispensabili richieste.

CARATTERISTICHE TECNICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE	CRITERI ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
Coloratore con presenza di sensore di livello reagenti	SI/NO	8
Avvio automatico del processo di colorazione e montaggio dei vetrini senza intervento dell'Operatore mediante l'utilizzo di cestelli con sensore integrato (con diversi colori disponibili)	SI/NO	7
Coloratore con almeno 6 forni ventilati integrati per asciugatura e paraffinatura	6 forni = 5 pt 4 forni = 2 pt	5
Possibilità di utilizzo di cestelli da 30 vetrini	30 vetrini = 6pt 25 vetrini = 4pt 20 vetrini = 2pt	6
Montavetrini con 2 linee di montaggio dei vetrini indipendenti e comunicanti		7
Elevato numero di stazioni utili	50 e più = 5 pt da 49 a 45 = 3pt da 45 a 40 = 2pt	5
Montavetrini con scarto automatico dei vetrini copri-oggetto rotti	SI/NO	5
Vetrini montati restituiti asciutti pronti uso	SI/NO	7
Sistema automatico per la visione ed il controllo del numero dei coprioggetto e quantità di montante presente nella macchina durante il funzionamento		8
Presenza di sistemi di filtraggio dei fumi (filtri on board) e possibilità di connessione diretta al sistema di aspirazione centralizzato.	SI/NO	6
TOTALE		64

Punteggio assegnato alla Ditta Leica Microsystem S.r.l dopo presa visione delle caratteristiche tecniche oggetto di valutazione: 64.

Riparametrizzazione: pt. 70