

Le Centraline di Inclusionione Histostar e le Piastre Fredde offerte dalla **Ditta AHSI SpA** non soddisfano le caratteristiche minime indispensabili richieste ai punti 6, 16 e 18 e pertanto si dichiarano **NON IDONEE**.

	CARATTERISTICHE MINIME INDISPENSABILI RICHIESTE	CARATTERISTICHE OFFERTE NON CORRISPONDENTI
6	Punto freddo piastra fredda (T regolabile -5°C/+5°C)	T + 3/5°C
16	Capienza minima piano raffreddamento 100 cassette standard	70 cassette standard
18	Temperatura minima accettata della piastra fredda -20°C	T regolabile -3°C/-12°C

Alf. L.

Alf. L.

Fabrizio Moccia