

Lotto "2"

Gara di servizio per n. 2 banchi aspirati per il ricevimento e lo stoccaggio dei campioni biologici conservati in formalina e relativo materiale di consumo + n. 2 sistemi di stampa automatica per vetrini

Ditte partecipanti:

- Leica Microsystem S.r.l.
- DIAPATH SpA

Il Tavolo aspirato Bench 1800 e la Stampante per vetrini istologici Leica IPS offerti dalla **Ditta Leica Microsystem S.r.l.** soddisfano le caratteristiche minime indispensabili richieste.

CARATTERISTICHE TECNICHE OGGETTO DI VALUTAZIONE	CRITERI ASSEGNAZIONE PUNTEGGIO	PUNTEGGIO ASSEGNATO
Lunghezza esterna massima 1800 mm	1800 mm = 7 pt inferiore a 1800 mm = 2 pt	7
Flusso di aspirazione dei fumi dalla parete frontale.	SI/NO	7
Predisposizione per eventuale scarico dei fumi all'esterno.	SI/NO	6
Capacità di carico di almeno 450 vetrini inseriti contemporaneamente nello strumento		6
Stazione automatica di raccolta dei vetrini stampati in 10 vassoi inseriti contemporaneamente nello strumento con segnale acustico per il "full"	SI/NO	6
Strumento con almeno 3 caricatori di 150 vetrini posizionati contemporaneamente nello strumento	3 caricatori = 6pt 2caricatori = 4pt 1 caricatore = 2pt	6
Numero di vetrini/minuto stampati in modalità seriale (minimo 14 vetrini al minuto)		6
Modalità di stampa	a getto di inchiostro = 7pt a nastro = 2pt	7
Collegamento al software di gestione del Servizio con impostazioni di collegamento dei comandi della stampante per ogni operatore	SI/NO	6
Possibilità di scelta di stampa da diversi caricatori.	SI/NO	6
Visualizzazione di errori o di livello basso di inchiostro on board di facile interpretazione	SI/NO	7
TOTALE		70

Punteggio assegnato alla Ditta Leica Microsystem S.r.l dopo presa visione delle caratteristiche tecniche oggetto di valutazione: 70.



