

<b>Per il test HPV</b>			
	Possibilità di riconoscere e analizzare il numero maggiore di genotipi, consentendo il riconoscimento dei genotipi ad alto, medio e basso rischio.	<b>più di 50 genotipi</b> = 5 pt tra 20 e 49 genotipi = 2 pt meno di 20 genotipi = 0	5
<b>Per il sistema di estrazione DNA e RNA</b>			
	Sistema di estrazione con spettrofotometro incorporato all'interno dello strumento.	<b>Sistema estrazione incorporato all'interno dello strumento CE-IVD</b> = 4 pt  Spettrofotometro CE-IVD non incorporato = 1 pt  Spettrofotometro non CE-IVD non incorporato = 0 pt	4
<b>Per il kit di estrazione DNA e RNA da FFPE</b>			
	Kit one step estrazione DNA con sparaffinatura a bordo macchina senza necessità di intervento da parte operatore.	<b>SI/NO</b>	3
	Kit one step estrazione RNA con sparaffinatura a bordo macchina senza necessità di intervento da parte operatore.	<b>SI/NO</b>	3
<b>Altre caratteristiche oggetto di valutazione</b>			
	Disponibilità di tubi per la conservazione del campione di sangue a temperatura ambiente fino a 72h per analisi di cfDNA, CE-IVD.	<b>SI, validata CE-IVD</b> = 3pt SI, non validata = 1pt No = 0 pt	3
	Qualità e capillarità del servizio di assistenza tecnica.	Relazionare	2
	<b>Totale</b>		<b>70</b>

Punteggio assegnato alla Ditta Diatech pharmacogenetics dopo visione delle caratteristiche tecniche oggetto di valutazione: 70.

*Sif. Len.*

*Sif. e Sif.*

*Finde Moie*