

Al Direttore dell'Ufficio Approvvigionamenti Beni e Servizi
Dr.ssa Vilma Rosa

Oggetto: Giudizio tecnico relativo alla "GARA EUROPEA PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI UN SISTEMA PER FOTOCHEMIOTERAPIA EXTRACORPOREA "IN LINE" CIG 866617737F per la UOC SIMT della ASL di Pescara".

E' stata fornita la documentazione tecnica dalle seguenti aziende:

- Therakos EMEA Limited
- Fresenius Kabi Italia S.r.l

I sistemi offerti sono i seguenti:

- n 1 sistema di fotoaferesi "Therakos Cellex" da parte dell'azienda Therakos EMEA Limited
- n 1 Sistema di fotoaferesi "Amicus Blue" da parte dell' azienda Fresenius Kabi Italia S.r.l

L'analisi da parte della commissione esaminatrice delle specifiche tecniche della fornitura viene di seguito riportata. Oltre all'analisi della documentazione la commissione ha avuto modi di valutare tre procedure eseguite in sede nei giorni 06 e 07 Luglio per il sistema Amicus Blue e 18e19 Agosto per il sistema Therakos Cellex

	PARAMETRO	CRITERI DI VALUTAZIONE	MAX PUNT. ASSEGN.	PUNTEGGIO ASSEGNATO Therakos Cellex	PUNTEGGIO ASSEGNATO Amicus Blue
1	Sistema integrato e convalidato per raccolta-illuminazione in un unico step	<i>Ciascun commissario attribuirà discrezionalmente un punteggio variabile tra da 0 a 1</i>	10	TOT 10	TOT 10
2	Tempo complessivo della procedura (a parità di LT processati) dalla raccolta alla reinfusione (si richiedono tre prove in sede)	<i>Ciascun commissario attribuirà discrezionalmente un punteggio variabile tra da 0 a 1</i>	7	TOT 5.6	TOT 7
3	Il sistema deve avere il marchio CE per l'impiego terapeutico definito negli obiettivi, ovvero trattamento pazienti con GVHD e LnH	<i>No = coeff 0 Si = coeff 1</i>	10	10	10
4	Possibilità di commutare nella stessa procedura da doppio a singolo ago e viceversa	<i>No = coeff 0 Si = coeff 1</i>	10	10	0

5	Sistemi aferetici che garantiscano un'alta efficienza di raccolta delle cellule mononucleate (si richiedono tre prove in sede)	Ciascun commissario attribuirà discrezionalmente un punteggio variabile tra da 0 a 1	10	TOT 8	TOT 10
6	Mobilità del sistema per eseguire la procedura completa al letto del paziente (dimensioni, peso, etc)	Ciascun commissario attribuirà discrezionalmente un punteggio variabile tra da 0 a 1	4	TOT 4	TOT 4
7	Possibilità di utilizzo in paziente pediatrico di basso peso (specificare volume di extracorporea)	Ciascun commissario attribuirà discrezionalmente un punteggio variabile tra da 0 a 1	4	TOT 1	TOT 4
8	Possibilità di fornire anche le fiale di 8-MOP per la fotoinattivazione	No = coeff 0 Si = coeff 1	7	7	7
9	Sistema per la tracciabilità dei dati di procedura (dalla raccolta alla re infusione)	Ciascun commissario attribuirà discrezionalmente un punteggio variabile tra da 0 a 1	4	TOT 1	TOT 4
10	Organizzazione e modalità di espletamento del servizio di assistenza tecnica (fasce orarie giornaliere, tempo minimo di intervento, caratteristiche linguistiche del servizio post vendita) e di consegna della merce (tempi di consegna)	Ciascun commissario attribuirà discrezionalmente un punteggio variabile tra da 0 a 1	4	TOT 4	TOT 4
			70	60.6	60

GIUDIZIO CONCLUSIVO

I sistemi con il relativo materiale di consumo sono idonei all'uso previsto e rispondono a quanto richiesto.

La Commissione

Presidente C. Passeri

Componente O. Iuliani

Componente C. Prato



