

Al Responsabile U. O. C. Ufficio ABS

Dott. Vilma Rosa

e p.c.

Dott. Maria Anchini

Oggetto: integrazione relazione tecnica gara "DM UROLOGIA" – riscontro nota ditta MEDIVAL LOTTO 65
PROTESI TESTICOLARI

In riferimento alla nota della ditta MEDIVAL si fa presente che la Commissione tecnica non ha rinvenuto campionatura relativa al lotto di che trattasi.

Ad ogni buon conto si evidenzia che, nella documentazione di gara, nello specifico ELENCO PRODOTTI OFFERTI, viene descritto un dispositivo cod. TESTISF VARIE MISURE non rispondente a quanto riportato sull'allegato tecnico del capitolato: trattasi infatti di protesi testicolare riempibile di soluzione salina.

Pescara 05.04.2022

La Commissione Tecnica

Dr. Roberto Renzetti (Presidente)

Dr.ssa Rosanna Agostinone (componente)

Dr.ssa Paola Pace (componente)

ASL PESCARA - U.O.C. UROLOGIA
IL DIRETTORE
Dott. Roberto RENZETTI
Matricola 7910

.....
Rosanna Agostinone
.....
Dr.ssa ROSANNA AGOSTINONE
FARMACISTA DIRIGENTE
U.O. FARMACIA OSPEDALIERA
P.O. PESCARA
.....

AUSL PESCARA
COORDINATRICE
UROLOGIA -
Paola Pace
D.ssa Paola PACE