

Al Responsabile Ufficio ABS  
Dott. Vilma Rosa

E p c. Dott. Maria Anchini

S E D E

Oggetto: osservazioni sulle valutazioni tecniche - ditta COLMA

Relativamente all' oggetto si fa presente quanto di seguito riportato:

**-lotto 23** si accetta l'osservazione da parte della ditta di che trattasi in quanto nella valutazione iniziale il raccordo presente nel dispositivo offerto appariva non idoneo perchè privo del comune cono; considerato, tuttavia, che la ditta lo definisce "connettore universale" si è proceduto con la valutazione ed i punteggi assegnati sono i seguenti:

	Coeff.gradimento	finitura materiali	dei	Coeff.grad.	semplicita' di utilizzo	Coeff.grad.	qualita' costruttiva correlata ad aspetti sicurezza per il paziente	<b>totale</b>
COLMA	1	17		0,6	16,8	0,25	8,75	42,55 punti

**Semplicità di utilizzo** – il raccordo essendo di dimensioni particolarmente grandi risulta difficile da fissare per evitare il trazionamento sul punto di ancoraggio della nefrostomia

**Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente** – la punta pigra il viene ritenuta di dimensioni particolarmente grandi tanto che in alcuni reni più piccoli potrebbe creare tensione sulle pareti: ciò non permetterebbe l'utilizzo su alcune tipologie di pazienti.

-**lotti 37-38-40-41** si fa presente che i punteggi assegnati scaturiscono da una attenta valutazione da parte dei commissari di gara e ad ogni buon conto si precisa che la ditta non è stata ritenuta "non idonea": si ribadisce, pertanto, quanto riportato sulla relazione tecnica.

La Commissione Tecnica

Dr. Roberto Renzetti (Presidente)

Dr.ssa Rosanna Agostinone (componente)

Dr.ssa Paola Pace (componente)

ASL PESCARA - U.O.C. UROLOGIA

IL DIRETTORE

Dr. Roberto RENZETTI

Part. n. 001/1990

Dr.ssa ROSANNA AGOSTINONE

FARMACISTA DIRIGENTE

P.O. FARMACIA OSPEDALIERA

PESCARA

**AUSL PESCARA**

COORDINATRICE

UROLOGIA

Dr.ssa Paola PACE

Pescara 11/04/2022