

Al Responsabile Ufficio ABS

Dott. Vilma Rosa

e p.c.

Dott. Maria Anchini

Oggetto: riscontro osservazioni ditta COOK MEDICAL

In riferimento all' oggetto si fa presente quanto di seguito riportato:

LOTTI 37 e 54 – considerato che il capitolato tecnico è “lex specialis”, considerato che sullo stesso era stato richiesto che i dispositivi fossero “senza rilascio di ftalati”, considerato che sulla documentazione fornita dalla ditta di che trattasi tale requisito non si evince, si ritengono i dispositivi offerti NON IDONEI e si ribadisce, pertanto, quanto riportato sulla relazione tecnica.

LOTTI 56 e 57 – considerato che sui chiarimenti riportati a suo tempo al momento della gara era stata espressa una tolleranza sulla lunghezza del dispositivo, considerato che la ditta di che trattasi è stata ritenuta NON IDONEA per le dimensioni del corpo del dispositivo(lotto 56) e per il filo(lotto 57) per il quale non è stata ammessa tolleranza, si ribadisce quanto riportato sulla relazione tecnica.

Pescara 14.04.2022

La Commissione Tecnica

Dr. Roberto Renzetti (Presidente)

Dr.ssa Rosanna Agostinone (componente)

Dr.ssa Paola Pace (componente)

ASL PESCARA - U.O.C. UROLOGIA
IL DIRETTORE
Dott. Roberto RENZETTI
Matricola 7910

Dr.ssa ROSANNA AGOSTINONE
FARMACISTA DIRIGENTE
U.O. FARMACIA OSPEDALIERA
P.O. PESCARA

AUSL PESCARA
COORDINATRICE
UROLOGIA
D.ssa Paola PACE