

Valutazione tecnica gara "DISPOSITIVI MEDICI VARI per le esigenze delle UU.OO. dei PP.OO. della ASL di Pescara. Gara n. 1765/2020

LOTTO 1 SACCHE DI URINA STERILI

Presentano offerta e campionatura le Ditte: **Benefis, Carbini e Teleflex.**

I DM campionati dalla Ditta **Benefis**: sacca di urina sterile ref **2261B551** e sacche di scarico sterili ref **2260B003** non risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico. Difatti:

- la sacca di urina sterile ref **2261B551** non presenta il riferimento paziente come richiesto da capitolato;
- la sacca di scarico ref **2260B003** non presenta il riferimento paziente come richiesto da capitolato, né risulta essere sterile.

I DM campionati dalla Ditta **Carbini**: sacca di urina sterile ref **004011C2BC23** e sacche di scarico sterili ref **008011027107** non risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico. Difatti vengono campionate:

- sacca di urina sterile ref **004011C2BC23** risultano essere rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico;
- sacche di scarico sterili ref **008011027107** non risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico per la lunghezza del tubo che risulta essere di 10 cm anziché di 15 cm.

I DM campionati dalla Ditta **Teleflex**: sacca di urina sterile ref **673053-000000** e sacche di scarico sterili ref **673045-0020000** non risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico. Difatti:

- la sacca di urina ref **673053-000000** non risulta essere rispondente a quanto richiesto da capitolato tecnico per la capacità che risulta essere di 4000 ml e non 5000 ml come richiesto, inoltre manca il riferimento paziente
- la sacca di scarico sterile ref **673045-002000** non presenta il riferimento paziente e presenta una lunghezza del tubo inferiore a quanto richiesto.

LOTTO 2 SACCHE DI URINA STERILI

Presentano offerta e campionatura le Ditte: **Benefis e Carbini**

I DM campionati dalla Ditta **Benefis**: sacca di urina sterile ref **2261B951** risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico.



I DM campionati dalla Ditta **Carbini**: sacca di urina sterile ref **004011G9LC25** rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico.

LOTTO 3 CAMICE NON STERILE PER VISITATORI

Presentano offerta e campionatura le Ditte: **Artrò, Aspen, Benefis, Chemil, Codisan, Deltamed, Dienpi, GDA Gerhò, Gielle, IDS, ID & Co, Innovacare 3MC, Medline, Molnlycke, Paul Hartmann, Pointex, Rays ST Protect, Starmed, Svas Biosana, Tau Medica e Trade And Consultig**

I DM campionati dalla Ditta **Aspen** camice non sterile per visitatori: ref **VIS1000** risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico pur presentando polsino dotato elastico;

I DM campionati dalla Ditta **Artrò**: camice non sterile per visitatori ref **VIS30** taglie **S/M/L/XL/XXL** (reperibili da scheda tecnica) non risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico. Difatti il dispositivo campionato non presenta una etichetta sulla confezione di vendita che consente l'identificazione dello stesso.

1



I DM campionati dalla Ditta **Benefis**: camice non sterile per visitatori ref **0601CA M** misura **M**, ref **0601CA L** non risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico relativamente alla resistenza allo strappo.

I DM campionati dalla Ditta **Betatex** ref **G4132N- G4133N** non risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico relativamente alla grammatura dichiarata che presenta uno sfioramento del ± 2 gr/mq rispetto al valore minimo richiesto da capitolato tecnico. Inoltre non risultano essere resistente allo strappo.

I DM campionati dalla Ditta **Chemil**: camice non sterile per visitatori ref **7110130** **taglia unica** (reperibili da scheda tecnica) non risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico. Difatti il DM campionato non risulta resistente allo strappo, manca l'etichetta presente sulla confezione di vendita del prodotto offerto e campionato che consente l'identificazione dello stesso. Inoltre presenta un polsino con elastico.

I DM campionati dalla Ditta **Codisan**, ref **COD 63001100/M** e **COD 63001100/L** non risultano rispondente a quanto richiesto da capitolato tecnico, relativamente alla resistenza allo strappo. Difatti il DM campionato (taglia L) presenta una vestibilità ridotta che all'indosso determina rottura delle cuciture.

I DM campionati dalla Ditta **Deltamed** ref **30.D1105.00M-30.D1305.00L** non risultano rispondente a quanto richiesto da capitolato tecnico, relativamente alla resistenza allo strappo. Il camice è dotato di polsino con elastico.

I DM campionati dalla Ditta **DIENPI** non presentano rispondenza tra etichetta e scheda tecnica il che rende non possibile il confronto con la scheda tecnica del dispositivo offerto a gara.

I DM campionati dalla Ditta **GDA**: camice non sterile per visitatori: ref **FLOMED-8060** risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico. Presentato DM dotato di polsino con elastico.

I DM campionati dalla Ditta **Gerhò**: camice non sterile per visitatori ref **CAMICE SOG DM1** (reperibili da scheda tecnica) non risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico, relativamente alla resistenza allo strappo; inoltre manca l'etichetta presente sulla confezione di vendita del prodotto offerto e campionato che consente l'identificazione dello stesso. Infine il DM è dotato di polsino con elastico.

I DM campionati dalla Ditta **Gielle** ref **TRS-14542** risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico.

I DM campionati dalla Ditta **ID & Co srl** **GG41.00M.NS M,GG41.001.NS L, GG41.002.NS XL** risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico.

I DM campionati dalla Ditta **IDS** ref **IDVIS 40-M, IDVIS 40-L**, risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico.

I DM campionati dalla Ditta **Innovacare** non consentono identificazione del prodotto con la scheda tecnica difatti non è presente un'etichetta che consenta identificazione univoca del dispositivo


I DM campionati dalla Ditta **3MC** ref **D/1006/C** non risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico difatti viene campionato un DM con grammatura > 40 gr/mq; da capitolato tecnico è stato richiesto :un peso minimo di 30 gr/mq e un peso massimo di 40 gr/mq.

I DM campionati dalla Ditta **Medline** ref **CRIE4000B, 401283V-L** non risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico, relativamente alla resistenza allo strappo, al peso richiesto nonostante la dichiarazione di equivalenza presentata. Difatti viene campionato un DM con grammatura inferiore a 30 gr/mq (18 gr/mq); inoltre il DM è dotato di polsino con elastico.

I DM campionati dalla Ditta **Molnlycke** ref **1904-41** risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico, nonostante il DM campionato presenti una grammatura inferiore a quanto richiesto da capitolato tecnico, viene accettata la dichiarazione di equivalenza funzionale presentata ai sensi dell'art 68 del Dlgs 50/2016. Inoltre è dotato di polsino con elastico.

I DM campionati dalla Ditta **Paul Hartmann** ref **604705** risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico, lo stesso presenta una grammatura inferiore rispetto a quanto richiesto, pur dichiarando la bioequivalenza. Inoltre il DM presenta un polsino con elastico.

I DM campionati dalla Ditta **Pointex** ref **Cam3-PO4** non risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico relativamente alla resistenza allo strappo e relativamente alla grammatura dichiarata che presenta uno sfioramento del $\pm 5\%$ rispetto al valore minimo richiesto da capitolato tecnico. Inoltre il DM è dotato di polsino con elastico.



I DM campionati dalla Ditta Rays ref 401283V-M, 401283V-L non risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico relativamente alla resistenza allo strappo.

I DM campionati dalla Ditta Italortopedica ref TL M003 non risulta rispondente a quanto richiesto da capitolato tecnico. Difatti viene campionato un camice chirurgico, classificato DPI e non un DM come richiesto da capitolato tecnico

I DM campionati dalla Ditta ST Protect ref 312241 (modello PSB01 fabb) risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico.

I DM campionati dalla Ditta Starmed ref TRS-14542 risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico Inoltre il DM è dotato di polsino con elastico ai polsi.

I DM campionati dalla ditta Svas Biosana ref 4SVAST1.018.31.M, 4SVAST1.018.31.L risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico.

La Ditta Tau Medica campiona il ref A1142 che risulta rispondente a quanto richiesto da capitolato tecnico in quanto da chiarimenti è stato integrato il camice dotato di polsino/elastico .

I DM campionati dalla ditta Trade And Consultig ref 1435-M-PM non risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico relativamente alla resistenza allo strappo.

LOTTO 4 GEL ELETTROCONDUTTORE PER ECG FLACONE

Presentano offerta e campionatura le Ditte: Ceracarta e Lies

I DM campionati dalla Ditta Ceracarta gel elettroconduttore ref 10158 risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico.

I DM campionati dalla Ditta Lies non risultano essere identificabili, difatti manca l'etichetta del dispositivo e sul confezionamento primario è stata apposto solo il riferimento della gara ed il dispositivo non risulta essere rispondente a quanto richiesto da capitolato tecnico.

LOTTO 5 GEL PER TRASMISSIONE ULTRASUONI FLACONE

Presentano offerta e campionatura le Ditte: Ceracarta e Lies

I DM campionati dalla Ditta Ceracarta gel trasmissione ultrasuoni ref 10171 risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico.

I DM campionati dalla Ditta Lies ref GLUPL7 non risultano essere identificabili, difatti manca l'etichetta del dispositivo e sul confezionamento primario è stata apposto solo il riferimento della gara. Il dispositivo non risulta essere rispondente a quanto richiesto da capitolato tecnico.

LOTTO 6 GEL PER TRASMISSIONE ULTRASUONI in confezione monodose sterile


Presentano offerta e campionatura le Ditte: Ceracarta e Tau Medica

I DM campionati dalla Ditta Ceracarta gel trasmissione ultrasuoni in confezione monodose sterile ref 18244 risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico.

I DM campionati dalla Ditta Tau Medica G-15E risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico.

LOTTO 7 TAPPO DI CHIUSURA CON ATTACCO LUER LOCK MASCHIO CON MEMBRANA PERFORABILE

Presentano offerta e campionatura le Ditte: Adria Med, Benefis, Farmac Zabban e IDS



I DM campionati dalla Ditta **Adria Med** ref **AD01030** non risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico, difatti dalla scheda tecnica non è possibile desumere il numero di pezzi presenti nell'imballaggio primario, ma soltanto il numero degli stessi nell'imballaggio secondario di gran lunga superiore a quelle che sono le esigenze aziendali: (si parla di 2000 pezzi e non 100 pezzi)

I DM campionati dalla Ditta **Benefis** FL-0512 risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico.

I DM campionati dalla Ditta **IDS** ref **ID-TAPP** non risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico, difatti dalla scheda tecnica si evince che il confezionamento dello stesso è in cartone da 5000 pezzi, di gran lunga superiore a quelle che sono le esigenze aziendali (100 pezzi). Inoltre non è possibile trovare una corrispondenza tra la scheda tecnica ed il campione presentato.

I DM campionati dalla Ditta **Farmac Zabban** ref **2100331101** risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico.

LOTTO 8 RACCORDO DOPPIO LUER LOCK MASCHIO GIREVOLE.

Lotto deserto

LOTTO 9 RUBINETTI A TRE VIE PER LA MISURAZIONE DELLA PRESSIONE CRUENTA

Lotto deserto

LOTTO 10 MARCATORI PER SITI BIOPTICI

Presentano campionatura le Ditte Archis e Fimas.

I DM campionati dalla Ditta **FIMAS** ref **UCTW17** risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico

I DM campionati dalla Ditta **ARCHIS** ref **271560** risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico

Il punteggio attribuito ai dispositivi campionati dalle Ditte **Archis e Fimas** è il seguente:

Parametri di valutazione	Punteggio max	ARCHIS	FIMAS
Finitura dei materiali	20 punti	20 punti	20 punti
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di semplicità di utilizzo	30 punti	30 punti	30 punti
Funzionalità del dispositivo	30 punti	27 punti sistema di sicurezza per il rilascio controllato della clip con maggiore rischio di rilascio accidentale dovuto alla posizione del pulsante.	30 punti sistema di rilascio della clip eccellente
TOTALE	80 punti	77 punti	80 punti

*Perbonfendi
Stano d'Alfonso* 4 *Alb*

LOTTO 11 GREMBIULI IN PLASTICA

Presentano campionatura le Ditte **Benefis, Farmac-Zabban e 3MC**

I DM campionati dalla **Ditta Benefis ref 0614** risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico.

I DM campionati dalla **Ditta Farmac-Zabban ref 2201839500** risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico.

I DM campionati dalla **Ditta 3MC** non consentono l'identificazione del campione con la scheda tecnica giacché è stata presentata la scheda tecnica di un prodotto diverso rispetto al campione.

LOTTO 12 CALZARI

Presentano campionatura le Ditte **Artrò', Aspen, Fe.Ma, IDS e Tau-Medica**

I DM campionati dalla **Ditta Aspen ref GA-1000** non risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico, nello specifico non presentano una base antiscivolo, non risultano DPI di classe III, ma DPI di classe I, né protezione dal rischio biologico.

I DM campionati dalla **Ditta Artrò' Tesakon** non risultano essere rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico, difatti dalla documentazione presentata non è possibile desumere se trattasi di un DPI di III categoria come richiesto, inoltre non risulta la protezione dal rischio biologico.

I DM campionati dalla **Ditta Tau-Medica Tesakon 600 (REF SB000047)** risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico.

I DM campionati dalla **Ditta IDS ref BRSCRV-01** risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico

I DM campionati dalla **Ditta Innovacare** non presentano un ref/codice identificativo del prodotto e non risulta possibile la valutazione dello stesso giacché non esiste una corrispondenza con la scheda tecnica.

I DM campionati dalla **Ditta Fe.Ma ref 980** non risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico in quanto non sono realizzati in TNT come richiesto da capitolato tecnico, né trattasi di DPI di III categoria, ma DPI di I categoria.

LOTTO 13 BRACCIALI IDENTIFICATIVI PAZIENTI ADULTI

Presentano campionatura le Ditte **Ceracarta e Fe.Ma**

I DM campionati dalla **Ditta CeraCarta ref XXXXX** risultano essere rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico;

I DM campionati dalla **Ditta Fe.Ma ref 2008-***PDR** risultano essere rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico.

LOTTO14 DISPOSITIVO SOVRAGLOTTIDEO EQUIVALENTE I-GEL

Presentano campionatura le ditte **AMBU e FIMAS**

I DM campionati dalla **Ditta AMBU** non risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico. Difatti il dispositivo ref # (da 1 a 6) non presenta il kit con cinghia di fissaggio, e gel per la lubrificazione, inoltre manca anche il sondino per l'aspirazione gastrica, il sostegno dell'epiglottide.

I DM campionati dalla **Ditta FIMAS ref 8703000, 8704000, 8705000** risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato tecnico ed il punteggio attribuito è il seguente:

Benefis
Artrò'
Fe.Ma
IDS
Tau-Medica 5

AMBU

Parametri di valutazione	Punteggio max	FIMAS
Finitura dei materiali	20 punti	20 punti
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di semplicità di utilizzo	30 punti	30 punti
Funzionalità del dispositivo	30 punti	30 punti
TOTALE	80 punti	80 punti

Valutazione effettuata con le UOC 118 e Anestesia Rianimazione Asl Pescara

Pescara, 14/04/2022

La Commissione Tecnica

Presidente Dr.ssa Maria Pia Musa

Componente Dr.ssa Diana Di Marco

Componente Dr.ssa Barbara Fiorile

Three handwritten signatures are present, each written over a horizontal line. The signatures are in cursive and appear to be: Maria Pia Musa, Diana Di Marco, and Barbara Fiorile.