

**Verbale del 2 maggio 2022 Gara "DISPOSITIVI MEDICI VARI per le esigenze delle UU.OO. dei PP.OO. della ASL di Pescara. Gara n. 1765/2020**

L'anno 2022, addì 2 maggio alle ore 13:40 La Commissione Tecnica preposta alla Valutazione della gara n1765/2020, in risposta in esito alle note pervenute a cura dell'Ufficio ABS con le quali sono state richieste chiarimenti in merito espone quanto di seguito riportato:

1. Interlocuzione del 22 aprile 2022 (riferimento Ditta Innovacare Lotto 3 "Camice non sterile per visitatori")

In riferimento a Vostra nota del 22 aprile 2022 si conferma quanto dichiarato nella valutazione tecnica "GARA DM vari per le esigenze dei PP.OO. di Pescara 1765/2020", così come previsto dal disciplinare di gara "Capitolato Speciale" articolo 4. Nello specifico il DM campionato, non presenta etichettatura, ma solo un involucro con descrizione in lingua inglese del prodotto, né risulta essere presente un ref identificativo del DM presentato. Da ultimo, non risulta possibile una identificazione con la scheda tecnica presentata.

2. Interlocuzione del 26 aprile 2022 (riferimento Ditta Lies Lotto 4 "gel elettroconduttore per ECG", lotto 5 "Gel per trasmissione ultrasuoni flacone)

in riferimento a Vostra nota del 26 aprile 2022 si ribadisce quanto dichiarato nella valutazione tecnica "GARA DM vari per le esigenze dei PP.OO. Di Pescara 1765/2020, così come previsto dal disciplinare di gara "Capitolato Speciale" articolo 3.

3. Interlocuzione del 26 aprile 2022 (riferimento Ditta Artrò Lotto 12 "Calzari")

in riferimento a Vostra nota del 26 aprile 2022 si precisa quanto segue:

- La Certificazione CE 2163-PPE-1960 citata dalla Ditta in essere risulta essere stata prodotta in lingua inglese in difformità con quanto previsto dall'articolo 4 del Capitolato Speciale
- L'etichettatura del DM risulta essere in lingua inglese

Pertanto, si conferma che i DM campionati dalla Ditta Artrò relativamente al lotto 12, non risultano rispondenti a quanto richiesto da capitolato speciale.

4. Interlocuzione del 28 aprile 2022 (riferimento Ditta Ids Lotto 7 "Tappo di chiusura con attacco luer lock maschio con membrana perforabile")

In riferimento a Vostra nota del 28 aprile 2022 si comunica che si potrebbe riammettere la Ditta in essere "IDS" per quello concerne il confezionamento così come dichiarato da scheda tecnica ritrasmessa in data 21 aprile, ma permane l'assenza dell'identificativo -ref- sulla campionatura a noi pervenuta, sul singolo tappo così come previsto dal "Capitolato Speciale" articolo 4.

Pertanto i DM campionati dalla Ditta IDS relativamente al lotto 7 non risultano rispondenti a quanto richiesto da "Capitolato Speciale.

Penne, 06/05/2022

La Commissione Tecnica

Presidente Dr.ssa Maria Pia Musa

Componente Dr.ssa Diana Di Marco

Componente Dr.ssa Barbara Fiorile

