

La Commissione Giudicatrice

VERBALE DEL 08/04/2022

Il giorno 08/04/2022 alle ore 10:30 presso i locali del Centro Studi Torlontano Ematologia 5° Piano Ala Sud - ASL di Pescara, si è riunita la Commissione Giudicatrice, come da Delibera n° 1421 del 09/09/2021, composta da:

- Dott. Mario Fusillo, dirigente medico disciplina di chirurgia pediatrica - (Presidente)
- Dott.ssa Gabriella D'Agostino, CPS Infermiere, titolare incarico di funzione denominato "Organizzazione Attività Infermieristiche Area Onco-Ematologica - (Componente)
- Ing. Claudia Di Lanzo, CTP - U.O.C. Ingegneria Clinica - HTA (Componente)

I membri della commissione si sono riuniti nei seguenti giorni: 22/10/2021 e 08/04/2022

I membri della commissione, dopo attenta lettura e analisi di tutti gli atti di gara, quali capitolato tecnico, disciplinare e dopo visione della campionatura offerta dagli Operatori Economici partecipanti, procedono alla valutazione tecnica come da Allegato 1, dove si dichiarano gli operatori economici:

GRUPPO MERCEOLOGICO 1

- VYGON **IDONEA** (in riferimento ai lotti 2-4-6-8-10)


GRUPPO MERCEOLOGICO 2

LOTTO 1

- SBM SISTEMI BIOMEDICALI **NON IDONEA** in quanto mancante del requisito minimo richiesto dal capitolato tecnico n. 6 "Lunghezza stoma: da 0,5 a 8 cm per ogni Fr ad eccezione della misura 12Fr dove le lunghezze dello stoma dovranno essere da 0,8 cm a 4 cm e della misura 24 Fr dove le lunghezze sempre dello stoma dovranno essere da 1,5 cm a 5 cm"
- FRESENIUS – KABI **NON IDONEA** in quanto mancante del requisito minimo richiesto dal capitolato tecnico n. 6 "Lunghezza stoma: da 0,5 a 8 cm per ogni Fr ad eccezione della misura 12Fr dove le lunghezze dello stoma dovranno essere da 0,8 cm a 4 cm e della misura 24 Fr dove le lunghezze sempre dello stoma dovranno essere da 1,5 cm a 5 cm"

LOTTO 2

- SBM SISTEMI BIOMEDICALI **IDONEA**
 - FRESENIUS – KABI **NON IDONEA** in quanto mancante del requisito minimo richiesto dal capitolato tecnico n.2 "Deve essere sterile, monouso, in confezione singola, latex-free, senza rilascio di ftalati" poichè NON specificato se latex-free e senza rilascio di ftalati.



Successivamente procedono all'attribuzione del punteggio qualitativo attribuendo i relativi coefficienti e punteggi finali come da come da Allegato 2.

GRUPPO MERCEOLOGICO 1

LOTTO 2

- VYGON P.ti 70,00

LOTTO 4

- VYGON P.ti 70,00

LOTTO 6

- VYGON P.ti 70,00

LOTTO 8

- VYGON P.ti 70,00

LOTTO 10

- VYGON P.ti 70,00

GRUPPO MERCEOLOGICO 2

LOTTO 2

- SBM SISTEMI BIOMEDICALI P.ti 70,00

Il Presidente, dichiara chiusa la seduta e l'intera procedura di valutazione, rimettendo al RUP il presente verbale con Allegato 1 e Allegato 2, per i successivi atti consequenziali.

Pescara, 08/04/2022 ore 13:30

La Commissione Giudicatrice

- Dott. Mario FUSILLO
- Dott.ssa Gabriella D'AGOSTINO
- Ing. Claudia DI LANZO

Novo Fusillo
Gabriella D'Agostino
Claudia Di Lanzo

7

fen

del

Allegato 1 – Valutazione Tecnica

GRUPPO MERCEOLOGICO 1

La campionatura è stata fornita solo dalla ditta VYGON.

La ditta VYGON fornisce campionatura solo per i LOTTI : 2-4-6-8-10.

Non viene fornita campionatura per il lotti: 1-3-5-7-9.

Per i lotti 2-4-6-8-10 sono soddisfatti tutti i requisiti di minima.

GRUPPO MERCEOLOGICO 2

La campionatura è stata fornita da due ditte: SBM SISTEMI BIOMEDICALI e
FRESENIUS – KABI.

SBM SISTEMI BIOMEDICALI

All'interno del plico sono presenti:

- n. 2 pezzi Kit Bottone per Gastrostomia
- n. 2 pezzi Misuratore di lunghezza di stoma
- n. 2 set prolunga bottone

tutti comprensivi di:

- scheda tecnica con conformità CE
- dichiarazione inerente la campionatura presentata
- DDT 2521 del 22/07/2021

Con riferimento di:

- Denominazione del Gruppo merceologico e del Lotto
- Numero della gara

Fornita campionatura per:

LOTTO 1

- kit bottone per gastrostomia
- Set di estensione

LOTTO 2

- Misuratore di stoma

Non sono stati presentati dispositivi per LOTTI n. 3-4-5

LOTTO 1 – KIT BOTTONE PER GASTROSTOMIA

Requisiti di minima:

- requisito n. 6 “Lunghezza stoma: da 0,5 a 8 cm per ogni Fr ad eccezione della misura 12Fr dove le lunghezze dello stoma dovranno essere da 0,8 cm a 4 cm e della misura 24 Fr dove le lunghezze sempre dello stoma dovranno essere da 1,5 cm a 5 cm” → Parzialmente NON conforme in quanto solamente il diametro 12 Fr presenta la lunghezza dello stoma richiesto (da 0,8 cm a 4 cm) e la misura 24 Fr presenta la lunghezza dello stoma richiesto (da 1,5 cm a 5 cm). Tutti gli altri Fr vanno da 0,8 cm a 5 cm e **NON da 0,5 cm a 8 cm** come si evince dalla tabella n. 5 della scheda tecnica.

LOTTO 1 – SET DI ESTENSIONE

Requisiti di minima: tutti soddisfatti.

LOTTO 2 – MISURATORE DI STOMA

Requisiti di minima: tutti soddisfatti.

FRESENIUS - KABI

All'interno del plico sono presenti:

- n. 2 pezzi Kit Bottone per Gastrostomia
- n. 2 pezzi Misuratore di lunghezza di stoma
- n. 2 set prolunga bottone

tutti comprensivi di:

- dichiarazione inerente la campionatura presentata
- DDT
- scheda tecnica con conformità CE solo per il Kit bottone per gastrostomia (NON presente per il set di estensione e per il misuratore di stoma)

Con riferimento di:

- Denominazione del Gruppo merceologico e del Lotto
- Numero della gara

Fornita campionatura per:

LOTTO 1

- kit botton per gastrostomia
- Set di estensione

LOTTO 2

- Misuratore di stoma

Non sono stati presentati dispositivi per LOTTI n. 3-4-5

LOTTO 1 – KIT BOTTONE PER GASTROSTOMIA

Requisiti di minima:

- requisito 1 - “Kit bottone per gastrostomia a basso profili tipo MIC KEY composto da una sonda a palloncino in silicone, un set di estensione che

- permette la somministrazione della nutrizione per sonda, una siringa per iniettare l'acqua nel palloncino" → **NON è specificato** se il palloncino è in silicone
- requisito 3 - "I dispositivi devono essere sterili, monouso, latex free e senza rilascio di ftalati" → **NON specificato** se sono latex free e se sono senza rilascio di ftalati
- requisito 6 - "Lunghezza stoma: da 0,5 a 8 cm per ogni Fr ad eccezione della misura 12Fr dove le lunghezze dello stoma dovranno essere da 0,8 cm a 4 cm e della misura 24 Fr dove le lunghezze sempre dello stoma dovranno essere da 1,5 cm a 5 cm" → **Parzialmente NON conforme** in quanto solamente il diametro 24 Fr presenta la lunghezza dello stoma richiesto da 1,5 cm a 5 cm, come si evidenzia nella tabella di pag. 31 della scheda tecnica.

LOTTO 1 – SET DI ESTENSIONE

Requisiti di minima:

- requisito 5 - "lunghezza per ogni tipologia: cm 5 circa, cm 30 circa , cm 60 circa" → nella campionatura presente solo la lunghezza di 30 cm. **NON specificato** se vi sono le lunghezze da 5 cm e 60 cm (assenza di scheda tecnica)
- requisito 7 – "Devono essere latex-free e senza rilascio di ftalati" → **NON specificato**

LOTTO 2 – MISURATORE DI STOMA

Requisiti di minima:

- requisito 2 – "Deve essere sterile, monouso, in confezione singola, latex-free, senza rilascio di ftalati" → **NON specificato** se latex-free e senza rilascio di ftalati.

Pescara, 08/04/2022 ore 13:30

La Commissione Giudicatrice

- Dott. Mario FUSILLO

Mario Fusillo

- Dott.ssa Gabriella D'AGOSTINO

Gabriella D'Agostino

- Ing. Claudia DI LANZO

Claudia Di Lanzo

Gen Fusillo

Allegato 2 - VALUTAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE

PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA FORNITURA QUADRIENNALE DI DISPOSITIVI
MEDICI PER LE NECESSITA' DELLE UU.OO. DI CHIURUGIA PEDIATRICA, PEDIATRIA ED
EMATOLOGIA DEL P.O. DI P ESCARA

GRUPPO MERCEOLOGICO 1

LOTTO 2

CRITERI DI VALUZIONE QUALITATIVA	PUNTEGGIO MAX	Coeff. Ass.	Coeff. Rip.	Punteggio
		VYGON	VYGON	VYGON
Qualità e resistenza del materiale	20	1	1	20
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di maneggevolezza	25	1	1	25
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente e/o operatore	25	1	1	25
PUNTEGGIO TOTALE				70,00
PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO				70,00

1/6
col
fer
7

GRUPPO MERCEOLOGICO 1

LOTTO 4

CRITERI DI VALUZIONE QUALITATIVA	PUNTEGGIO MAX	Coeff. Ass.	Coeff. Rip.	Punteggio
		VYGON	VYGON	VYGON
Qualità e resistenza del materiale	20	1	1	20
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di maneggevolezza	25	1	1	25
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente e/o operatore	25	1	1	25
PUNTEGGIO TOTALE				70,00
PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO				70,00

2/6
CDL
Jev
7

GRUPPO MERCEOLOGICO 1

LOTTO 6

CRITERI DI VALUZIONE QUALITATIVA	PUNTEGGIO MAX	Coeff. Ass.	Coeff. Rip.	Punteggio
		VYGON	VYGON	VYGON
Qualità e resistenza del materiale	20	1	1	20
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di maneggevolezza	25	1	1	25
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente e/o operatore	25	1	1	25
PUNTEGGIO TOTALE				70,00
PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO				70,00

3/6
ca
feri
K

GRUPPO MERCEOLOGICO 1

LOTTO 8

CRITERI DI VALUZIONE QUALITATIVA	PUNTEGGIO MAX	Coeff. Ass.	Coeff. Rip.	Punteggio
		VYGON	VYGON	VYGON
Qualità e resistenza del materiale	20	1	1	20
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di maneggevolezza	25	1	1	25
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente e/o operatore	25	1	1	25
PUNTEGGIO TOTALE				70,00
PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO				70,00

4/6
ca
fw
7

GRUPPO MERCEOLOGICO 1

LOTTO 10

CRITERI DI VALUZIONE QUALITATIVA	PUNTEGGIO MAX	Coeff. Ass.	Coeff. Rip.	Punteggio
		VYGON		
Qualità e resistenza del materiale	20	1	1	20
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di maneggevolezza	25	1	1	25
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente e/o operatore	25	1	1	25
PUNTEGGIO TOTALE				70,00
PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO				70,00

5/6
CBL
Z
fms

GRUPPO MERCEOLOGICO 2

LOTTO 2

CRITERI DI VALUZIONE QUALITATIVA	PUNTEGGIO MAX	Coeff. Ass.	Coeff. Rip.	Punteggio
		SBM SISTEMI BIOMEDICALI	SBM SISTEMI BIOMEDICALI	SBM SISTEMI BIOMEDICALI
Finitura dei materiali	15	1	1	15
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di maneggevolezza	20	1	1	20
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	35	1	1	35
PUNTEGGIO TOTALE				70,00
PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO				70,00

Pescara, 08/04/2022

La Commissione Giudicatrice

Dott. Mario FUSILLO

Mario Fusillo

Dott.ssa Gabriella D'AGOSTINO

Gabriella D'Agostino

Ing. Claudia DI LANZO

Claudia Di Lanzo

o/g
col
fer