

VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE

Il giorno 08/06/2022 alle ore 17.00 presso la sede dell' UOC Hospice e Cure Palliative della ASL di Pescara, Via Paolini, 32 –, si è riunita la Commissione Giudicatrice nominata con Delibera n. 532 dell'11/4/2022 del Direttore Generale della ASL di Pescara, per l'esame e la valutazione dell'offerta tecnica relativa alla procedura aperta per la fornitura di sistemi venosi totalmente impiantabili (Port) per le esigenze dei PP.OO dell'Asl di Pescara

Sono presenti: Dott.ssa Debora Fragolini – UOC Hospice e Cure Palliative – Presidente

Dott. Gianpaolo Caterino – UOSD Chirurgia Generale P.O. di Popoli – Componente

Dott.ssa Margherita D'Agostino – UOC Oncologia Medica P.O. di Pescara - Componente

Le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte dalla Dott.ssa Margherita D'Agostino

I componenti della commissione dichiarano che non sussistono cause di incompatibilità con le ditte offerenti.

I membri della commissione procedono, con esito positivo, alla verifica preliminare sulla regolarità formale della documentazione prodotta

I componenti della Commissione si sono riuniti per discutere in ordine alla necessità di avere a disposizione, ai fini della valutazione tecnica, di alcuni campioni dei prodotti oggetto della gara. A seguito della riunione hanno deciso di invitare le ditte concorrenti a fornire idonea campionatura dei prodotti oggetto della fornitura, come previsto al punto 11. del Disciplinare di Gara, all. 1 del DDG n. 189 DEL 7/2/2022 ASL di Pescara.

La seduta si chiude alle ore **17.00** previa sottoscrizione del presente verbale.

Pescara 08/06/2022

Dott.ssa Debora Fragolini – UOC Hospice e Cure Palliative – Presidente



Dott. Gianpaolo Caterino – UOSD Chirurgia Generale P.O. di Popoli – Componente



Dott.ssa Margherita D'Agostino – UOC Oncologia Medica P.O. di Pescara – Componente -
Segretario Verbalizzante



VERBALE COMMISSIONE GIUDICATRICE

Il giorno 18/8/2022 alle ore 14:30 presso la sede dell' UOC Hospice e Cure Palliative della ASL di Pescara, Via Paolini, 32 –, si è riunita la Commissione Giudicatrice nominata con Delibera n. 532 dell'11/4/2022 del Direttore Generale della ASL di Pescara, per l'esame e la valutazione dell'offerta tecnica relativa alla procedura aperta per la fornitura di sistemi venosi totalmente impiantabili (Port) per le esigenze dei PP.OO dell'Asl di Pescara di cui alla deliberazione n. 189 del 7 Febbraio 2022
Sono presenti: Dott.ssa Debora Fragolini – UOC Hospice e Cure Palliative – Presidente

Dott. Gianpaolo Caterino – UOSD Chirurgia Generale P.O. di Popoli – Componente

Dott.ssa Margherita D'Agostino – UOC Oncologia Medica P.O. di Pescara - Componente

Le funzioni di segretario verbalizzante vengono svolte dalla Dott.ssa Margherita D'Agostino,

I componenti della Commissione si sono riuniti per verificare la corrispondenza del contenuto delle offerte ai requisiti minimi previsti nella documentazione di gara.

I componenti della commissione dichiarano che non sussistono cause di incompatibilità con le ditte offerenti.

A seguito dell'esame della documentazione, la commissione ha rilevato le seguenti non conformità delle offerte rispetto a quelle previste nell'ALLEGATO TECNICO (all.2) SISTEMI MEDICI TOTALMENTE IMPIANTABILI (PORT) del CAPITOLATO SPECIALE come indicato nel Disciplinare di Gara.

Gruppo 3 - Port basso profilo in silicone

Ditta offerente: **Plan1Health**

Offerta per il Gruppo 3:

- prodotto **cod. 201.26.12.30 POWER LPT** catetere silicone 8FR All in one 2000 25mm 10,3gr 10mm 0,6 ml.

Per il Gruppo 3, l'ALLEGATO TECNICO SISTEMI MEDICI TOTALMENTE IMPIANTABILI (PORT) del CAPITOLATO SPECIALE prevede che "Ciascuna ditta dovrà offrire almeno due misure di cateteri differenziate da 1 Fr – 2Fr di distanza nell'intervallo compreso tra 6 e 9 Fr" e la PLAN1HEALTH, per il Gruppo 3 risulta avere offerto solo il prodotto cod. 201.26.12.30. Pertanto, si esclude la ditta offerente PLAN1HEALTH, relativamente al Gruppo 3, dalla successiva valutazione.

Gruppo 4 – Port Standard in Poliuretano

Ditta offerente – **Smiths Medical**

Offerta per il Gruppo 4:

- prodotto **codice 21-4455-24** TRAY, POWER PAC II, VEN, PU, 2.6MM, UL 8.5 FR/INTRO 1/EA III C01020401 1614931
- prodotto **codice 21-4453-24** TRAY, POWER PAC II, VEN, TI, PU, 1.9MM, UL, 6 FR/INTRO 1/EA III C01020401 1614915

Nella scheda tecnica Smiths Medical, relativamente ai prodotti offerti per il Gruppo 4, sono indicate le seguenti caratteristiche:



- cod. 21-4453-24 Materiale camera Polisulfone/Titanio Materiale Poliuretano Tecofex® - 1614915 (Standard) Dimensioni 28 mm Ø 14,6 mm h.
- cod. 21-4455-24 Materiale camera Polisulfone/Titanio Materiale Poliuretano Tecofex® 1-614931 (Standard Alto Flusso) Dimensioni 28 mm Ø 14,6 mm h

Per il Gruppo 4, l'ALLEGATO TECNICO SISTEMI MEDICI TOTALMENTE IMPIANTABILI (PORT) del CAPITOLATO SPECIALE prevede un'"Altezza massima del port: $\geq 12\text{mm} \leq 14\text{ mm}$ "

I prodotti offerti cod. 21-4453-24 e cod. 21-4455-24 non risultano conformi ai requisiti di altezza richiesti indicati nell'Allegato Tecnico. Si esclude, pertanto, la ditta offerente Smiths Medical, relativamente al Gruppo 4, dalla successiva valutazione.

Gruppo 5 – Port Standard in silicone

1) Ditta offerente: **Vygon**

Offerta per il **Gruppo 5**:

- **Codice 27000 4008SEE** 31.0x22.2 12.2 12.1 7.6 0.6 ml Silicone 7.2 fr - 114599
- **Codice 27000 40010SEE** 31.0x22.2 12.2 12.1 7.6 0.6 ml Silicone 9.5 fr - 1146605

Per il Gruppo 5, l'ALLEGATO TECNICO SISTEMI MEDICI TOTALMENTE IMPIANTABILI (PORT) del CAPITOLATO SPECIALE prevede che *"Ciascuna ditta dovrà offrire almeno due misure di cateteri differenziate da 1 Fr – 2Fr di distanza nell'intervallo compreso tra 6 e 9 Fr"*

Dalla scheda tecnica inviata dalla ditta offerente Vygon per il Gruppo5, Il Port Standard in silicone, cod. 27000 40010SEE, risulta con catetere in Silicone di 9.5 fr, misura non rientrante nei parametri indicati nell'ALLEGATO. Considerato che l'Allegato Tecnico prevede, per il Gruppo 5, che *"Ciascuna ditta dovrà offrire almeno due misure di cateteri [..]"* e la ditta offerente ha proposto solo due Port Standard in silicone con misure di cateteri differenziati di cui uno non conforme, si esclude la ditta offerente Vygon, relativamente al Gruppo5, dalla successiva valutazione.

2) Ditta offerente: **PLAN1HEALTH**

Offerta per il **Gruppo 5**:

- cod. **201.23.12.30 HEALTHPORT®** Power Ti catetere silicone 8FR All in one

Per il Gruppo 5, l'ALLEGATO TECNICO SISTEMI MEDICI TOTALMENTE IMPIANTABILI (PORT) del CAPITOLATO SPECIALE prevede che *"Ciascuna ditta dovrà offrire almeno due misure di cateteri differenziate da 1 Fr – 2Fr di distanza nell'intervallo compreso tra 6 e 9 Fr"* e la PLAN1HEALTH, per il Gruppo 5 risulta avere offerto solo il prodotto cod. 201.23.12.30 si esclude la ditta offerente PLAN1HEALTH, relativamente al Gruppo 5, dalla successiva valutazione

Gruppo 7 – KIT per medicazione degli accessi vascolari

Ditta offerente: – **PLAN1HEALTH**



 Two handwritten signatures and initials are present at the bottom right of the page. One appears to be 'DFE' and the other is a more stylized signature. There is also a small number '2' written near the second signature.

Offerta per il Gruppo 7:

- **prodotto codice 101.60.51.94 HEALTHKIT MAINTENANCE PICC_3**

Per il Gruppo 7, l'ALLEGATO TECNICO SISTEMI MEDICI TOTALMENTE IMPIANTABILI (PORT) del CAPITOLATO SPECIALE prevede nel KIT PER MEDICAZIONE DEGLI ACCESSI VASCOLARI "numero un paio guanti chirurgici latex-free misura 7,5"

Nella scheda tecnica SCHEDA TECNICA DI PRODOTTO COD.101.60.51.94 HEALTHKIT MAINTENANCE PICC_3 del 04\02\2022, relativamente ai guanti chirurgici compresi nel kit, viene riportata la seguente descrizione:


"Sterili, in lattice privo di talco alta protezione" - Caratteristiche Codice RDM CND GUANTI CHIRURGICI IN LATTICE DEPOLVERATI 204 196565 T01010102.

Tali caratteristiche risultano non conformi con i requisiti previsti per il Gruppo 7 ("numero un paio guanti chirurgici latex-free misura 7,5"). Pertanto si esclude la ditta offerente PLAN1HEALTH, relativamente al Gruppo 7, dalla successiva valutazione.


La seduta si chiude alle ore **18.30** previa lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Pescara 18/6/2022

Dott.ssa Debora Fragolini – UOC Hospice e Cure Palliative – Presidente



Dott. Gianpaolo Caterino – UOSD Chirurgia Generale P.O. di Popoli – Componente



Dott.ssa Margherita D'Agostino – UOC Oncologia Medica P.O. di Pescara – Componente - Segretario Verbalizzante

