

La Commissione Giudicatrice

VERBALE DEL 26/10/2022

Il giorno 26/10/2022 alle ore 10:00 presso i locali della UOC INGEGNERIA CLINICA - HTA ASL di Pescara, si è riunita la Commissione Giudicatrice, come da Delibera n° 175 del 04/02/2022, composta da:

- Dott. Salvatore Antonucci, Dir. Medico U.O.C. Anestesia e Rianimazione -(Presidente)
- Dott. Ezio Di Marcoberardino, CPS Infermiere – Blocco Operatorio (Componente)
- Ing. Claudia Di Lanzo, CTP - U.O.C. Ingegneria Clinica - HTA (Componente)

I membri della commissione si sono riuniti nei seguenti giorni: 01/04/2022, 07/04/2022, 09/05/2022, 24/05/2022, 25/07/2022, 17/10/2022, 23/09/2022, 25/10/2022.

I membri della commissione, dopo attenta lettura e analisi di tutti gli atti di gara, quali capitolato tecnico, disciplinare e offerte tecniche degli Operatori Economici partecipanti e dopo visione della campionatura offerta, procedono alla valutazione tecnica attribuendo i relativi coefficienti e punteggi finali, come da "Allegato 1 - Valutazione Commissione Giudicatrice" che diventa parte integrante e sostanziale del presente verbale.

La Graduatoria finale è la seguente:

GRUPPO MERCEOLOGICO 1 - CARTUCCE RACCOLTA LIQUIDI ASPIRATI

LOTTO 1 "CARTUCCE RACCOLTA LIQUIDI ASPIRATI":

Medline International Italy Srl Unip	P.ti 80,00
Cardinal health italy 509 srl	P.ti 60,00

GRUPPO MERCEOLOGICO 2 - COTONINI PER NEUROCHIRURGIA

LOTTO 1 "COTONINI CHIRURGICI PER NEUROCHIRURGIA":

CHIRURMEDICA SRL	P.ti 80,00
NEW TECH SRL	NON IDONEO (*)

(*) NON IDONEO perché in alcune confezioni non sono presenti le misure.



LOTTO 2 "CLIP EMOSTATICHE RANEY PER CUIOIO CAPELLUTO":

NEW TECH SRL	P.ti 80,00
--------------	------------

GRUPPO MERCEOLOGICO 3 - ANESTESIA E RIANIMAZIONE

LOTTO 1 "PROLUNGA A BASSA PRESSIONE A SPIRALE LUNGHEZZA CM 150 CIRCA DIAMETRO INTERNO 1 MM":

CAIR ITALIA SRL	P.ti 80,00
FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO	P.ti 66,80
TAU MEDICA S.R.L	P.ti 56,00

LOTTO 2 "RACCORDO SONDA-SIRINGA":

CAIR ITALIA SRL	P.ti 80,00
-----------------	------------

LOTTO 3 " MASCHERA LARINGEA MONOUSO CON TUBO DI DRENAGGIO INCORPORATO":

Ambu S.r.l	P.ti 80,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	NON IDONEO (*)

(*) La ditta Teleflex presenta un prodotto con contenuto in ftalati

LOTTO 3 BIS " MASCHERA LARINGEA MONOUSO CON TUBO DI DRENAGGIO INCORPORATO":

Ambu S.r.l	P.ti 80,00
------------	------------

LOTTO 4 " MASCHERA LARINGEA MONOUSO CON TUBO DI DRENAGGIO INCORPORATO con possibilità di passaggio di un tubo endotracheale di misure adeguate ":

Ambu S.r.l	P.ti 80,00
------------	------------



LOTTO 5 " CIRCUITO MONOUSO PER VENTILATORE DI RIANIMAZIONE DA TRASPORTO ":

Draeger Italia	P.ti 80,00
CHIRURMEDICA SRL	P.ti 64,00

LOTTO 6 "DISPOSITIVO PER SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI PER VIA ENDONASALE":

DEAS S.R.L	P.ti 80,00
TELEFLEX MEDICAL SRL	P.ti 80,00
Medival S.r.l	NON IDONEO (*)

(*) manca campionatura

LOTTO 7 "PALLONE RIANIMATORE IN SILICONE TIPO AMBU ":

Ambu S.r.l	P.ti 80,00
BENEFIS S.R.L	P.ti 48,00

LOTTO 8 " POSIZIONATORE FACCIALE PER POSIZIONE PRONA. CUSCINO DI POSIZIONAMENTO DEL VISO PER TAVOLO OPERATORIO IN GEL FORMA ANATOMICA E PER PRONAZIONE IN TERAPIA INTENSIVA":

BIOMATRIX SRL	P.ti 80,00
Miamed Srl	P.ti 60,00
Medival S.r.l	NON IDONEO (*)
TAU MEDICA S.R.L	NON IDONEO (**)

(*) Materiale non in gel

(**) Manca campionatura

LOTTO 9 "POSIZIONATORE PER IL CORPO, POSIZIONE PRONA":

Miamed Srl	P.ti 80,00
BIOMATRIX SRL	P.ti 48,00

LOTTO 10 "FASCIA MONOUSO DI FISSAGGIO DI SICUREZZA DEL PAZIENTE SUL TAVOLO OPERATORIO":

Miamed Srl	P.ti 80,00
BIOMATRIX SRL	NON IDONEO (*)

(*) la misura offerta, pari a 8 cm, è inferiore a quella richiesta nei requisiti di minima (15 cm).



LOTTO 11 "SISTEMA PER IL CONDIZIONAMENTO TERMICO AD ARIA FORZATA":

SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	P.ti 80,00
Medival S.r.l	P.ti 64,90
CAIR ITALIA SRL	P.ti 61,20
MEDTRONIC ITALIA SPA	P.ti 58,30
MOVI SPA	P.ti 58,30

LOTTO 12 "LARINGOSCOPIO MONOUSO A LUCE FREDDA (FIBRA OTTICA)":

SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	P.ti 80,00
ANTONIO PELLECCIA SRL	P.ti 75,60

LOTTO 13 "KIT DIGIUNOSTOMIA TIPO PLATEAU per pazienti adulti":

Vygon Italia S.r.l	P.ti 80,00
FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO	P.ti 66,20

LOTTO 14 "CONTENITORE PER TAGLIENTI":

SANIC SRL A SOCIO UNICO	P.ti 80,00
Medline International Italy Srl Unip	NON IDONEO (*)

(*) non ha sistema di sgancio della lama, non ha numerazione sulla parte magnetica, richiesti nei requisiti minimi.

Fdm col fer

GRUPPO MERCEOLOGICO 4 - SISTEMI ELASTOMERICI

LOTTO 1 "SISTEMA ELASTOMERICO PER INFUSIONE CONTINUA DI FARMACI - volume nominale da 100 ml circa con flusso nominale da 0,5 ml/h, 1 ml/h, 2 ml/h":

GADA ITALIA SPA	P.ti 80,00
TSS TECNICA SCIENTIFICA SERVICE SRL	P.ti 72,00
SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	P.ti 59,40
SURGIKA SRL	P.ti 59,40
ALEA S.R.L	P.ti 52,85
MULTIMEDICAL SRL	P.ti 52,85
Carbini SRL	P.ti 49,20
MACROPHARM SRL	NON IDONEO (*)

(*) Il presidio non presenta sulla confezione l'indicazione delle caratteristiche riguardanti volume e velocità

LOTTO 2 "SISTEMA ELASTOMERICO PER INFUSIONE CONTINUA DI FARMACI - VOLUME NOMINALE DA 300 ml circa con flusso nominale da 1,5 ml/h, 2 ml/h, 5 ml/h, 7ml/h, 10 ml/h":

GADA ITALIA SPA	P.ti 80,00
SURGIKA SRL	P.ti 68,00
ALEA S.R.L	P.ti 52,85
MULTIMEDICAL SRL	P.ti 52,85
SVAS BIOSANA SPA	P.ti 52,60
TSS TECNICA SCIENTIFICA SERVICE SRL	P.ti 52,60
Carbini SRL	P.ti 49,20

LOTTO 3 "SISTEMA ELASTOMERICO PER INFUSIONE A FLUSSO VARIABILE DI FARMACI":

GADA ITALIA SPA	P.ti 80,00
SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	P.ti 56,90
NOVAMEDIKA DI FRATINI CLAUDIO C. S.A.S	P.ti 52,85
SVAS BIOSANA SPA	P.ti 52,60
MULTIMEDICAL SRL	P.ti 50,30
TSS TECNICA SCIENTIFICA SERVICE SRL	P.ti 50,30
MACROPHARM SRL	NON IDONEO (*)

(*) Il presidio non presenta sulla confezione l'indicazione delle caratteristiche riguardanti volume e velocità

EDM

col feu

GRUPPO MERCEOLOGICO 5 - AGHI PER BLOCCHI

LOTTO 1 "AGHI PER BLOCCHI PERIFERICI ECOGUIDATI CON AGO CON PUNTA AFFILATA TIPO FACET ECORIFLETENTE ED ELETTROSTIMOLABILE":

MOVI SPA	P.ti 80,00
B.Braun Milano S.p.A	P.ti 63,50
Vygon Italia S.r.l	P.ti 63,50

LOTTO 2 "KIT CATETERE PER ANESTESIA PLESSICA CONTINUA tecnica "through-the-needle":

MOVI SPA	P.ti 80,00
B.Braun Milano S.p.A	P.ti 63,50

LOTTO 3 "KIT CATETERE PER ANESTESIA PLESSICA CONTINUA tecnica "through-the-needle" con catetere elettrostimolabile":

MOVI SPA	P.ti 80,00
----------	------------

LOTTO 4 "KIT CATETERE PER ANESTESIA PLESSICA CONTINUA tecnica "over-the-needle" con cannula a permanenza per blocchi continui":


MOVI SPA	P.ti 80,00
----------	------------

Il Presidente, dichiara chiusa la seduta e l'intera procedura di valutazione, rimettendo al RUP il presente verbale composto da pag. 4 con "Allegato 1 - Valutazione Commissione Giudicatrice", per i successivi atti consequenziali.

Pescara, 26/10/2022 ore 12:00

La Commissione Giudicatrice


- Dott. Salvatore ANTONUCCI



- Dott. Ezio DI MARCOBERARDINO



- Ing. Claudia DI LANZO




Allegato 1 - VALUTAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE NECESSITA' DELLE UU.OO. DI RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA, BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA

GRUPPO MERCEOLOGICO 1 - CARTUCCE RACCOLTA LIQUIDI ASPIRATI

LOTTO 1- CARTUCCE RACCOLTA LIQUIDI ASPIRATI

CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA	PUNTEGGIO MAX	Coeff. Ass.		Coeff. Rip.		Punteggio			
		Cardinal health Italy 509 srl	Medline International Italy Srl Unip	Cardinal health Italy 509 srl	Medline International Italy Srl Unip	Cardinal health Italy 509 srl	Medline International Italy Srl Unip		
Qualità e resistenza del materiale e della manifattura	22	0,75	1	0,75	1	16,5	22		
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di maneggevolezza	29	0,75	1	0,75	1	21,75	29,00		
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente e/o operatore	29	0,75	1	0,75	1	21,75	29,00		
PUNTEGGIO TOTALE								60,00	80,00
PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO								60,00	80,00

Pescara, 26/10/2022

La Commissione Giudicatrice

Dott. Dott. Salvatore ANTONUCCI

Dott. Ezio DI MARCOBERARDINO

Ing. Claudia DI LANZO







2/25

Allegato 1 - VALUTAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE NECESSITA' DELLE UU.OO. DI RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA,
BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA

GRUPPO MERCEOLOGICO 2 - COTONINI PER NEUROCHIRURGIA
LOTTO 1 - COTONINI CHIRURGICI PER NEUROCHIRURGIA

CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA	PUNTEGGIO MAX	Coeff. Ass.		Coeff. Rip.		Punteggio	
		CHIRURMEDICA SRL	NEW TECH SRL				
qualità e resistenza del materiale e della manifattura	22	1		1		22	
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di maneggevolezza	29	1	NON IDONEO (*)	1	NON IDONEO (*)	29,00	NON IDONEO (*)
		1		1		29,00	
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente e/o operatore	29	1		1		29,00	
PUNTEGGIO TOTALE						80,00	0,00
PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO						80,00	0,00

(*) NON IDONEO perché in alcune confezioni non sono presenti le misure:
Pescara, 26/10/2022

La Commissione Giudicatrice

Dott. Dott. Salvatore ANTONUCCI

Dott. Ezio DI MARCOBERARDINO

Ing. Claudia DI LANZO

Antoniucci

Di Marcoberardino

Claudia Di Lanzo

2/25

Allegato 1 - VA+A18+A1:E27+A1:E28+A18+A1:E27+A1:E27

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE NECESSITA' DELLE UU.OO. DI RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA, BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA

GRUPPO MERCEOLOGICO 2 - COTONINI PER NEUROCHIRURGIA

LOTTO 2 - CLIP EMOSTATICHE RANEY PER CUOIO CAPELLUTO

CRITERI DI VALUZIONE QUALITATIVA	PUNTEGGIO MAX	Coef. Ass.	Coef. Rip.	Punteggio
		NEW TECH SRL	NEW TECH SRL	NEW TECH SRL
qualità e resistenza del materiale e della manifattura	22	1	1	22,00
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di maneggevolezza	29	1	1	29,00
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente e/o operatore	29	1	1	29,00
PUNTEGGIO TOTALE				80,00
PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO				80,00

* nel disciplinare non presenti i criteri di valutazione (considerati i criteri del GM1)

Pescara, 26/10/2022

La Commissione Giudicatrice

Dott. Dott. Salvatore ANTONUCCI

Dott. Ezio DI MARCOBERARDINO

Ing. Claudia DI LANZO







Allegato 1 - VALUTAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE NECESSITA' DELLE UU.OO. DI RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA, BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA

GRUPPO MERCEOLOGICO 3 - ANESTESIA E RIANIMAZIONE
LOTTO 1- PROLUNGA A BASSA PRESSIONE A SPIRALE LUNGHEZZA CM 150 CIRCA DIAMETRO INTERNO 1 MM

CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA	PUNTEGGIO MAX	Coeff. Ass.				Coeff. Rip.			Punteggio	
		CAIR ITALIA SRL	FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO	TAU MEDICA S.R.L.	CAIR ITALIA SRL	FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO	TAU MEDICA S.R.L.	CAIR ITALIA SRL	FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO	TAU MEDICA S.R.L.
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE (coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	22	1	0,7	0,7	1	0,7	0,7	22,00	15,40	15,40
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di semplicità di utilizzo	22	1	0,7	0,7	1	0,7	0,7	22,00	15,40	15,40
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	36	1	1	0,7	1	1	0,7	36,00	36,00	25,20
PUNTEGGIO TOTALE								80,00	66,80	56,00
PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO								80,00	66,80	56,00

Pescara, 26/10/2022

La Commissione Giudicatrice

Dott. Dott. Salvatore ANTONUCCI

Dott. Ezio DI MARCOBERARDINO

Ing. Claudia DI LANZO


 Dott. Salvatore ANTONUCCI


 Ing. Claudia DI LANZO

4/25

Allegato 1 - VALUTAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE NECESSITA' DELLE UU.OO. DI RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA, BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA

GRUPPO MERCEOLOGICO 3 - ANESTESIA E RIANIMAZIONE

LOTTO 2- RACCORDO SONDA-SIRINGA

CRITERI DI VALUZIONE QUALITATIVA	PUNTEGGIO MAX	Coeff. Ass.		Coeff. Rip.		Punteggio
		CAIR ITALIA SRL	CAIR ITALIA SRL	CAIR ITALIA SRL	CAIR ITALIA SRL	
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE (coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	22	1	1	1	22,00	
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di semplicità di utilizzo	22	1	1	1	22,00	
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	36	1	1	1	36,00	
PUNTEGGIO TOTALE						
PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO						
80,00						

Pescara, 26/10/2022

La Commissione Giudicatrice

Dott. Dott. Salvatore ANTONUCCI



Dott. Ezio DI MARCOBERARDINO



Ing. Claudia DI LANZO



5/25

Allegato 1 - VALUTAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE NECESSITA' DELLE UU.OO. DI RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA, BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA

GRUPPO MERCEOLOGICO 3 - ANESTESIA E RIANIMAZIONE

LOTTO 3 - MASCHERA LARINGEA MONOUSO CON TUBO DI DRENAGGIO INCORPORATO

CRITERI DI VALUZIONE QUALITATIVA	PUNTEGGIO MAX	Coeff. Ass.		TELEFLEX MEDICAL SRL	Coeff. Rip.		Punteggio	
		Ambu S.r.l						
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE (coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	22	1		1	non idoneo *	22	non idoneo *	
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di semplicità di utilizzo	22	1		1	non idoneo *	22,00		
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	36	1		1		36,00		
PUNTEGGIO TOTALE							80,00	/
PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO							80,00	/

* La ditta Teleflex presenta un prodotto con contenuto in fralati

Pescara, 26/10/2022

La Commissione Giudicatrice

Dott. Dott. Salvatore ANTONUCCI



Dott. Ezio DI MARCOBERARDINO



Ing. Claudia DI LANZO



6/25

Allegato 1 - VALUTAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE NECESSITA' DELLE UU.OO. DI RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA, BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA

GRUPPO MERCEOLOGICO 3 - ANESTESIA E RIANIMAZIONE

LOTTO 3 BIS - MASCHERA LARINGEA MONOUSO CON TUBO DI DRENAGGIO INCORPORATO

CRITERI DI VALUZIONE QUALITATIVA	PUNTEGGIO MAX	Ambu S.r.l		Punteggio
		Coeff. Ass.	Coeff. Rip.	
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE (coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	22	1	1	22,00
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di semplicità di utilizzo	22	1	1	22,00
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	36	1	1	36,00
PUNTEGGIO TOTALE				80,00
PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO				80,00

Pescara, 26/10/2022

La Commissione Giudicatrice

Dott. Dott. Salvatore ANTONUCCI



Dott. Ezio DI MARCOBERARDINO



Ing. Claudia DI LANZO



7/25

Allegato 1 - VALUTAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE NECESSITA' DELLE U.O.O. DI RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA, BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA

GRUPPO MERCEOLOGICO 3 - ANESTESIA E RIANIMAZIONE

LOTTO 4: MASCHERA LARINGEA MONOUSO CON TUBO DI DRENAGGIO INCORPORATO con possibilità di passaggio di un tubo endotracheale

CRITERI DI VALUZIONE QUALITATIVA	PUNTEGGIO MAX	Ambu S.r.l		Punteggio
		Coeff. Ass.	Coeff. Rip.	
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE (coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	22	1	1	22
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di semplicità di utilizzo	22	1	1	22,00
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	36	1	1	36,00
PUNTEGGIO TOTALE				80,00
PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO				80,00

Pescara, 26/10/2022

La Commissione Giudicatrice

Dott. Dott. Salvatore ANTONUCCI



Dott. Ezio DI MARCOBERARDINO



Ing. Claudia DI LANZO



8/25

Allegato 1 - VALUTAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE NECESSITA' DELLE UU.OO. DI RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA, BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA

GRUPPO MERCEOLOGICO 3 - ANESTESIA E RIANIMAZIONE
LOTTO 5 - CIRCUITO MONOUSO PER VENTILATORE DI RIANIMAZIONE DA TRASPORTO

CRITERI DI VALUZIONE QUALITATIVA	PUNTEGGIO MAX	Coef. Ass.		Coef. Rip.		Punteggio	
		CHIRURMEDICA SRL	Draeger Italia	CHIRURMEDICA SRL	Draeger Italia	CHIRURMEDICA SRL	Draeger Italia
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE (coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	22	0,8	1	0,8	1	17,60	22,00
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di semplicità di utilizzo	22	0,8	1	0,8	1	17,60	22,00
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	36	0,8	1	0,8	1	28,80	36,00
PUNTEGGIO TOTALE						64,00	80,00
PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO						64,00	80,00


Pescara, 26/10/2022

La Commissione Giudicatrice

Dott. Dott. Salvatore ANTONUCCI

Dott. Ezio DI MARCOBERARDINO

Ing. Claudia DI LANZO



9/25

Allegato 1 - VALUTAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE NECESSITA' DELLE UU.OO. DI RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA, BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA

GRUPPO MERCEOLOGICO 3 - ANESTESIA E RIANIMAZIONE
LOTTO 6 - DISPOSITIVO PER SOMMINISTRAZIONE DI FARMACI PER VIA ENDONASALE

CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA	PUNTEGGIO MAX	Coeff. Ass.		Coeff. Rip.		Punteggio		
		DEAS S.R.L	Medival S.r.l	DEAS S.R.L	Medival S.r.l	DEAS S.R.L	Medival S.r.l	
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE (coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	22	1	non idoneo *	1	non idoneo *	22,00	non idoneo *	22,00
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di semplicità di utilizzo	22	1		1		22,00		22,00
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	36	1		1		36,00		36,00
PUNTEGGIO TOTALE						80,00		80,00
PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO						80,00	/	80,00

* manca campionatura

Pescara, 26/10/2022

La Commissione Giudicatrice

Dott. Dott. Salvatore ANTONUCCI

Dott. Ezio DI MARCOBERARDINO

Ing. Claudia DI LANZO




10/25

Allegato 1 - VALUTAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE NECESSITA' DELLE U.O. DI RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA, BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA

GRUPPO MERCEOLOGICO 3 - ANESTESIA E RIANIMAZIONE

LOTTO 7 - PALLONE RIANIMATORE IN SILICONE TIPO AMBU

CRITERI DI VALUZIONE QUALITATIVA	PUNTEGGIO MAX	Coeff. Ass.		Coeff. Rip.		Punteggio		
		Ambu S.r.l	BENEFIS S.R.L	Ambu S.r.l	BENEFIS S.R.L	Ambu S.r.l	BENEFIS S.R.L	
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE (coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	22	1	0,6	1	0,6	22	13,2	
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di semplicità di utilizzo	22	1	0,6	1	0,6	22,00	13,2	
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	36	1	0,6	1	0,6	36,00	21,6	
PUNTEGGIO TOTALE							80,00	48,00
PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO							80,00	48,00

Pescara, 26/10/2022

La Commissione Giudicatrice


Dott. Dott. Salvatore ANTONUCCI



Dott. Ezio DI MARCOBERARDINO



Ing. Claudia DI LANZO



12/25

Allegato 1 - VALUTAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE NECESSITA' DELLE U.O.O. DI RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA, BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA

GRUPPO MERCEOLOGICO 3 - ANESTESIA E RIANIMAZIONE

LOTTO 8 - POSIZIONATORE FACIALE PER POSIZIONE PRONA. CUSCINO DI POSIZIONAMENTO DEL VISO PER TAVOLO OPERATORIO IN GEL FORMA ANATOMICA E PER PRONAZIONE IN TERAPIA INTENSIVA

CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA	PUNTEGGIO MAX	Coeff. Ass.				Coeff. Rip.				Punteggio			
		BIOMATRIX SRL	Medival S.r.l	Miamed Srl	TAU MEDICA S.R.L	BIOMAT RIX SRL	Medival S.r.l	Miamed Srl	TAU MEDICA S.R.L	BIOMAT RIX SRL	Medival S.r.l	Miamed Srl	TAU MEDICA S.R.L
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE (coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	22	1	NON IDONEO (*) (NO GEL E NON RIUTILIZZABILE)	0,75	TAU MEDICA S.R.L	1	/	0,75	TAU MEDICA S.R.L	22	/	16,5	/
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di semplicità di utilizzo	22	1		0,75	NON VALUTABILE PER ASSENZA DI CAMPIONATURA	1	/	0,75	/	22,00	/	16,5	/
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	36	1		0,75		1	/	0,75		36,00	/	27	/
PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO										80,00	/	60,00	/

(*) NO GEL E NON RIUTILIZZABILE

Pescara, 26/10/2022

La Commissione Giudicatrice

Dott. Dott. Salvatore ANTONUCCI



Dott. Ezio DI MARCOBERARDINO



Ing. Claudia DI LANZO



12/25

Allegato 1 - VALUTAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE NECESSITA' DELLE UU.OO. DI RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA, BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA

GRUPPO MERCEOLOGICO 3 - ANESTESIA E RIANIMAZIONE

LOTTO 9 - POSIZIONATORE PER IL CORPO, POSIZIONE PRONA


CRITERI DI VALUZIONE QUALITATIVA	PUNTEGGIO MAX	Coeff. Ass.		Coeff. Rip.		Punteggio	
		BIOMATRIX SRL	Miamed Srl	BIOMATRIX SRL	Miamed Srl	BIOMATRIX SRL	Miamed Srl
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE (coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	22	0,6	1	0,6	1	13,2	22
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di semplicità di utilizzo	22	0,6	1	0,6	1	13,20	22
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	36	0,6	1	0,6	1	21,60	36
PUNTEGGIO TOTALE						48,00	80,00
PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO						48,00	80,00

(*) BIOMATRIX: posizionatore più alto

Pescara, 26/10/2022

La Commissione Giudicatrice

Dott. Dott. Salvatore ANTONUCCI



Dott. Ezio DI MARCOBERARDINO



Ing. Claudia DI LANZO



13/25

Allegato 1 - VALUTAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE NECESSITA' DELLE UU.OO. DI RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA,
BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA

GRUPPO MERCEOLOGICO 3 - ANESTESIA E RIANIMAZIONE

LOTTO 10 - FASCIA MONOUSO DI FISSAGGIO DI SICUREZZA DEL PAZIENTE SUL TAVOLO OPERATORIO (larghezza cm15 circa)

CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA	PUNTEGGIO MAX	Coeff. Ass.		Coeff. Rip.		Punteggio	
		BIOMATRIX SRL	Miamed Srl	BIOMATRIX SRL	Miamed Srl	BIOMATRIX SRL	Miamed Srl
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE (coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	22	NON IDONEA * (MISURA OFFERTA 8 CM)	1	/	1	/	22
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di semplicità di utilizzo	22		1		1		22
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	36		1		1		36
PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO							
							80,00
							80,00

* MISURA OFFERTA 8 CM

Pescara, 26/10/2022

La Commissione Giudicatrice

Dott. Dott. Salvatore ANTONUCCI



Dott. Ezio DI MARCOBERARDINO



Ing. Claudia DI LANZO



14/25

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE NECESSITA' DELLE UU.OO. DI RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA, BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA

GRUPPO MERCEOLOGICO 3 - ANESTESIA E RIANIMAZIONE
LOTTO 11 - SISTEMA PER IL CONDIZIONAMENTO TERMICO AD ARIA FORZATA

CRITERI DI VALUZIONE QUALITATIVA	PUNTEGGIO MAX	Coeff. Ass.						Coeff. Rip.					Punteggio															
		CAIR ITALIA SRL	Medival S.r.l	MEDTRONIC ITALIA SPA	MOVI SPA	SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	CAIR ITALIA SRL	Medival S.r.l	MEDTRONIC ITALIA SPA	MOVI SPA	SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	CAIR ITALIA SRL	Medival S.r.l	MEDTRONIC ITALIA SPA	MOVI SPA	SMITHS MEDICAL ITALIA SRL												
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE (coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	19	0,7	0,7	0,6	0,6	1	0,7	0,7	0,6	0,6	1	13,3	13,3	11,4	11,4	19												
Impostazione di diverse temperature di funzionamento e di regolazione del flusso di aria (verranno premiate le ditte che offriranno dispositivi che permettano un numero maggiore di impostazioni)	14	0,8	0,8	1	1	1	0,8	0,8	1	1	1	11,2	11,2	14	14	14												
Silenziosità del sistema (in decibel) valutato da scheda tecnica e da prova in vivo(verranno premiate le ditte che presenteranno dispositivi dotati di maggiore silenziosità)	9	0,7	0,9	0,7	0,7	1	0,7	0,9	0,7	0,7	1	6,3	8,1	6,3	6,3	9												
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di semplicità di utilizzo	19	0,8	0,9	0,7	0,7	1	0,8	0,9	0,7	0,7	1	15,20	17,1	13,3	13,3	19,00												
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	19	0,8	0,8	0,7	0,7	1	0,8	0,8	0,7	0,7	1	15,20	15,2	13,3	13,3	19,00												
PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO		<table border="0" style="width: 100%;"> <tr> <td style="width: 100%;">PUNTEGGIO TOTALE</td> <td>61,20</td> <td>64,90</td> <td>58,30</td> <td>58,30</td> <td>80,00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>61,20</td> <td>64,90</td> <td>58,30</td> <td>58,30</td> <td>80,00</td> </tr> </table>															PUNTEGGIO TOTALE	61,20	64,90	58,30	58,30	80,00		61,20	64,90	58,30	58,30	80,00
PUNTEGGIO TOTALE	61,20	64,90	58,30	58,30	80,00																							
	61,20	64,90	58,30	58,30	80,00																							

Pescara, 26/10/2022

La Commissione Giudicatrice

Dott. Salvatore ANTONUCCI

Dott. Ezio DI MARCOBERARDINO

Ing. Claudia DI LANZO

Antonucci

Di Marcoberardino
Claudia Di Lanzo

15/25

Allegato 1 - VALUTAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE NECESSITA' DELLE UU.OO. DI RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA,
BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA

GRUPPO MERCEOLOGICO 3 - ANESTESIA E RIANIMAZIONE

LOTTO 12 - LARINGOSCOPIO MONOUSO A LUCE FREDDA (FIBRA OTTICA)

CRITERI DI VALUZIONE QUALITATIVA	PUNTEGGIO MAX	Coeff. Ass.		Coeff. Rip.		Punteggio	
		ANTONIO PELLECCCHIA SRL	SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	ANTONIO PELLECCCHIA SRL	SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	ANTONIO PELLECCCHIA SRL	SMITHS MEDICAL ITALIA SRL
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE (coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	22	1	1	1	1	22,00	22,00
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di semplicità di utilizzo	22	0,8	1	0,8	1	17,60	22,00
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	36	1	1	1	1	36,00	36,00
PUNTEGGIO TOTALE						75,60	80,00
PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO						75,60	80,00

Pescara, 26/10/2022

La Commissione Giudicatrice

Dott. Dott. Salvatore ANTONUCCI



Dott. Ezio DI MARCOBERARDINO



Ing. Claudia DI LANZO



16/25

Allegato 1 - VALUTAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE NECESSITA' DELLE UU.OO. DI RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA,
BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA

GRUPPO MERCEOLOGICO 3 - ANESTESIA E RIANIMAZIONE

LOTTO 13 - KIT DIGIUNOSTOMIA TIPO PLATEAU per pazienti adulti

CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA	PUNTEGGIO MAX	Coeff. Ass.		Coeff. Rip.		Punteggio	
		FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO	Vygon Italia S.r.l.	FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO	Vygon Italia S.r.l.	FRESENIUS KABI ITALIA SRL CON UNICO SOCIO	Vygon Italia S.r.l.
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE (coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	22	1	1	1	1	22	22
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di semplicità di utilizzo	22	0,7	1	0,7	1	15,40	22
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di sicurezza per il paziente	36	0,8	1	0,8	1	28,80	36
PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO						66,20	80,00
PUNTEGGIO TOTALE						66,20	80,00

Pescara, 26/10/2022


La Commissione Giudicatrice

Dott. Dott. Salvatore ANTONUCCI

Dott. Ezio DI MARCOBERARDINO

Ing. Claudia DI LANZO



17/25

Allegato 1 - VALUTAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE NECESSITA' DELLE UU.OO. DI RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA, BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA

GRUPPO MERCEOLOGICO 3 - ANESTESIA E RIANIMAZIONE
LOTTO 14 - CONTENITORE PER TAGLIENTI

CRITERI DI VALUZIONE QUALITATIVA	PUNTEGGIO MAX	Coeff. Ass.		Coeff. Rip.		Punteggio		
		Medicine International Italy Srl Unip	SANIC SRL A SOCIO UNICO	Medicine International Italy Srl Unip	SANIC SRL A SOCIO UNICO	Medicine International Italy Srl Unip	SANIC SRL A SOCIO UNICO	
Resistenza del materiale	17		1		1		17	
Qualità del magnetismo	17	NON IDONEO (*)	1	/	1	/	17	
Presenza di apertura sul dispositivo di sgancio da entrambi i lati	23		1		1		23	
Tenuta della chiusura	23		1		1		23	
PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO							/	80,00
PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO							/	80,00

(*) non ha sistema di sgancio della lama, non ha numerazione sulla parte magnetica


Pescara, 26/10/2022

La Commissione Giudicatrice

Dott. Dott. Salvatore ANTONUCCI

Dott. Ezio DI MARCOBERARDINO

Ing. Claudia DI LANZO





18/25

Allegato 1 - VALUTAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE NECESSITA' DELLE U.O. DI RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA, BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA

GRUPPO MERCEOLOGICO 4 - SISTEMI ELASTOMERICI
 LOTTO 1: SISTEMA ELASTOMERICO PER INFUSIONE CONTINUA DI FARMACI

CRITERI DI VALUTAZIONE QUANTITATIVA	PUNTEGGIO MAX	Coeff. Ass.										Coeff. Rip.										Punteggio									
		ALEA S.R.L.	Cehini SRL	GAD ITALIA SPA	MACROPHARM SRL	MULTIMEDICAL SRL	SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	SURBIRCA SRL	TSS TECNICA SCIENTIFICA SERVICE SRL	ALEA S.R.L.	Cehini ITALIA SPA	GAD ITALIA SPA	MACROPHARM SRL	MULTIMEDICAL SRL	SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	SURBIRCA SRL	TSS TECNICA SCIENTIFICA SERVICE SRL	ALEA S.R.L.	Cehini ITALIA SPA	GAD ITALIA SPA	MACROPHARM SRL	MULTIMEDICAL SRL	SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	SURBIRCA SRL	TSS TECNICA SCIENTIFICA SERVICE SRL						
QUANTITÀ E PRESSIONE NEL MATERIALE E DELLA MANIPOLAZIONE	17	0,95	0,7	1	1	0,85	0,8	0,8	0,9	0,85	0,7	1	0,85	0,8	0,8	0,9	14,45	11,90	17,00	14,45	11,90	17,00	14,45	11,90	17,00						
MINIMO INGOMBRO	6	0,7	0,7	1	1	0,7	0,8	0,8	0,9	0,7	0,7	1	0,7	0,8	0,8	0,9	4,20	4,20	6,00	4,20	4,20	6,00	4,20	4,20	6,00						
PRATICITÀ DI USO	23	0,6	0,7	1	1	0,6	0,6	0,6	0,9	0,6	0,7	1	0,6	0,6	0,6	0,9	13,80	16,10	23,00	13,80	16,10	23,00	13,80	16,10	23,00						
QUANTITÀ COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE (rispetto e pressione del volume e dei tempi di erogazione; presenza sulla linea inibitrice di disconnessione per interruzione del flusso)	34	0,6	0,5	1	NON IDONEO (*)	0,6	0,8	0,8	0,9	0,6	0,5	1	0,6	0,8	0,8	0,9	20,40	17,00	34,00	20,40	17,00	34,00	20,40	17,00	34,00						
		PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO										PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO										PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO									
		52,85										52,85										52,85									
		49,20										49,20										49,20									
		80,00										80,00										80,00									
		/										/										/									
		52,85										52,85										52,85									
		59,40										59,40										59,40									
		59,40										59,40										59,40									
		72,00										72,00										72,00									

(*) Il prodotto della ditta MacroPharm non presenta sulla confezione l'indicazione delle caratteristiche riguardanti volume e velocità

Pescara, 26/10/2022

La Commissione Giudicatrice

Dot. Salvatore ANTONUCCI

Dot. Ezio DI MARCOBERARDINO

Ing. Claudio DI LANZO

19/25

Allegato 1 - VALUTAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE NECESSITÀ DELLE CURA DI RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA, BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA

GRUPPO MERCATOLOGICO 4 - SISTEMI ELASTOMERICI
LOTTO 2: SISTEMA ELASTOMERICO PER INFUSIONE CONTINUA DI FARMACI - VOLUME NOMINALE DA 300 ml circa con flusso nominale da 1,5 ml/h, 2 ml/h, 5 ml/h, 7 ml/h, 10 ml/h

CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA	PUNTEGGIO MAX	Coeff. Ass.										Coeff. Rip.										Punteggio																																																	
		Alea S.R.L.	Cahini S.R.L.	GADA ITALIA SPA	MULTIMEDIC AL SRL	SURGIMA SRL	SVAS BIOSANA SPA	TSS TECNICA SCIENTIFICA SERVICE SRL	Alea S.R.L.	Cahini S.R.L.	GADA ITALIA SPA	MULTIMEDICAL SRL	SURGIMA SRL	SVAS BIOSANA SPA	TSS TECNICA SCIENTIFICA SERVICE SRL	Alea S.R.L.	Cahini S.R.L.	GADA ITALIA SPA	MULTIMEDICAL SRL	SURGIMA SRL	SVAS BIOSANA SPA	TSS TECNICA SCIENTIFICA SERVICE SRL																																																	
QUALITÀ E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	17	0,85	0,7	1	0,85	0,85	0,8	0,85	0,7	0,7	1	0,85	0,85	0,8	0,8	14,45	11,90	17,00	14,45	14,45	13,60	13,60																																																	
MINIMO INGOMBRO	6	0,7	0,7	1	0,7	0,85	0,8	0,85	0,7	0,7	1	0,85	0,85	0,8	0,8	4,20	4,20	6,00	4,20	5,10	4,80	4,80																																																	
FACILITÀ DI USO (riempimento agevole e sicuro nel corpo dell'elastomero)	23	0,6	0,7	1	0,6	0,85	0,6	0,6	0,6	0,7	1	0,6	0,85	0,6	0,6	13,80	16,10	23,00	13,80	19,55	13,80	13,80																																																	
QUALITÀ COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE (Rispetto e precisione dei volumi e dei tempi di erogazione; presenza sulla linea infusoriale di dispositivo per interruzione del flusso)	34	0,6	0,5	1	0,6	0,85	0,6	0,6	0,6	0,5	1	0,6	0,85	0,6	0,6	20,40	17,00	34,00	20,40	28,90	20,40	20,40																																																	
		PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO										PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO										PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO																																																	
		52,85										49,20										80,00										52,85										68,00										52,60										52,60									
		49,20										80,00										52,85										68,00										52,60										52,60																			

Pescara, 26/10/2022

La Commissione Giudicatrice

Dot. Dott. Salvatore Antonucci

Dot. Ezio Di Marcobberardino

Ing. Claudia Di Lanzo



20/25

GRUPPO MERCEOLOGICO 4 - SISTEMI ELASTOMETRICI
 LOTTO 3: SISTEMA ELASTOMETRICO PER INFUSIONE A FLUSSO VARIABILE DI FARMACI

CRITERI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA	PUNTEGGIO MAX	Coeff. Ass.										Coeff. Rip.										Punteggio				
		GADA ITALIA SPA	MACROPHARM SRL	MULTIMEDICAL SRL	NOVAMEDICA DI FRATTINI CLAUDIO C. S.A.S	SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	SVAS BIOSANA SPA	TSS TECNICA SCIENTIFICA SERVICE SRL	GADA ITALIA SPA	MACROPHARM SRL	MULTIMEDICAL SRL	NOVAMEDICA DI FRATTINI CLAUDIO C. S.A.S	SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	SVAS BIOSANA SPA	TSS TECNICA SCIENTIFICA SERVICE SRL	GADA ITALIA SPA	MACROPHARM SRL	MULTIMEDICAL SRL	NOVAMEDICA DI FRATTINI CLAUDIO C. S.A.S	SMITHS MEDICAL ITALIA SRL	SVAS BIOSANA SPA	TSS TECNICA SCIENTIFICA SERVICE SRL				
QUALITA' E RESISTENZA DEL MATERIALE E DELLA MANIFATTURA	17	1		0,7	0,85	0,7	0,8	0,85	1		0,7	0,85	0,7	0,8	0,7	17,00		11,90	14,45	11,90	13,60	11,90				
MINIMO INGOMBERO	6	1		0,7	0,7	0,8	0,8	0,7	1		0,7	0,7	0,85	0,8	0,7	6,00		4,20	4,20	5,10	4,80	4,20				
QUALITA' COSTRUTTIVA CORRELATA AD ASPETTI DI SICUREZZA PER IL PAZIENTE (rispetto e precisione dei volumi e dei tempi di erogazione; presenza sulla linea infusoriale di dispositivi per interruzione del flusso)	23	1	NON IDONEO (*)	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	1	/	0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	23,00	/	13,90	13,90	16,10	13,90	13,90				
PAZIENTE (rispetto e precisione dei volumi e dei tempi di erogazione; presenza sulla linea infusoriale di dispositivi per interruzione del flusso)	34	1		0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	1		0,6	0,6	0,7	0,6	0,6	34,00		20,40	20,40	23,80	20,40	20,40				
PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO		80,00	/	50,30	52,85	56,90	52,60	50,30	/	50,30	52,85	56,90	52,60	50,30	50,30											

(*) Il presidio della ditta MacroPharm non presenta sulla confezione l'indicazione delle caratteristiche riguardanti volume e velocità

Pescara, 26/10/2022

La Commissione Giudicatrice

Dott. Dott. Salvatore ANTONUCCI

Dott. Elio DI MARCOBERARDINO

Ing. Claudia DI LANZO

(Signature)
(Signature)

21/25

Allegato 1 - VALUTAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE NECESSITA' DELLE UU.OO. DI RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA, BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA

GRUPPO MERCEOLOGICO 5 - AGHI PER BLOCCHI

LOTTO 1: AGHI PER BLOCCHI PERIFERICI ECOGUIDATI CON AGO CON PUNTA AFFILATA TIPO FACET ECORIFLETTENTE ED ELETTROSTIMOLABILE

CRITERI DI VALUZIONE QUALITATIVA	PUNTEGGIO MAX	Coeff. Ass.			Coeff. Rip.			Punteggio					
		B.Braun Milano S.p.A	MOVI SPA	Vygon Italia S.r.l	B.Braun Milano S.p.A	MOVI SPA	Vygon Italia S.r.l	B.Braun Milano S.p.A	MOVI SPA	Vygon Italia S.r.l			
Qualità e resistenza del materiale e della manifattura (coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	25	1	1	1	1	1	1	1	1	1	25	25	25
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	20	0,7	1	0,7	0,7	1	0,7	1	0,7	1	14	20	14
Funzionalità ed efficienza del dispositivo	35	0,7	1	0,7	0,7	1	0,7	1	0,7	1	24,50	35	24,5
PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO											63,50	80,00	63,50
PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO											63,50	80,00	63,50


Pescara, 26/10/2022

La Commissione Giudicatrice

Dott. Dott. Salvatore ANTONUCCI

Dott. Ezio DI MARCOBERARDINO

Ing. Claudia DI LANZO







22/25

Allegato 1 - VALUTAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE NECESSITA' DELLE UU.OO. DI RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA
E ANESTIOSOLOGIA, BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA

GRUPPO MERCEOLOGICO 5 - AGHI PER BLOCCHI

LOTTO 2: KIT CATETERE PER ANESTESIA PLESSICA CONTINUA tecnica "through-the-needle"

CRITERI DI VALUZIONE QUALITATIVA	PUNTEGGIO MAX	Coeff. Ass.		Coeff. Rip.		Punteggio	
		B.Braun Milano S.p.A	MOVI SPA	B.Braun Milano S.p.A	MOVI SPA	B.Braun Milano S.p.A	MOVI SPA
Qualità e resistenza del materiale e della manifattura (coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	25	1	1	1	1	25	25
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	20	0,7	1	0,7	1	14	20
Funzionalità ed efficienza del dispositivo	35	0,7	1	0,7	1	24,5	35
PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO							
	PUNTEGGIO TOTALE	63,50	80,00				
		63,50	80,00				

Pescara, 26/10/2022

La Commissione Giudicatrice

Dott. Dott. Salvatore ANTONUCCI



Dott. Ezio DI MARCOBERARDINO



Ing. Claudia DI LANZO



23/25

Allegato 1 - VALUTAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE NECESSITA' DELLE UU.OO. DI RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA, BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA

GRUPPO MERCEOLOGICO 5 - AGHI PER BLOCCHI

LOTTO 3: KIT CATETERE PER ANESTESIA PLESSICA CONTINUA tecnica "through-the-needle" con catetere elettrostimolabile

CRITERI DI VALUZIONE QUALITATIVA	PUNTEGGIO MAX	MOVI SPA		
		Coeff. Ass.	Coeff. Rip.	Punteggio
Qualità e resistenza del materiale e della manifattura (coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	25	1	1	25
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	20	1	1	20
Funzionalità ed efficienza del dispositivo	35	1	1	35
PUNTEGGIO TOTALE				80,00
PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO				80,00

Pescara, 26/10/2022

La Commissione Giudicatrice

Dott. Dott. Salvatore ANTONUCCI



Dott. Ezio DI MARCOBERARDINO



Ing. Claudia DI LANZO



24/25

Allegato 1 - VALUTAZIONE COMMISSIONE GIUDICATRICE

PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MEDICI PER LE NECESSITA' DELLE UU.OO. DI RIANIMAZIONE, TERAPIA INTENSIVA E ANESTIOSOLOGIA, BLOCCO OPERATORIO DEL P.O. DI PESCARA

GRUPPO MERCEOLOGICO 5 - AGHI PER BLOCCHI

LOTTO 4: KIT CATETERE PER ANESTESIA PLESSICA CONTINUA tecnica "over-the-needle" con cannula a permanenza per blocchi
continui

CRITERI DI VALUZIONE QUALITATIVA	PUNTEGGIO MAX	MOVI SPA		Punteggio
		Coeff. Ass.	Coeff. Rip.	
Qualità e resistenza del materiale e della manifattura (coefficiente maggiore in corrispondenza della massima qualità e resistenza su valutazione della Commissione tecnica)	25	1	1	25
Qualità costruttiva correlata ad aspetti di ergonomia e maneggevolezza	20	1	1	20
Funzionalità ed efficienza del dispositivo	35	1	1	35
PUNTEGGIO TOTALE				80,00
PUNTEGGIO FINALE RIPARAMETRATO				80,00

Pescara, 26/10/2022

La Commissione Giudicatrice

Dott. Dott. Salvatore ANTONUCCI

Dott. Ezio DI MARCOBERARDINO

Ing. Claudia DI LANZO





25/25