

SEDE

Oggetto: PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 60 DEL D.LGS. N. 50/2016 E SS.MM.II., FINALIZZATA ALLA FORNITURA IN SERVICE DI UNO SCOMPOSITORE PER LA PRODUZIONE ED ALIQUOTAZIONE DI EMOCOMPONENTI DI II° LIVELLO, DI UN SOFTWARE DEDICATO ALLA GESTIONE DEI CONTROLLI DI QUALITA' DEGLI EMOCOMPONENTI AD USO TRASFUSIONALE E AD USO NON TRASFUSIONALE E DI MATERIALI PER LA LAVORAZIONE DEL SANGUE.
CIG. 9203805428

La commissione costituita dal Presidente Dr.ssa Irma Griffo e i commissari Dr.ssa Palmira Striani e Dr.ssa TSLB Irma Campitelli si è insediata c/o i locali dell'UOC di Microbiologia e Virologia ASL Pescara, in data 2 Novembre 2022 alle ore 16:00.

Visionato il materiale da Lei inviato si è constatato che all'avviso ha risposto una sola Ditta:

- FRESENIUS KABI ITALIA s.r.l. Sede Legale e Stabilimento Via Camagre n.41 – 37063 Isola della Scala (VERONA) – ITALY

Dopo attenta valutazione la commissione ritiene che i prodotti proposti dalla suddetta Ditta abbiano i requisiti minimi richiesti per la fornitura in oggetto.

Si fornisce griglia di valutazione unica dei requisiti a punteggio.

*Palmira Striani
Campitelli Irma*

Irma Griffo


REQUISITI TECNICI PREFERENZIALI			
	PARAMETRI OGGETTO DI VALUTAZIONE	CRITERI DI VALUTAZIONE E PUNTEGGI	PUNTEGGIO ASSEGNATO
SCOMPOSITORE			
1	Numero di presse dello scompositore	>2 Presse: 10 punti 2 Presse: 5 punti 1 Pressa: 2 punti	10
2	Numero di Clamp Saldanti integrate nello scompositore:	>5: 10 punti da 3 a 5: 5 punti da 1 a 2: 1 punto	10
3	Ingombro, peso, trasportabilità e tipo di manutenzione ordinaria previsto per lo scompositore	5	5
4	Numero di testine dotate di sensori ottici per la rilevazione del passaggio di GRc	>5: 10 punti da 3 a 5: 5 punti da 1 a 2: 1 punto	10
5	Apertura automatica dello sportello al termine della scomposizione senza nessun intervento dell'operatore	NO = 0 punti SI = 10 punti	10
6	Caratteristiche dell'interfacciamento bidirezionale proposto	5	5
SOFTWARE			
1	Completezza dei parametri oggetto di controllo degli emocomponenti	5	5
2	Segnalazione automatica delle non conformità in base a quanto previsto dai parametri per il controllo degli emocomponenti della legge sangue	5	5
MATERIALI PER LA LAVORAZIONE DEL SANGUE			
1	Sacche con sistema di protezione dell'ago integrato nell'ago stesso	NO = 0 punti SI = 5 punti	5
2	Sacche multiple da aliquota pediatrica prive di ftalati	NO = 0 punti SI = 5 punti	5
TOTALE			70

Distinti e Cordiali Saluti.

Pescara 02/11/2022

Il Presidente della Commissione

Dr.ssa Irma Griffo



I Componenti della Commissione

Dr.ssa Palmira Striani 

Dr.ssa TSLB Irma Campitelli 