

Vs. riferimento
Ns. riferimento 2023/00273-00272
Ns. sigle 2023-06021625
Data 06/02/2023

Spett.le
Azienda USL di Pescara
UOC Ingegneria Clinica - HTA
via Paolini, 47
65124 Pescara

c.a. Ing. D. Rinaldi
Ing. V. Lo Mele

OGGETTO: 2023-06021625 Consuntivo materiale di consumo (Allegato C) come da richieste del reparto 2023/0000273-00272.

Con riferimento a quanto in oggetto, a seguito della richiesta del reparto elencata siamo a riportare di seguito il dettaglio per la richiesta:

- 2023/00273 del 31/01/2023: Monitor multiparametrico Fukuda Dynascope DS7200 c/o UOC Neurologia d'urgenza e Stroke Unit del PO di Pescara, inv. E000233, richiesta reparto: "sensore ecg rotto (fili rosso verde e giallo)", siamo intervenuti riscontrando la necessità di sostituzione in quanto tagliato.
- 2023/00272 del 31/01/2023: Monitor multiparametrico Mindray EPM10 c/o UOC Pneumologia del PO di Pescara, inv. E007183, richiesta reparto: "sostituzione cavo ecg rotto", siamo intervenuti riscontrando la necessità di sostituzione in quanto tagliato.

Pertanto ci preghiamo sottoporVi la nostra migliore offerta per la fornitura di quanto riportato in elenco, applicando un ricarico del prezzo del ricambio del 10% ed includendo nel canone la manodopera del personale interno utilizzato per l'installazione ed il ripristino del funzionamento delle apparecchiature:

Quantità	Richiesta	Descrizione	Prezzo Unitario	Prezzo Totale
1	Tutte	Installazione e controllo funzionale	160 €	0 €
1	2023/00273	Kit 3 terminali ecg	200,00 €	200,00 €
1	2023/00272	Cavo ecg 5 vie pinzetta	120,00 €	120,00 €
PREZZO TOT			320,00 €+ IVA	

Distinti saluti
La Direzione Tecnica

Associazione Temporanea d'Impresa
Siemens Healthcare srl
Hospital Consulting spa
Marifarma FM srl
c/o Azienda USL di Pescara
Via Paolini, 47
65100 Pescara
tel. 085.4252963 fax 085.4252964

pagina 1 di 1



AZIENDA U.S.L. DI PESCARA
SERVIZIO GESTIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

RICHIESTA DI RIPARAZIONE APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE

Inviare via mail a assistenzamateriali.pescara@ism-sms.it
 via FAX (int):2964 (est):085-4252964

DETTAGLIO RICHIESTA <i>(compilazione a cura del richiedente)</i>	
Data Richiesta:	31/1/23
Richiedente:	FUSCHI Anna Rita
Numero:	2277
Presidio/Distretto:	PESCARA
Telefono:	
Reparto:	Stroke
Inventario N.PE/:	62100 <i>(Obbligatorio se presente)</i>
Barrare se applicabile	<input type="checkbox"/> Comodato/Leasing/Service
Apparecchiatura:	FUKUDA DENSHI
Ditta Costruttrice:	DYMASCOPE
Modello:	DS7200
Matricola/Seriale:	
SEGNALAZIONE GUASTO/INCONVENIENTE	
Apparecchio completamente fermo <input type="radio"/> Apparecchio parzialmente funzionante <input checked="" type="radio"/>	
Descrizione guasto/inconveniente	
Senza ECG tutto	
Fila Rosso verde grillo	
FIRMA RICHIEDENTE: <i>[Signature]</i>	
NON COMPILARE <i>(compilazione a cura dell'ufficio ATI)</i>	
Contratto ATI	<input checked="" type="radio"/> N° ODL: 2023/00273
Garanzia:	<input type="radio"/> Ditta: _____ Telefono: _____
Comodato/Leasing/Service:	<input type="radio"/> Contatto: _____ Intervento previsto II: _____
Convenz. non di Proprietà:	<input type="radio"/> Preventivo N° _____ Data Preventivo: _____
Non competenza ATI:	<input type="radio"/> Inoltrato a: _____ Data Inoltrato: _____
Commenti/Altro: <i>(compilazione a cura dell'ufficio ATI)</i>	

STROKES UNIT
AUGUSTO C

FIMAS srl



66100 CHIETI - Via F. Masci. 125/L - Tel. 0871/63620-69492 - Fax 0871/41424 - P.I. 00311560692

Intestazione documento Spett.le SIEMENS HEALTHCARE Srl	Codice: 000106	Destinazione merce ATI SIEMENS/PHILIPS - IBSL DI PESCARA
Via Vipiteno, 4 20128 MILANO IT Italia	MI	Via R. Paolini, 45 65124 PESCARA PE
		Alfonso Balsamo

Documento di trasporto (DPR 472 del 14.08.96) N. 2023-DDTC-0000246 Data **09.02.2023** Pag **1**

Causale trasp. **VENDITA** Porto **FRANCO** Trasporto **MITTENTE**

Note **VS. ORDINE N. 4519860309/404S DEL 07.02.2023 - CIG 7920276285**

MERCE PER LABORATORIO ATI - ASL PESCARA

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
Ordine n. 2023-OC-0000194 del 08.02.2023 Vs. ord. 4519860309/404S del 07.02.2023 Riferimento CIG 7920276285			
-	KIT 3 TERMINALI ECG Lotto: 50EA15 Q.tà: 1,00	NR	1,00

N. colli 1	Peso kg.	Inizio trasporto Data 09.02.2023 Ora	Firma conducente
Vettore FIMAS GIAMPIETRO		Data ed ora	Firma vettore
Note trasporto			Firma destinatario



RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE

DETTAGLI INTERVENTO			
Codice 2023/00273/05		Tipo Straordinaria	
Data Inizio 20/02/2023	Ora Inizio 12:30	Data Fine 20/02/2023	Ora Fine 12:45

DETTAGLI APPARECCHIATURA			
Codice Apparecchio E000233		Presidio PO Pescara	
Descrizione MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR		Reparto UOC NEUROLOGIA D'URGENZA STROKE UNIT	
Costruttore FUKUDA DENSHI CO LTD		Stanza PE SUD 7 SALA ACCETTAZIONE	
Modello DYNASCOPE DS 7200		Matricola 50000045	Inventario Ente 00650062108

GUASTO RISCONTRATO
Problemi su cavo/sensore/sonda/elettrodo

DESCRIZIONE INTERVENTO
Si effettua consegna di nuovo cavo ECG.
Ore lavoro 00:15
Ore viaggio 00:00

MATERIALI IMPIEGATI			
Codice	Descrizione	Quantità	Rifatturabile
CMF-700-3	Terminazione ECG 3 vie	1	NO

ESITO INTERVENTO
[R] - Richiesta evasa
<small>Legenda: NR: Guasto non risolto, Apparecchio Non Utilizzabile PR: Guasto parzialmente risolto, Apparecchio utilizzabile per la sua funzionalità principale RI: Guasto risolto o attività tecnica conclusa, apparecchio utilizzabile, nell'esito è indicato anche l'eventuale dismissione</small>

Si dichiara che il lavoro sopradescripto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.

TECNICO	
Cognome Nome	Firma
Giuliani Federico	

UTENTE PER PRESA VISIONE	
Cognome Nome	Firma
Patrizia di Clemente	



**AZIENDA U.S.L. DI PESCARA
SERVIZIO GESTIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI**

RICHIESTA DI RIPARAZIONE APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE
Inviare via mail a assistenzeamateriali.pescara@ism-sms.it
via FAX (int):2964 (est):085-4252964

DETTAGLIO RICHIESTA (compilazione a cura del richiedente)

Data Richiesta: 31/01/2023
Richiedente: BUONAGIUNTO MARIALUISA COORD. **Numero:**
Presidio/Distretto: PESCARA **Telefono:** 2382
Reparto: PNEUMOLOGIA
Inventario N.PE/: (Obbligatorio se presente)
Barrare se applicabile Comodato/Leasing/Service
Apparecchiatura: ~~E007138~~ E007183
Ditta Costruttrice: SIEMENS
Modello: MINDRY ePM 10 **Matricola/Seriale:**

SEGNALAZIONE GUASTO/INCONVENIENTE

Apparecchio completamente fermo Apparecchio parzialmente funzionante

Descrizione guasto/inconveniente
SOSTITUZIONE CAVO ECG ROTTO

AUSL PESCARA
 UOC Pneumologia
 Cont. Infermieristico
 Dott. ssa Valeria BUONAGIUNTO

FIRMA RICHIEDENTE:

STRAZZAROLA
GIULIANI
ALEGATO C

NON COMPILARE (compilazione a cura dell'ufficio ATI)

Contratto ATI N° ODL: 2023/00272
 Garanzia: Ditta: Telefono:
 Comodato/Leasing/Service: Contatto: Intervento previsto il:
 Convenz. non di Proprietà: Preventivo N° Data Preventivo:
 Non competenza ATI: Inoltrato a: Data Inoltrato:

Commenti/Altro: (compilazione a cura dell'ufficio ATI).....

Codice Fornitore: Causale Spedizione: **Vendita** Numero DDT: **1055** Del **14/02/2023** Pag. **1**

Destinatario/Sede Legale:
SIEMENS HEALTHCARE Srl

Via Vipiteno 4
20128 Milano (MI) (IT)
Partita IVA o codice fiscale

IT 12268050155

Destinazione merce:

SIEMENS HEALTHCARE Srl
C/AUSL Pescara - Osped. Santo Spirito
Via Via Paolini, 45

2065124\ Pescara (PE) (IT)

Codice Articolo	Codice	Descrizione Articolo	Codice Lotto	Qtà	Prezzo	Sconto in %
UNITA' SALDO 1450040PF	OPERATIVA VS ORDINE	SIC PESCARA N° 4519902405/404S DEL 10/02/2023 Rif.offerta n.: 1807 del 02/02/2023 CAVO ECG 5 VIE PINZETTA MINDRAY NON ORIG. - 370cm	0122582	Pz 1,00		

Peso netto Peso lordo Annotazioni Generiche: **VIAGGIA CON DDT 1053/1054/1052** Aspetto esteriore dei beni: **SCATOLA** Numero colli: **1**

CORRIERE: **TRASPORTO E NUMERO ABBONAMENTO:**
Vettore **Franco C/Addebito** DATA/ORA RITIRO: **14/02/2023 14:53** Timbro e Firma Conducente:
01 GLS Strada dei Laghi 4/6/8 53035 Monteriggioni SI Timbro e Firma Destinatario:

Si invita il destinatario a controllare l'integrità della spedizione al momento della consegna. In caso di imballo visibilmente danneggiato, ritirare la merce con riserva. Non si accettano contestazioni e/o resi, superati otto (8) giorni dal ricevimento della spedizione. Il reso merce è soggetto ad una regolamentazione interna e deve essere tassativamente autorizzato da Omniacell Tertia Srl. Si informa inoltre che la merce viaggia a rischio e pericolo del destinatario se spedita in porto assegnato.

Rapporto di intervento di manutenzione

AUSL Pescara - Servizio di Ingegneria Clinica

Attività amministrativa - 2023/00272/04

Manutenzione - Straordinaria

Data inizio 15/02/2023 12:49

Data fine 15/02/2023 12:50

Guasto riscontrato

Descrizione intervento Cavo ecg a 5 vie arrivato con ddt Omniacell 1055 del 14/02/2023, nel cartaceo. Lo consegna ad un collaboratore della coordinatrice Buonagiunto e chiudo la chiamata.

Esito: RI - Richiesta evasa

Anagrafica apparecchio

Apparecchio	E007183	Inventario ente		Matricola	AD1-03008706
Struttura	PO Pescara	Stanza	CORRIDOIO	Padiglione	PE NORD
Reparto	UOC PNEUMOLOGIA	Modello	EPM 10M	Piano	7
Descrizione	MONITOR MULTIPARAMETRICO, MONITOR				
Costruttore	MINDRAY CO LTD				

Tecnico/i

Nome	Ore lavoro	Ore viaggio	Km
Alfonso Balsamo	00:00:59		

Per ricevuta
x Ilva Ippoliti
S. RA ELSA IPPOLITI