

PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA FORNITURA DI CLIP MONOUSO IN POLIMERO NON RIASSORBIBILE E RELATIVI APPLICATORI ED ESTRATTORI PLURIUSO EQUIVALENTE HEM-O-LOCK PER LE ESIGENZE DELLE UU.OO. DI CHIRURGIA GENERALE DELLA ASL DI PESCARA

Ditte partecipanti:

- 1) **Teleflex Medical S.r.l. Via Torino 5 I - 20814 Varedo MB (Italy)**
- 2) **Surgiline s.r.l – Sede Legale ed Amministrativa: Via Aldo Moro, 44 - 25124 Brescia**

Dopo accurato controllo della documentazione prodotta per valutazione del materiale inerente la gara in oggetto, la ditta Surgiline s.r.l. è risultata non idonea in quanto risulta discrepanza tra scheda tecnica dei prodotti offerti e certificazione CE sec. le direttive 93/42/EEC Annex II per i device medici: nello specifico il certificato CE dichiara che i prodotti offerti hanno Classe III mentre sulla scheda tecnica dei prodotti viene dichiarata Classe I.

PARAMETRI DI VALUTAZIONE QUALITATIVA INERENTI L'UNICO GRUPPO MERCEOLOGICO CLIP MONOUSO IN POLIMERO NON RIASSORBIBILE

TELEFLEX MEDICAL S.r.l.

	Coefficiente attribuito	Punteggio risultante			
Qualità e resistenza del materiale	1	20			
Semplicità di utilizzo dispositivi	1	30			
Funzionalità dei dispositivi	1	30			
TOTALE	1	80			

Si resta a disposizione per eventuali chiarimenti del caso

La Commissione tecnica giudicatrice

Presidente

Dott. Walter Fusco

ASL PESCARA
U.O.C. CHIRURGIA GENERALE
Dott. Walter Fusco
Matr. 6080

Componente

Dott. Andrea Ricci

PRESIDIO OSPEDALIERO DI PESCARA
Unità Operativa Chirurgia Generale III
Dott. ANDREA RICCI
Matr. 4950

Componente

Dott. Marcello Brunetti

AZIENDA USL DI PESCARA
Unità Operativa di Chirurgia Vascolare
Dott. MARCELLO BRUNETTI
C.D.C. 273 - Matricola 6130

