

Vs. riferimento
Ns. riferimento 2023/00146
Ns. sigle 2023-18010930
Data 18/01/2023

Spett.le
Azienda USL di Pescara
UOC Ingegneria Clinica - HTA
via Paolini, 47
65124 Pescara

c.a. Ing. D. Rinaldi
Ing. V. Lo Mele

OGGETTO: 2023-18010930 Consuntivo per Alimentatore per Ventilatore Polmonare Resmed, mod. Astral 150, Inv. E009368 in dotazione presso UOS Rianimazione del PO di Pescara, a seguito della richiesta di reparto 2023/00146.

U Con riferimento a quanto in oggetto, a seguito della richiesta del reparto 2023/00146 nel quale veniva segnalato "Smarrito alimentatore Slim 220V X83313", siamo intervenuti constatando lo smarrimento dello stesso. Abbiamo ritirato lo strumento per effettuare un check della macchina per poi riconsegnarlo al reparto compreso di alimentatore smarrito; vista l'emergenza e la delicatezza dell'apparecchiatura abbiamo provveduto immediatamente a reperire e fornire l'alimentatore nonostante sia un'attività straordinaria che necessita di vostra autorizzazione. Pertanto, ci pregiamo sottoporVi la nostra migliore offerta per la fornitura di quanto in oggetto, applicando un ricarico del prezzo del ricambio del 10% ed includendo nel canone la manodopera del personale interno utilizzato per l'installazione dell'alimentatore ed il ripristino del funzionamento dell'apparecchiatura:

Quantità	Descrizione	Prezzo Unitario	Prezzo
1	Installazione e controllo funzionale	120 €	0 €
1	Alimentatore Resmed	373,00 €	373,00 €
PREZZO TOT		373,00 €+ IVA	

Distinti saluti
La Direzione Tecnica

Distinti saluti
La Direzione Tecnica
A.T.I.
SIEMENS - H.C. HOSPITAL CONSULTING MARIFARMA FM
C/O A.U.S.L. PESCARA
Via Paolini, 47 - 65124 PESCARA
Tel. 085 4252963 - Fax 085 4252964

Associazione Temporanea d'Impresa
Siemens Healthcare srl
Hospital Consulting spa
Marifarma FM srl
c/o Azienda USL di Pescara
Via Paolini, 47
65100 Pescara
tel. 085.4252963 fax 085.4252964

pagina 1 di 1

RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE

DETTAGLI INTERVENTO

Codice 2023/00146/01 **Tipo** Straordinaria
Data Inizio 17/01/2023 **Ora Inizio** 13:13 **Data Fine** 17/01/2023 **Ora Fine** 13:58

DETTAGLI APPARECCHIATURA

Codice Apparecchio E009368 **Presidio** PO Pescara
Descrizione VENTILATORE POLMONARE PER USO EXTRAOSPEDALIERO PER **Reparto** UOS RIANIMAZIONE
 SUPPORTO VITALE
Costruttore RESMED LTD **Stanza** PE | TERRA | DEGENZA A
Modello ASTRAL 150 **Matricola** 22201136517 **Inventario Ente** 91010

GUASTO RISCONTRATO

Smarrito alimentatore

DESCRIZIONE INTERVENTO

Sostituzione parti in lista
 Prova di funzionamento
 Si consegna apparecchio compreso di alimentatore nuovo
Ore lavoro 00:45 **Ore viaggio** 00:00

MATERIALI IMPIEGATI

Codice	Descrizione	Quantità	Rifatturabile
X83313	Alimentatore resmed	01	NO

ESITO INTERVENTO

[RI] - Richiesta evasa

Legenda: NR: Guasto non risolto, Apparecchio Non Utilizzabile PR: Guasto parzialmente risolto, Apparecchio utilizzabile per la sua funzionalità principale RI: Guasto risolto o attività tecnica conclusa, apparecchio utilizzabile, nell'esito è indicato anche l'eventuale dismissione

Si dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.

TECNICO

Cognome Nome **Firma**
 Campilli Stefano 

UTENTE PER PRESA VISIONE

Cognome Nome **Firma**
 Fiore Daniela 