

Vs. riferimento
Ns. riferimento 2023/00337
Ns. sigle 2023-17020925
Data 17/02/2023

Spett.le
Azienda USL di Pescara
UOC Ingegneria Clinica - HTA
via Paolini, 47
65124 Pescara

c.a. Ing. D. Rinaldi
Ing. V. Lo Mele

OGGETTO: **2023-17020925 Preventivo per la riparazione del defibrillatore Nihon Kohden Cariolife tec 5631, Inv. E002031 in dotazione presso UOC Utic e Cardiologia Interventistica del PO di Pescara , a seguito di richiesta di intervento 2023/00337 e di nostra comunicazione di guasto accidentale del 07/02/2023.**

Con riferimento a quanto in oggetto, a seguito della richiesta di intervento 2023/00337 del 07/02/2023 nel quale veniva segnalato "scocca anteriore danneggiata (vicino al connettore piastre)", siamo intervenuti col nostro tecnico ed abbiamo constatato che la rottura della scocca anteriore del defibrillatore è avvenuta a seguito di un probabile urto (report fotografico del 07/02/2023); pertanto ci pregiamo sottoporVi la nostra migliore offerta per la riparazione del defibrillatore in oggetto.

Il defibrillatore è stato acquistato con ordine CS-193 del 20/10/2017 dalla ditta SC Forniture Ospedaliere al prezzo di 4.299 euro oltre iva.

Quantità	Descrizione	Prezzo Unitario	Prezzo
3	Ricerca guasto, Installazione e controllo funzionale defibrillatore	240 €	0 €
1	Smontaggio defibrillatore, sostituzione del panel kit e della battery cover	1.450,00 €	1.450,00 €
PREZZO TOT		1.450,00 €+ IVA	

Distinti saluti
La Direzione Tecnica
A.T.I.
SIEMENS - H.C. HOSPITAL CONSULTING MARIFARMA FM
C/o A.U.S.L. PESCARA
Via Paolini, 47 - 65124 PESCARA
Tel. 085 4252963 - Fax 085 4252964

Associazione Temporanea d'Impresa
Siemens Healthcare srl
Hospital Consulting spa
Marifarma FM srl
c/o Azienda USL di Pescara
Via Paolini, 47
65100 Pescara
tel. 085.4252963 fax 085.4252964

pagina 1 di 1

SIEMENS



MARIFARMA FM
Health Facility Management



AZIENDA U.S.L. DI PESCARA
SERVIZIO GESTIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

RICHIESTA DI RIPARAZIONE APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE

Inviare via mail a assistenzedimedicali.pescara@ism-sms.it
 via FAX (int):2964 (est):085-4252964

DETTAGLIO RICHIESTA (compilazione a cura del richiedente)

Data Richiesta: 07/02/2023
Richiedente: CIFARATTI NICOLA
Presidio/Distretto: PESCARA
Reparto: UTIC 1 piano ALA EST
Inventario N.PE/: E002031 (Obbligatorio se presente)
Barrare se applicabile Comodato/Leasing/Service
Apparecchiatura: Defibrillatore Cardiolife
Ditta Costruttrice: NIHON KODHEN
Modello: **Matricola/Seriale:**

SEGNALAZIONE GUASTO/INCONVENIENTE

Apparecchio completamente fermo Apparecchio parzialmente funzionante

Descrizione guasto/inconveniente Scocca anteriore danneggiata (vicino al connettore piastre)

STRABORDINARIA

FIRMA RICHIEDENTE: CIFARATTI NICOLA

NON COMPILARE (compilazione a cura dell'ufficio ATI)


Contratto ATI: N° ODL: 2023/00337 **GABRIELE**
Garanzia: Ditta: Telefono:
Comodato/Leasing/Service: Contatto: Intervento previsto il:
Convenz. non di Proprietà: Preventivo N° Data Preventivo:
Non competenza ATI: Inoltrato a: Data Inoltrato:

Commenti/Altro: (compilazione a cura dell'ufficio ATI).....

STRABORDINARIA



SC FORNITURE OSPEDALIERE S.R.L.
Via Galileo Galilei, 33 - 63822 Porto San Giorgio (FM)
Tel. 0734 673043 - Fax. 0734 672604
Codice fiscale e Partita Iva 02025770443- REA: FM 191721
www.scfornitureospedaliere.it - info@scfornitureospedaliere.it



DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.P.R. 472 del 14/8/96)

Vs. riferimento

Spett.le

SIEMENS HEALTHCARE SRL
VIA VIPITENO, 4
20128 MILANO (MI) Italia

Cod. Cli.	Partita IVA	Codice fiscale	Riferimento Telefonici	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
C334	IT12268050155	04785851009		0255/2023	20/04/2023	1 Di 1

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	S/P
TEC-5631NI	DEFIBRILLATORE TEC-5631 PORTATILE CON PACE MAKER INTEGRATO senza accessori Lotto S/N: 00111	Pz	1,00	S

N. Colli	Peso	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto	Ora del trasporto
1		Reso da Riparazione	CARTONI	20/04/2023	
Trasporto a cura di MITTENTE		Incaricato del trasporto VINCENZO DS	Porto PORTO FRANCO		
Destinazione della merce SIEMENS HEALTHCARE SRL LABORATORIO ATI C/O OSPEDALE S.SPIRITO VIA PAOLINI, 45 65124 Pescara (PE) Italia					

FIRMA del conducente/vettore _____

FIRMA del destinatario _____

ATI
SIEMENS HEALTHCARE SRL
LABORATORIO ATI C/O OSPEDALE S.SPIRITO
VIA PAOLINI, 47 - 65124 PESCARA
Tel. 085 4257... - Fax 085 4252064



RAPPORTO TECNICO

Ordine di Lavoro
23/0198

Del
10/02/2023

Nr. RT/11630

CLIENTE SIEMENS HEALTHCARE SRL		STRUMENTO DEFIBRILLATORE BIFASICO PORTATILE TEC-5631 CON PACE MAKER INTEGR					
OSPEDALE P: OSPEDALE SANTO SPIRITO, Pescara, VIA FONTE ROMANA, 8		MATRICOLA 111					
REPARTO UTIC		INVENTARIO E002031					
RIFERIMENTO CLIENTE 2023/00337		DATA RIFERIMENTO CLIENTE 10/02/2023					
TECNICO ASSEGNATARIO Vincenzo Di Giammarino							
TIPO INTERVENTO							
<input checked="" type="checkbox"/> FUORI GARANZIA <input type="checkbox"/> GARANZIA <input type="checkbox"/> CONTRATTO FULL RISK TOTALE <input type="checkbox"/> CONTRATTO <input type="checkbox"/> CONTRATTO FULL RISK ESCLUSI RICAMBI <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE PREVENTIVA <input type="checkbox"/> MANUTENZIONE CORRETTIVA <input type="checkbox"/> INSTALLAZIONE E COLLAUDO <input type="checkbox"/> CORSI <input type="checkbox"/> LAVORAZIONI INTERNE <input type="checkbox"/> CONTRATTO SERVIZI							
GUASTO DENUNCIATO							
GUASTO ACCIDENTALE - RICHIEDONO PREVENTIVO DI RIPARAZIONE -							
GUASTO RICONTRATO							
IN DATA 19/04/2023 SI E' PROCEEDUTO ALLA RIPARAZIONE DEL DEFIBRILLATORE IN OGGETTO MEDIANTE LA SOSTITUZIONE DI TUTTE LE PARTI SOPRA ELENATE A CAUSA DI CADUTA ACCIDENTALE. (PREV. 23/0198 Tot/13)							
RICERCA GUASTO							
ok.							
LAVORO ESEGUITO							
X 065 BATTERIA x DEFIBRILLATORE S/N 106286 1							
6M4934685 BATTERY COVER SET SCREWS 1							
VERIFICA FUNZIONALE							
6M79M05 BATTERY COVER 1							
6M4936516 SPONGE 33x22 1							
6M4918751B HVI FILTER 8300 1							
Codice	Descrizione	Seriale	Q.tà	ORE LAVORO IN LABORATORIO	ORE LAVORO DAL CLIENTE	ORE VIAGGIO	CAT
6M3973342	WATER PROOF SPONGE (BATT)		1		4		
6M1905397	FRONT CASE SGM		1				
6179M04	BATTERY CASE		1				
6M4934591	SPONGE 17x25		1				
900058013	MEMBRANE (SEEH KANS/NE-12551F2		1				
Y2-06343	PANEL KIT, ITALIAN FOR CY-5631		1				
6143907981	FRONT BEZEL ASSY		1				
6172901600	LCD FILTER		1				
TECNICO VINCEMIO		DATA 19/04/2023		CLIENTE A.T.I.			
FIRMA 		FIRMA E TIMBRO 					