

Vs. riferimento
 Ns. riferimento 2023/00388
 Ns. sigle 2023-05050938
 Data 05/05/2023

Spett.le
Azienda USL di Pescara
UOC Ingegneria Clinica - HTA
 via Paolini, 47
 65124 Pescara

c.a. Ing. D. Rinaldi
Ing. V. Lo Mele

OGGETTO: **2023-05050938 Preventivo per la riparazione dell'Elettrobisturi Aesculap GN640, inv E006286, in dotazione presso il Blocco Operatorio del PO di Popoli, a seguito della richiesta di reparto 2023/00388 e di nostra comunicazione di guasto accidentale del 14/02/2023.**

Con riferimento a quanto in oggetto, a seguito della richiesta del reparto 2023/00388 dove veniva indicato: "Ingresso connettore piegato", siamo intervenuti riscontrando che a causa di caduta il connettore della piastra col relativo supporto interni si sono rotti (come da report fotografico del 14/02/2023). Pertanto, secondo quanto previsto all'Art.3.3 del Capitolato tecnico a Pagina 9, ci preghiamo sottoporVi la nostra migliore offerta per la riparazione exchange dell'apparecchiatura in oggetto.

Quantità	Descrizione	Prezzo Unitario	Prezzo
1	Riparazione elettrobisturi con sostituzione presa d'uscita, sostituzione parti e piedini dell'alloggiamento	1.650,00 €	1.650,00 €
1.5	Intervento di consegna e test funzionale	120,00€	0.00€
PREZZO TOT		1.650,00 €+ IVA	

Distinti Saluti

Distinti saluti
 La Direzione Tecnica
ATI
 SIEMENS - H.C. HOSPITAL CONSULTING MARIFARMA FM
 C/o A.U.S.L. PESCARA
 Via Paolini, 47 - 65124 PESCARA
 Tel. 085 4252963 - Fax 085 4252964

Associazione Temporanea d'Impresa
 Siemens Healthcare srl
 Hospital Consulting spa
 Marifarma FM srl
 c/o Azienda USL di Pescara
 Via Paolini, 47
 65100 Pescara
 tel. 085.4252963 fax 085.4252964

pagina 1 di 1



RICHIESTA DI RIPARAZIONE APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE
Inviare via mail a assistenzeamateriali.pescara@ism-sms.it
via FAX (int):2964 (est):085-4252964

DETTAGLIO RICHIESTA (compilazione a cura del richiedente)

Data Richiesta: 10/02/2023 **Numero:**

Richiedente: PESCARA ANTONELLA **Telefono:** 8276

Presidio/Distretto: POPOLI

Reparto: SALA OPERATORIA

Inventario N.PE/: (Obbligatorio se presente)

Barrare se applicabile Comodato/Leasing/Service

Apparecchiatura: ELETTOBISTURI

Ditta Costruttrice:

Modello: E006286 **Matricola/Seriale:**

SEGNALAZIONE GUASTO/INCONVENIENTE

Apparecchio completamente fermo Apparecchio parzialmente funzionante

Descrizione guasto/inconveniente
 ingresso connettore piegato

FIRMA RICHIEDENTE: PESCARA ANTONELL

NON COMPILARE (compilazione a cura dell'ufficio ATI)

Contratto ATI	<input checked="" type="radio"/>	N° ODL: 2023/00395	STEFANO
Garanzia:	<input type="radio"/>	Ditta:	Telefono:
Comodato/Leasing/Service:	<input type="radio"/>	Contatto:	Intervento previsto il:
Convenz. non di Proprietà:	<input type="radio"/>	Preventivo N°	Data Preventivo:
Non competenza ATI:	<input type="radio"/>	Inoltrato a:	Data Inoltrato:

Commenti/Altro: (compilazione a cura dell'ufficio ATI).....

STEFANO ANTONELLA

FIMAS srl



66100 CHIETI - Via F. Masci. 125/L - Tel. 0871/63620-69492 - Fax 0871/41424 - P.I. 00311560692

Intestazione documento Spett.le SIEMENS HEALTHCARE Srl	Codice: 000106	Destinazione merce ATI SIEMENS/PHILIPS - IBSL DI PESCARA
Via Vipiteno, 4 20128 MILANO IT Italia	MI	Via R. Paolini, 45 65124 PESCARA Alfonso Balsamo
		PE

Documento di trasporto (DPR 472 del 14.08.96) N. 2023-DDTC-0001179 Data 28.06.2023 Pag 1

Causale trasp. RIPARAZIONE Porto FRANCO Trasporto MITTENTE
 Note VS. ORD. N. 4520174552/404S DEL 24/05/2023
 ACC. NS. OFF. N. AT056/2023 DEL 02/05/2023

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
Ordine n. 2023-OC-0000662 del 25.05.2023 Vs. ord. 4520174552/404S - AT056/2023 del 24.05.2023 Riferimento CIG Z743B2FBA7			
INTFOR-B GN640	INTERVENTO RIPARAZIONE FORNITORE SU ELETTROBISTURI GN640 S/N 1160 UNITA HF COMBI S/N: 001160	NR NR	1,00 1,00

N. colli 1	Peso kg.	Inizio trasporto Data 28.06.2023 Ora	Firma conducente
Vettore FIMAS (MAROTTA)		Data ed ora	Firma vettore
Note trasporto			Firma destinatario

ATI
 SIEMENS HEALTHCARE CONSULTING MARIFARA TM
 VIA R. PAOLINI, 45 - 65124 PESCARA
 Tel. 085 4252964 - Fax 085 4252964

RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE

DETTAGLI INTERVENTO			
Codice 2023/00388/11	Tipo Straordinaria	Data Fine 30/06/2023	Ora Fine 11:00
Data Inizio 30/06/2023	Ora Inizio 10:30		

DETTAGLI APPARECCHIATURA			
Codice Apparecchio E006286	Presidio PO Popoli		
Descrizione ELETTROBISTURI MONOPOLARE / BIPOLARE	Reparto UOSD GESTIONE ANESTESIOLOGICA DEL BLOCCO OPERATORIO		
Costruttore AESCULAP AG & CO KG	Stanza VECCHIO PADIGLIONE 2 SALA B		
Modello NELSON DELUXE GN 640	Matricola 001160	Inventario Ente 00670044270	

GUASTO RISCONTRATO
non funziona

DESCRIZIONE INTERVENTO
riconsegna dello strumento riportato in reparto
Ore lavoro 00:30
Ore viaggio 00:00

ESITO INTERVENTO
[R] - Richiesta evasa
<small>Legenda: NR: Guasto non risolto, Apparecchio Non Utilizzabile PR: Guasto parzialmente risolto, Apparecchio utilizzabile per la sua funzionalità principale RI: Guasto risolto o attività tecnica conclusa, apparecchio utilizzabile, nell'esito è indicato anche l'eventuale dismissione</small>

Si dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.

TECNICO	
Cognome Nome	Firma
Vecchiarelli Luca	

UTENTE PER PRESA VISIONE	
Cognome Nome	Firma
Antonella Pescara	