

Vs. riferimento
 Ns. riferimento 2023/00471
 Ns. sigle 2023-02031039
 Data 02/03/2023

Spett.le
Azienda USL di Pescara
UOC Ingegneria Clinica - HTA
 via Paolini, 47
 65124 Pescara

c.a. Ing. D. Rinaldi
Ing. V. Lo Mele

OGGETTO: **2023-02031039** Preventivo per la riparazione exchange del raccogliatore di amalgama dell'~~apiratore~~^{ASPIRATORE} per odontoiatria Durr, VS 300 S, Inv. E009112, in dotazione presso il DSB di Penne, a seguito della richiesta di reparto 2023/00471 del 21/02/2023.

U Con riferimento a quanto in oggetto, a seguito della richiesta del reparto 2023/00471 dove veniva indicato "spia amalgama in allarme", siamo intervenuti contattando immediatamente la ditta Pardi che ci comunica che è necessaria la sostituzione del raccogliatore di amalgama in quanto non riparabile. Pertanto secondo quanto previsto all'Art. 3.3 del Capitolato tecnico a Pagina 9, ci preghiamo sottoporVi la nostra migliore offerta per la riparazione exchange in oggetto.

Quantità	Descrizione	Prezzo Unitario	Prezzo
1	Raccogliatore amalgama Durr	450,00 €	450,00 €
1	Intervento di consegna ed installazione	80,00€	0.00€
PREZZO TOT		450,00 €+ IVA	

Distinti saluti
 La Direzione Tecnica
A.T.I.
 SIEMENS - H.C. HOSPITAL CONSULTING MARIFARMA FM
 C/o A.U.S.L. PESCARA
 Via Paolini, 47 - 65124 PESCARA
 Tel. 085 4252963 - Fax 085 4252964

Associazione Temporanea d'Impresa
 Siemens Healthcare srl
 Hospital Consulting spa
 Marifarma FM srl
 c/o Azienda USL di Pescara
 Via Paolini, 47
 65100 Pescara
 tel. 085.4252963 fax 085.4252964


pagina 1 di 1



RICHIESTA DI RIPARAZIONE APPARECCHIATURA ELETTRONOMICA

Inviare via mail a assistenzedimedicali.pescara@ism-sms.it

via FAX (int):2964 (est):085-4252964

DETTAGLIO RICHIESTA (compilazione a cura del richiedente)	
Data Richiesta: 21/02/2023	Post. Numero: 0016224/23
Richiedente: S. SALVATORELLI LEDA	Telefono:
Presidio/Distretto: D.S.B. PENNE	
Reparto: ODONTOLOGIA (STANZA N° 32)	
Inventario N.PE/: E.00.81.12 (Obbligatorio se presente)	
Barrare se applicabile <input type="checkbox"/> Comodato/Leasing/Service	
Apparecchiatura: ASPIRATORE CHIRURGICO	
Ditta Costruttrice: DÜRR DENTAL	
Modello:	Matricola/Seriale:
SEGNALAZIONE GUASTO/INCONVENIENTE	
Apparecchio completamente fermo <input type="radio"/>	Apparecchio parzialmente funzionante <input checked="" type="radio"/>
Descrizione guasto/inconveniente	
SPLA ATTACATA IN AUCARTE	
	
CODICENAMENTO INTERMEDICO Infermiera Esperta Leda SALVATORELLI	
FIRMA RICHIEDENTE:	
NON COMPILARE (compilazione a cura dell'ufficio ATI)	
Contratto ATI <input checked="" type="checkbox"/>	N° ODL: 2023/00477 MATTEO
Garanzia: <input type="radio"/>	Ditta: Telefono:
Comodato/Leasing/Service: <input type="radio"/>	Contatto: Intervento previsto il:
Convenz. non di Proprietà: <input type="radio"/>	Preventivo N° Data Preventivo:
Non competenza ATI: <input type="radio"/>	Inoltrato a: Data Inoltrato:
Commenti/Altro: (compilazione a cura dell'ufficio ATI)..... ISM SMS	

SEDE/DEPOSITO:
 Viale Amendola, 230 66020 (CH)
 Tel./Fax 085/4324747 - Pers. Line 348/4709663
 Mail: roberto.pardi@libero.it

DOCUMENTO DI TRASPORTO N° 158
Data di spedizione : 02/05/2023

DESTINATARIO:
SIEMENS HEALTHCARE S.r.l.

Via Vipiteno, 4
20128 MILANO

LUOGO DI DESTINAZIONE:

A.T.I. SIEMENS PESCARA

CAUSALE DEL TRASPORTO
VENDITA

Q.TA'	DESCRIZIONE
-------	-------------

1(uno) RACCOGLITORE AMALGAMA + OR Prev. 3780

Vs. Ordine di Acquisto n. 4520002485 / 404S del 22/03/2023

*TRD 2023/00471
 - STRAORDINARIA*

ASPETTO ESTERIORE DEI BENI	N° COLLI	PESO KG	PORTO
SCATOLA	1	0,500	ASSEGNATO
VEITTORE: ditta, domicilio, residenza		ORA	DATA RITIRO
CONSEGNA A MEZZO	CEDENTE	FIRMA DEL CONDUCENTE	
		A.T.I.	
ANNOTAZIONI - VARIAZIONI		SIEMENS HOSPITAL CONSULTING MARIFARMA FM Co A.U.S.L. PESCARA Via Paolini, 47 65124 PESCARA Tel. 085 4242963 - Fax 085 4252964	

03/05/23

AUSL Pescara
RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE

DETTAGLI INTERVENTO		
Codice 2023/00471/08	Tipo Straordinaria	Ora Fine 09:30
Data Inizio 05/05/2023	Data Fine 05/05/2023	Ora Inizio 08:00

DETTAGLI APPARECCHIATURA		
Codice Apparecchio E009112	Presidio DSB Penne	
Descrizione ASPIRATORE/IRRIGATORE PER ODONTOIATRIA	Reperto Penne - DSB	
Costruttore DURR DENTAL GMBH & CO KG	Stanza TERRA 32 - ODONTOIATRIA	
Modello VS 300 S	Matricola F327755001-F328011005	Inventario Ente 80634


GUASTO RISCONTRATO
Anomalia nel sistema Meccanico/Idraulico/Pneumatico

DESCRIZIONE INTERVENTO	
Smontaggio / Montaggio apparecchiatura	
Prova di funzionamento	
Controllo/Revisione Sistema Meccanico/Idraulico/Pneumatico	
Sostituzione filtro	
Ore lavoro 01:30	Ore viaggio 00:00

MATERIALI IMPIEGATI			
Codice	Descrizione	Quantità	Rifatturabile
7117-033-00	Filtro amalgama	1	SI

ESITO INTERVENTO
[RI] - Richiesta evasa
<small>Legenda: NR: Guasto non risolto, Apparecchio Non Utilizzabile PR: Guasto parzialmente risolto, Apparecchio utilizzabile per la sua funzionalità principale RI: Guasto risolto o attività tecnica conclusa, apparecchio utilizzabile, nell'esito è indicato anche l'eventuale dismissione</small>

Si dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.

TECNICO	Firma
Cognome Nome Yepez Pedro Jose	

UTENTE PER PRESA VISIONE	Firma
Cognome Nome Salvatorelli Leda	