

Vs. riferimento
Ns. riferimento 2023/00629
Ns. sigle 2023-24041236
Data 24/04/2023

Spett.le
Azienda USL di Pescara
UOC Ingegneria Clinica - HTA
via Paolini, 47
65124 Pescara

c.a. Ing. D. Rinaldi
Ing. V. Lo Mele

OGGETTO: 2023-24041236 Preventivo per la riparazione Exchange del Manipolo Ellips FX per Facoemulsificatore inv. E011847 in dotazione c/o UOC Oculistica del PO di Pescara, a seguito della richiesta del reparto 2023/00629 del 08/03/2023.

U

Con riferimento a quanto in oggetto, si comunica quanto segue:

In data 08/03/2023 veniva aperta la richiesta 2023/00629 con indicato "manipolo faco ellips fx non funziona"; siamo intervenuti nella stessa giornata ritirando il manipolo in oggetto e pertanto abbiamo chiesto un preventivo per la riparazione dello stesso alla Ditta Fimas che, come per la richiesta 2020/02149 del 23/09/2020 e successive su tali apparecchiature, ci comunica che: "I manipoli ad ultrasuoni serie Ellips FX non vengono riparati ma, in caso di guasto, vanno sostituiti".

Secondo quanto previsto all'Art. 3.3 del Capitolato tecnico a Pagina 9,

ci pregiamo sottoporVi la nostra migliore offerta per la riparazione exchange dell'apparecchiatura in oggetto,

Quantità	Descrizione	Prezzo Unitario	Prezzo Offerto
1	Manipolo Ellips FX	2.000,00 €	2.000,00 €
1	Intervento di consegna e collaudo	120,00 €	0.00€
		PREZZO TOT	2.000,00 € + IVA

Distinti saluti
La Direzione Tecnica
ATI
SIEMENS - H.C. HOSPITAL CONSULTING MARIFARMA FM
C/o A.U.S.L. PESCARA
Via Paolini, 47 - 65124 PESCARA
Tel. 085 4252963 - Fax 085 4252964

Associazione Temporanea d'Impresa
Siemens Healthcare srl
Hospital Consulting spa
Marifarma FM srl
c/o Azienda USL di Pescara
Via Paolini, 47
65100 Pescara
tel. 085.4252963 fax 085.4252964

pagina 1 di 1

SIEMENS
Healthineers



MARIFARMA FM
Health Facility Management



AZIENDA U.S.L. DI PESCARA
SERVIZIO GESTIONE APPARECCHIATURE ELETTRONOMICHE

RICHIESTA DI RIPARAZIONE APPARECCHIATURA ELETTRONOMICHE

Inviare via FAX (int):2964 (est):085-4252964

DETTAGLIO RICHIESTA (compilazione a cura del richiedente)

Data Richiesta: 8/3/23
Richiedente: Michele Marullo
Presidio/Distretto: ASL PESCARA
Reparto: SALA OPERATORIA DELL'UCCO
Inventario N.PE/: E011857 (Obbligatorio se presente)

Numero:
Telefono: 2703

Barrare se applicabile Comodato/Leasing/Service

Apparecchiatura: FACO MANIPOLO FACO della strumentazione

Ditta Costruttrice: ATCO INVENTARIO SIEMENS

Modello: Matricola/Seriale: A003949

SEGNALAZIONE GUASTO/INCONVENIENTE

Apparecchio completamente fermo Apparecchio parzialmente funzionante

Descrizione guasto/inconveniente
MANIPOLO FACO ELLIPS FX NON FUNZIONA
MTRICOLA: E235530

FIRMA RICHIEDENTE: [Signature]

NON COMPILARE (compilazione a cura dell'ufficio ATI)

Contratto ATI N° ODL: 2023/00629

Garanzia: Ditta: Telefono:

Comodato/Leasing/Service: Contatto: Intervento previsto il:

Convenz. non di Proprietà: Preventivo N°: Data Preventivo:

Non competenza ATI: Inoltrato a: Data Inoltrato:

Commenti/Altro: STRAORDINARIA

FIRMA RESPONSABILE ATI:

FIMAS srl



FIMAS

66100 CHIETI - Via F. Masci. 125/L - Tel. 0871/63620-69492 - Fax 0871/41424 - P.I. 00311560692

Intestazione documento Spett.le SIEMENS HEALTHCARE Srl	Codice: 000106	Destinazione merce ATI SIEMENS/PHILIPS - IBSL DI PESCARA
Via Vipiteno, 4 20128 MILANO IT Italia	MI	Via R. Paolini, 45 65124 PESCARA Alfonso Balsamo
		PE

Documento di trasporto (DPR 472 del 14.08.96) N. 2023-DDTC-0001008		Data	05.06.2023	Pag	1
Causale trasp.	RIPARAZIONE	Porto	FRANCO	Trasporto	MITTENTE
Note	VS. ORD. N. 4520171569/404S DEL 24/05/2023 ACC. NS. OFF. N. AT049/2023 DEL 14/04/2023				

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
Ordine n. 2023-OC-0000663 del 25.05.2023 Vs. ord. 4520171569/404S - AT049/2023 del 24.05.2023 Riferimento CIG Z743B2FBA7			
INTFOR-OC 690880	INTERVENTO RIPARAZIONE FORNITORE SU MANIPOLO ELLIPS S/N E235530 MANIPOLO FACO ELLIPS FX S/N: E231176	NR NR	1,00 1,00

N. colli 1	Peso kg.	Inizio trasporto Data 05.06.2023 Ora	Firma conducente
Vettore FIMAS (GIANCOLA)		Data ed ora	Firma vettore ATI.
Note trasporto			Firma destinatario SIEMENS - H.C. HOSPITAL CONSULTING MARIFARMA FM Via Paolini, 47 - 65124 PESCARA Tel. 085 4252963 - Fax 085 4252964

A.T.I.
 SIEMENS - H.C. HOSPITAL CONSULTING MARIFARMA FM
 C/o A.U.S.L. PESCARA
 Via Paolini, 47 - 65124 PESCARA
 Tel. 085 4252963 - Fax 085 4252964

DOCUMENTO DI TRASPORTO
 (D.d.t.) D.P.R. 472 del 14-08-1996 - D.P.R. 696 del 21.12.1996

N. 2020 del 05062023

CESSIONARIO: Ditta, Dipendenza, Domicilio e Residenza, Partita IVA

ASL DI PESCARA

a mezzo: cedente cessionario

LUGO DI DESTINAZIONE (se diverso dall'indirizzo del cessionario) E VARIAZIONI

18EM

~~OCULISTICA-PRIM~~
CONSEGNA E COLLAUDO

QUANTITÀ

DESCRIZIONE DEI BENI (natura e qualità)

in conto
 a saldo

IMPORTO (4)

**01 MANIPOLO PER
 FAU EMULSIFICATORE
 AMO
 ELLIPSY FX
 E 2311 FC
 ALL'INTESSO DI COSTORIA
 IN PLASTICA NERA.**

**DET. HTA 166P
 DEL 22.05.23**

N5 RDL 2023/00629

ASPECTO ESTERIORE DEI BENI		N. COLLI	PESO KG.	PORTO	TOTALE €
SCATOLA		2	1	F	
Consegna o inizio trasporto a mezzo		ORA E DATA DEL RITIRO		FIRMA DEL CONDUCENTE	
<input type="checkbox"/> cedente		05/06/23			
<input checked="" type="checkbox"/> cessionario		N. PROGRESSIVO (2)		FIRMA DEL CESSIONARIO	
				X	

1607CD2 (6)

(1) Solo nel caso di utilizzo in sostituzione della certificazione fiscale.
 (2) Ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.P.R. 441/97 e successive modificazioni.

Rapporto di intervento di manutenzione

AUSL Pescara - Servizio di Ingegneria Clinica

Attività amministrativa - 2023/00629/08

Manutenzione - Straordinaria

Data inizio 05/06/2023 13:44

Data fine 05/06/2023 13:45

Guasto riscontrato

Descrizione intervento Nuovo manipolo s/n E231176 arrivato con ddt Fimas 2023-DDTC-0001008 DEL 05.06.2023. Gl'imponiamo cod. E013597 e lo consegniamo a Matteo affinché lo consegni al reparto. Per quanto riguarda quello contrassegnato da cod. E011847, in ragione di quanto avvenuto, risulterà sul nostro database automaticamente in fuori uso.

Esito: RI - Proposta di dismissione

Anagrafica apparecchio

Apparecchio E011847
Struttura PO Pescara
Reparto UOC OCULISTICA

Inventario ente

Stanza SALA OPERATORIA OCULISTICA SALA STERILIZZATRICI

Matricola E235530
Padiglione PE OVEST
Piano 1

Descrizione MANIPOLO
Costruttore AMO ADVANCED MEDICAL OPTICS INC

Modello ELLIPS FX 690898

Tecnico/i

Nome
Alfonso Balsamo

Ore lavoro
00:00:59

Ore viaggio

Km