

Vs. riferimento  
Ns. riferimento 2023/01028  
Ns. sigle 2023-05050905  
Data 05/05/2023

Spett.le  
**Azienda USL di Pescara**  
**UOC Ingegneria Clinica - HTA**  
via Paolini, 47  
65124 Pescara

**c.a. Ing. D. Rinaldi**  
**Ing. V. Lo Mele**

OGGETTO: **2023-05050905 Preventivo per la riparazione dell'elettrocardiografo Lumed Euro ECG, Inv. E002595, in dotazione presso la UOC Terapia Intensiva e Anestesiologica del PO di Pescara, a seguito della richiesta di reparto 2023/01028 e di nostra comunicazione di guasto accidentale del 21/04/2023.**

Con riferimento a quanto in oggetto, a seguito della richiesta del reparto 2023/01028 nel quale veniva segnalato "No rileva tracciato, allentamento punto inserzione cavi", siamo intervenuti riscontrando che l'elettrocardiografo presenta il touch screen lesionato (come da report fotografico inviato in data 21/04/2023). Riportiamo pertanto, di seguito, la nostra miglior offerta:

Quantità	Descrizione	Prezzo Unitario	Prezzo
1	Riparazione Elettrocardiografo con sostituzione del display LCD 12-CH orientabile	1.200 €	1.200 €
1	Prove di funzionamento	80 €	0 €
<b>PREZZO TOT</b>		<b>1.200,00 €+ IVA</b>	

Distinti saluti  
La Direzione Tecnica  
**ATI**  
SIEMENS - H.C. HOSPITAL CONSULTING MARIFARMA FM  
C/o A.U.S.L. PESCARA  
Via Paolini, 47 - 65124 PESCARA  
Tel. 085 4252963 - Fax 085 4252964

Associazione Temporanea d'Impresa  
Siemens Healthcare srl  
Hospital Consulting spa  
Marifarma FM srl  
c/o Azienda USL di Pescara  
Via Paolini, 47  
65100 Pescara  
tel. 085.4252963 fax 085.4252964

pagina 1 di 1



**AZIENDA U.S.L. DI PESCARA**  
**SERVIZIO GESTIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI**

**RICHIESTA DI RIPARAZIONE APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE**

Inviare via mail a assistenzeemedicali.pescara@ism-sms.it  
 via FAX (int):2964 (est):085-4252964

**DETTAGLIO RICHIESTA** (compilazione a cura del richiedente)

Data Richiesta: 20/04/2023  
 Richiedente: DI QUINERO LINDA Numero: .....  
 Presidio/Distretto: PESCARA Telefono: 4524  
 Reparto: RIANS 2 PALAZZO ROSSO  
 Inventario N.PE/: E002595 (Obbligatorio se presente) / 85442  
 Barrare se applicabile  Comodato/Leasing/Service  
 Apparecchiatura: ELETTROCARDIOGRAFICO  
 Ditta Costruttrice: UNMED  
 Modello: ECG 12 VIEW Matricola/Seriale: 1708001

**SEGNALAZIONE GUASTO/INCONVENIENTE**

Apparecchio completamente fermo  Apparecchio parzialmente funzionante

Descrizione guasto/inconveniente  
 non rileva traccia (allentamento prisma di inserzione cavi)

FIRMA RICHIEDENTE: *[Signature]*

**NON COMPILARE** (compilazione a cura dell'ufficio ATI)

Contratto ATI  N° ODL: 2023/08028 LUCA A.  
 Garanzia:  Ditta: ..... Telefono: .....  
 Comodato/Leasing/Service:  Contatto: ..... Intervento previsto il: .....  
 Convenz. non di Proprietà:  Preventivo N° ..... Data Preventivo: .....  
 Non competenza ATI:  Inoltrato a: ..... Data Inoltrato: .....

Commenti/Altro: (compilazione a cura dell'ufficio ATI).....  
 STUONANNO



SC FORNITURE OSPEDALIERE S.R.L.  
Via Galileo Galilei, 33 - 63822 Porto San Giorgio (FM)  
Tel. 0734 673043 - Fax. 0734 672604  
Codice fiscale e Partita Iva 02025770443- REA: FM 191721  
www.scfornitureospedaliere.it - info@scfornitureospedaliere.it



## DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.P.R. 472 del 14/8/96)

Vs. riferimento

4520172556/4045  
DEL 24-05-23

Spett.le

ASL 3 PESCARA  
VIA FONTE ROMANA, 8  
65124 PESCARA (PE) Italia

Cod. Cli.	Partita IVA	Codice fiscale	Riferimento Telefonici	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
97	IT01397530682	IT01397530682		0347/2023	31/05/2023	1 Di 1

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	S/P
EP-LU30003	ELETTROCARDIOGRAFO EURO ECG 12 VIEW OL 23/0578 Lotto S/N: 12VIEW1708001	Pz	1,00	S

N. Colli	Peso	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto	Ora del trasporto
1		Reso da Riparazione	A VISTA	01/05/2023	1900
Trasporto a cura di MITTENTE		Incaricato del trasporto FORNITORE		Porto PORTO FRANCO	
Destinazione della merce					
SIEMENS HEALTHCARE SRL LABORATORIO ATI C/O OSPEDALE S.SPIRITO VIA PAOLINI, 45 65124 Pescara (PE) Italia			SIEMENS HEALTHCARE HOSPITAL CONSULTING MARIFARMA FM C/O ASL 3 PESCARA Via Paolini, 45 - 65124 PESCARA Tel. 085 4252963 - Fax 085 4252964		

FIRMA del  
conducente/vettore

FIRMA del  
destinatario

**RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE**

**DETTAGLI INTERVENTO**

Codice 2023/01028/08

Data Inizio 08/06/2023

Ora Inizio 13:30

Tipo Straordinaria

Data Fine 08/06/2023

Ora Fine 14:00

**DETTAGLI APPARECCHIATURA**

Codice Apparecchio E002595

Descrizione ELETTROCARDIOGRAFO

Costruttore LUMED SRL

Modello EURO ECG 12 VIEW

Presidio PO Pescara

Reparto UOC TERAPIA INTENSIVA E ANESTESIOLOGIA

Stanza PE | TERRA | DEGENZA B

Matricola 12VIEW1708001

Inventario Ente 5085442

**GUASTO RISCONTRATO**

Display rotto.

**DESCRIZIONE INTERVENTO**

Prova di funzionamento

Riconsegna.

Ore lavoro 00:30

Ore viaggio 00:00

**ESITO INTERVENTO**

[RI] - Richiesta evasa

Legenda: NR: Guasto non risolto, Apparecchio Non Utilizzabile PR: Guasto parzialmente risolto, Apparecchio utilizzabile per la sua funzionalità principale RI: Guasto risolto o attività tecnica conclusa, apparecchio utilizzabile, nell'esito è indicato anche

Si dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.

**TECNICO**

Cognome Nome

Arena Luca

Firma



**UTENTE PER PRESA VISIONE**

Cognome Nome

Fiore

Firma

