

Vs. riferimento
Ns. riferimento 2023/01033
Ns. sigle 2023-08051006
Data 08/05/2023

Spett.le
Azienda USL di Pescara
UOC Ingegneria Clinica - HTA
via Paolini, 47
65124 Pescara

c.a. Ing. D. Rinaldi
Ing. V. Lo Mele

OGGETTO: **2023-08051006 Preventivo per la riparazione Exchange del cavo a fibra ottica per fonte luminosa per endoscopia Storz inv. E003473, s/n LA0657444, in dotazione c/o UOSD Gestione Anestesiologica del Blocco Operatorio del PO di Pescara, a seguito della richiesta di reparto 2023/01033 e di nostra comunicazione del 26/04/2023.**

U

Con riferimento a quanto in oggetto, si comunica quanto segue:

- A seguito della richiesta di riparazione del reparto "Cavo fibra ottica con guaina lesionata", siamo intervenuti riscontrando la lesione del cavo a seguito di un cattivo utilizzo, come da foto inviate nella nostra mail del 26/04/2023.

Riportiamo pertanto, di seguito, la nostra migliore offerta per la riparazione Exchange del cavo a fibra ottica per la fonte luminosa in oggetto:

Quantità	Descrizione	Prezzo Offerto
1	Cavo luce a fibre ottiche, 250 mm 4,8 mm	1.100,00 € + iva
1	Intervento di consegna e collaudo	0,00€

TOTALE 1.100,00 € + IVA

Distinti saluti
La Direzione Tecnica
A.T.I.
SIEMENS - H.C. HOSPITAL CONSULTING MARIFARMA FM
C/o A.U.S.L. PESCARA
Via Paolini, 47 - 65124 PESCARA
Tel. 085 4252963 - Fax 085 4252964

Associazione Temporanea d'Impresa
Siemens Healthcare srl
Hospital Consulting spa
Marifarma FM srl
c/o Azienda USL di Pescara
Via Paolini, 47
65100 Pescara
tel. 085.4252963 fax 085.4252964

pagina 1 di 1



AZIENDA U.S.L. DI PESCARA
SERVIZIO GESTIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

RICHIESTA DI RIPARAZIONE APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE

Inviare via mail a assistenzamedicali.pescara@ism-sms.it

via FAX (int):2964 (est):085-4252964

DETTAGLIO RICHIESTA (compilazione a cura del richiedente)		
Data Richiesta:	21/4/2023	Numero: 2735
Richiedente:	SACERDOTE	Telefono:
Presidio/Distretto:	PESCARA	
Reparto:	B.O.	
Inventario N.PE/:	003473	(Obbligatorio se presente)
Barrare se applicabile	<input type="checkbox"/> Comodato/Leasing/Service	
Apparecchiatura:	FONTE LUMINOSA	
Ditta Costruttrice:	STORZ	
Modello:		Matricola/Seriale:
SEGNALAZIONE GUASTO/INCONVENIENTE		
Apparecchio completamente fermo <input type="radio"/> Apparecchio parzialmente funzionante <input checked="" type="radio"/>		
Descrizione guasto/inconveniente		
CAVO FIBRA OPTICA STORZ CON QUAINA LESIONATA		
STRAORDINARIA		
FIRMA RICHIEDENTE:		<i>[Firma]</i>
NON COMPILARE (compilazione a cura dell'ufficio ATI)		
Contratto ATI	<input checked="" type="radio"/> N° ODL.	2023/04033
Garanzia:	<input type="radio"/> Ditta:	STRAORDINARIA
Comodato/Leasing/Service:	<input type="radio"/> Contatto:	
Convenz. non di Proprietà:	<input type="radio"/> Preventivo N°	
Non competenza ATI:	<input type="radio"/> Inoltrato a:	
Commenti/Altro: (compilazione a cura dell'ufficio ATI)		
Consiglio e lettera		

[Firma]

KARL STORZ SE & Co. KG • PO Box 230 • 78503 Tuttlingen/Germany

LABORATORIO ATI
SIEMENS H c/o OSP S SPIRITO
VIA PAOLINI 45
I-65124 PESCARA PE

Packing List

Page 1 of 1

Handling Unit:
340485512041760811

Date:
24.08.2023



Your Order 4520359251 / 404S of 04.08.2023

Material	Qty	SU	Description	Sales Document	Item
Handling Unit: 340485512041760811					
495NCS	1	ST	Fiber Optic Light Cable, 250 cm, Ø4.8 mm Batch NM42	45531737	10

Goods supplied in accordance with our General Conditions for the Sale and Supply of goods as published on www.karlstorz.com

Office Address:
KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany
Phone: +49 7461 708-0
Fax: +49 7461 708-105
E-Mail: info@karlstorz.com
www.karlstorz.com

Bank Accounts:
UniCredit Bank AG
SWIFT: HYVEDEMM473
IBAN: DE62 6002 0290 0034 5326 05
Kreissparkasse Tuttlingen
SWIFT: SOLADES1TUT
IBAN: DE79 6435 0070 0000 0013 22

Deutsche Bank AG Tuttlingen
SWIFT: DEUTDESS653
IBAN: DE09 6537 0075 0211 6390 00
Volksbank Schwarzwald-Donau-Neckar eG
SWIFT: GENODE51TUT
IBAN: DE97 6439 0130 0000 7720 03

Limited Partnership:
KARL STORZ SE & Co. KG
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany
Place of Business: Tuttlingen
Commercial Register:
Stuttgart HRA 450442
VAT-ID-No. DE 142931059
WEEE Reg.-No. DE 74465858

Unlimited Partner:
KARL STORZ Verwaltungs SE
Dr.-Karl-Storz-Straße 34
78532 Tuttlingen/Germany
Place of Business: Tuttlingen
Commercial Register: Stuttgart HRB 762524
Managing Director:
Karl-Christian Storz
Chair of the Supervisory Board:
Dr. h. c. mult. Sybill Storz

RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE

DETTAGLI INTERVENTO			
Codice 2023/01033/08		Tipo Straordinaria	
Data Inizio 01/09/2023	Ora Inizio 08:53	Data Fine 01/09/2023	Ora Fine 09:13

DETTAGLI APPARECCHIATURA			
Codice Apparecchio E003473		Presidio PO Pescara	
Descrizione FONTE LUMINOSA PER ENDOSCOPIA		Reparto UOSD GESTIONE ANESTESIOLOGICA DEL BLOCCO OPERATORIO	
Costruttore STORZ KARL GMBH & CO KG		Stanza PE TERRA SALA 10	
Modello 20134020 XENON NOVA 300		Matricola LA0657444	Inventario Ente 00650061256


GUASTO RICONTRATO
cavo lesionato

DESCRIZIONE INTERVENTO
si consegna nuovo cavo fibra ottica storz
Ore lavoro 00:20
Ore viaggio 00:00

MATERIALI IMPIEGATI			
Codice	Descrizione	Quantità	Rifatturabile
495ncs	cavo fibra ottica a storz	1	NO

ESITO INTERVENTO
[RI] - Richiesta evasa
<small>Legenda: NR: Guasto non risolto, Apparecchio Non Utilizzabile PR: Guasto parzialmente risolto, Apparecchio utilizzabile per la sua funzionalità principale RI: Guasto risolto o attività tecnica conclusa, apparecchio utilizzabile, nell'esito è indicato anche l'eventuale dimissione</small>

Si dichiara che il lavoro sopradescritto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.

TECNICO	
Cognome Nome	Firma
Cipriani Matteo	

UTENTE PER PRESA VISIONE	
Cognome Nome	Firma
cinalli annalisa	