

Vs. riferimento
Ns. riferimento 2023/01052
Ns. sigle 2023-27040843
Data 27/04/2023

Spett.le
Azienda USL di Pescara
UOC Ingegneria Clinica - HTA
via Paolini, 47
65124 Pescara

c.a. Ing. D. Rinaldi
Ing. V. Lo Mele

OGGETTO: **2023-27040843 Preventivo per la riparazione exchange del reggibraccio del letto operatorio Trumpf, inv E003949, mod. 4549100, in dotazione presso il Blocco Operatorio del PO di Pescara, a seguito della richiesta di reparto 2023/01052 e della comunicazione di guasto accidentale del 24/04/2023.**

Con riferimento a quanto in oggetto, a seguito della richiesta del reparto 2023/01052 dove veniva indicato "tagliata copertura reggibraccio" e a seguito del nostro intervento tecnico dove si attesta che il reggibraccio in oggetto è lesionato e non riparabile (report fotografico inviato il 24/04/2023), secondo quanto previsto all' Art.3.3 del Capitolato tecnico a Pagina 9, ci preghiamo sottoporVi la nostra migliore offerta per la riparazione dell'apparecchiatura in oggetto.

Quantità	Descrizione	Prezzo Unitario	Prezzo
1	Reggibraccio con morsetto e struttura in acciaio	1.050,00 €	1.050,00 €
1	Intervento di consegna	0,00€	0.00€
PREZZO TOT		1.050,00 €+ IVA	

Distinti saluti
La Direzione Tecnica
A.T.I.
SIEMENS - H.C. HOSPITAL CONSULTING MARIFARMA FM
C/o A.U.S.L. PESCARA
Via Paolini, 47 - 65124 PESCARA
Tel. 085 4252963 - Fax 085 4252964

Associazione Temporanea d'Impresa
Siemens Healthcare srl
Hospital Consulting spa
Marifarma FM srl
c/o Azienda USL di Pescara
Via Paolini, 47
65100 Pescara
tel. 085.4252963 fax 085.4252964

pagina 1 di 1

RICHIESTA DI RIPARAZIONE APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE

Inviare via mail a assistenzamateriali.pescara@ism-sms.it
via FAX (int):2964 (est):085-4252964

DETTAGLIO RICHIESTA (compilazione a cura del richiedente)

Data Richiesta: 22/06/23

Richiedente: PASSAMONTI ANTONELLA Numero: _____ Telefono: 2789-2735

Presidio/Distretto: PESCARA

Reparto: B O

Inventario N.PE/: E.003349 (Obbligatorio se presente)

Barrare se applicabile Comodato/Leasing/Service

Apparecchiatura: SUPPORTO BRACCIO SALA 4

Ditta Costruttrice: TRUMPF

Modello: _____ Matricola/Seriale: _____

SEGNALAZIONE GUASTO/INCONVENIENTE

Apparecchio completamente fermo Apparecchio parzialmente funzionante

Descrizione guasto/inconveniente: TAGLIATA COPERTURA
REGGIBRACCIO

STRAORDINARIA

FIRMA RICHIEDENTE: *Passamonti Antonella*

NON COMPILARE (compilazione a cura dell'ufficio ATI)

Contratto ATI N° ODG: 2023/03052 FEDERICO

Garanzia: Ditta: _____ Telefono: _____

Comodato/Leasing/Service: Contatto: _____ Intervento previsto il: _____


Convenz. non di Proprietà: Preventivo N° _____ Data Preventivo: _____

Non competenza ATI: Inoltrato a: _____ Data Inoltrato: _____

Commenti/Altro: (compilazione a cura dell'ufficio ATI) _____



SC FORNITURE OSPEDALIERE S.R.L.
 Via Galileo Galilei, 33 - 63822 Porto San Giorgio (FM)
 Tel. 0734 673043 - Fax. 0734 672604
 Codice fiscale e Partita Iva 02025770443- REA: FM 191721
 www.scfornitureospedaliere.it - info@scfornitureospedaliere.it



DOCUMENTO DI TRASPORTO

(D.P.R. 472 del 14/8/96)

Vs. riferimento

A5201F3A07/A04S

Spett.le

SIEMENS HEALTHCARE SRL
VIA VIPITENO, 4
20128 MILANO (MI) Italia

Cod. Cli.	Partita IVA	Codice fiscale	Riferimento Telefonici	Numero D.D.T.	Data D.D.T.	Pag.
C334	IT12268050155	04785851009		0359/2023	05/06/2023	1 Di 1

Codice	Descrizione	U.M.	Quantità	S/P
4549778	REGGIBRACCIO CON MORSETTO STRUTTURA IN ACCIAIO INOX. DIM. CUSCINO 455X130 MM REGOLAZIONE IN ALTEZZA 17MM Lotto S/N: 107335711	Pz	1,00	S

ROL
2023/02052
- STRAORDINARIA -

N. Colli	Peso	Causale del trasporto	Aspetto dei beni	Data del trasporto	Ora del trasporto
1		Spedizione Ordini	CARTONI	05/06/2023	10.00
Trasporto a cura di MITTENTE		Incaricato del trasporto <i>FOLLENTINI</i>		Porto PORTO FRANCO	
Destinazione della merce					
SIEMENS HEALTHCARE SRL LABORATORIO ATI C/O OSPEDALE S.SPIRITO VIA PAOLINI, 45 65124 Pescara (PE) Italia					

FIRMA del conducente/vettore

[Handwritten signature]

FIRMA del destinatario

[Handwritten signature]
 SIEMENS HEALTHCARE HOSPITAL CONSULTING/MANIFATTURA FM
 Via A. U. S. L. PESCARA
 65124 PESCARA
 Tel. 085 4252905 - Fax 085 4252964

A.T.I.

RAPPORTO DI INTERVENTO TECNICO DI MANUTENZIONE

DETTAGLI INTERVENTO		
Codice 2023/01052/05	Tipo Straordinaria	Ora Fine 10:30
Data Inizio 12/06/2023	Ora Inizio 10:00	Data Fine 12/06/2023

DETTAGLI APPARECCHIATURA		
Codice Apparecchio E003949	Presidio PO Pescara	
Descrizione TAVOLO OPERATORIO A PIANI CARRELLATI, PIANO	Reparto UOSD GESTIONE ANESTESIOLOGICA DEL BLOCCO OPERATORIO	
Costruttore TRUMPF MEDIZIN SYSTEME GMBH	Stanza PE TERRA SALA 10	
Modello 4549100	Matricola 100275384	Inventario Ente NE

GUASTO RICONTRATO
Anomalia nel sistema Meccanico/Idraulico/Pneumatico

DESCRIZIONE INTERVENTO		
Si effettua consegna di nuovo reggibraccio pn.4549778 sn.107335711 in sostituzione di quello danneggiato.		
Ore lavoro 00:30	Ora viaggio 00:00	

MATERIALI IMPIEGATI			
Codice	Descrizione	Quantità	Rifatturabile
4549778	reggibraccio Trumpf	1	NO

ESITO INTERVENTO	
[RI] - Richiesta evasa	
<small>Legenda: NR: Guasto non risolto, Apparecchio Non Utilizzabile PR: Guasto parzialmente risolto, Apparecchio utilizzabile per la sua funzionalità principale RI: Guasto risolto o attività tecnica conclusa, apparecchio utilizzabile, nell'esito è indicato anche l'eventuale dismissione</small>	

Si dichiara che il lavoro sopradescripto è stato eseguito a regola d'arte e con idonea strumentazione.

TECNICO	Firma
Cognome Nome	
Giuliani Federico	

UTENTE PER PRESA VISIONE	Firma
Cognome Nome	
Lorella Mennilli	