

Vs. riferimento
 Ns. riferimento 2023/01163
 Ns. sigle 2023-16050835
 Data 16/05/2023

Spett.le
Azienda USL di Pescara
UOC Ingegneria Clinica - HTA
 via Paolini, 47
 65124 Pescara

c.a. Ing. D. Rinaldi
Ing. V. Lo Mele

OGGETTO: **2023-16050835 Preventivo per la riparazione exchange dell'Ottica rigida Wolf, mod. 8654422 Panoview, inv E012631, in dotazione presso UOSD Gestione Anestesiologica del Blocco Operatorio del PO di Pescara, a seguito della richiesta di reparto 2023/01163 del 08/05/2023.**

Con riferimento a quanto in oggetto, a seguito della richiesta del reparto 2023/01163 dove veniva indicato "opacizzata", siamo intervenuti ed inviato l'ottica alla ditta Movi (Autorizzata Wolf) per la riparazione (DDT n. 983 del 09/05/2023). La stessa ci comunica che i danni riscontrati non permettono la riparazione dell'ottica e pertanto propone la sostituzione in modalità repair-exchange (si allega report). Pertanto secondo quanto previsto all'Art.3.3 del Capitolato tecnico a Pagina 9, ci preghiamo sottoporVi la nostra migliore offerta per la riparazione exchange dell'apparecchiatura in oggetto.

Quantità	Descrizione	Prezzo Unitario	Prezzo
1	Ottica distorsion free 30Φ4mm	2.500,00 €	2.500,00 €
1.5	Intervento di consegna e test funzionale	120,00€	0.00€
PREZZO TOT		2.500,00 €+ IVA	

Distinti saluti
 La Direzione Tecnica
ATI
 SIEMENS - H.C. HOSPITAL CONSULTING MARIFARMA FM
 C/o A.U.S.L. PESCARA
 Via Paolini, 47 - 65124 PESCARA
 Tel. 085 4252963 - Fax 085 4252964

Associazione Temporanea d'Impresa
 Siemens Healthcare srl
 Hospital Consulting spa
 Marifarma FM srl
 c/o Azienda USL di Pescara
 Via Paolini, 47
 65100 Pescara
 tel. 085.4252963 fax 085.4252964

pagina 1 di 1



AZIENDA U.S.L. DI PESCARA
SERVIZIO GESTIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

RICHIESTA DI RIPARAZIONE APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE

Inviare via mail a assistenzedimedicali.pescara@ism-sms.it
 via FAX (int):2964 (est):085-4252964

DETTAGLIO RICHIESTA (compilazione a cura del richiedente)

Data Richiesta: 8/5/2023..... Numero:
 Richiedente: D'Alonzo..... Telefono: 2935.....
 Presidio/Distretto: PESCARA P/O.....
 Reparto: BLOCCO OPERATORIO.....
 Inventario N.PE/: 72206..... (Obbligatorio se presente) F012631
 Barrare se applicabile Comodato/Leasing/Service
 Apparecchiatura: OTTA WOLF.....
 Ditta Costruttrice: WOLF.....
 Modello: Matricola/Seriale: 72209.....

SEGNALAZIONE GUASTO/INCONVENIENTE

Apparecchio completamente fermo Apparecchio parzialmente funzionante

Descrizione guasto/inconveniente OPACIZZATA.....

FIRMA RICHIEDENTE: *D'Alonzo*

NON COMPILARE (compilazione a cura dell'ufficio ATI)

Contratto ATI N° ODL: 2023/01163 LUCA V.
 Garanzia: Ditta: Telefono:
 Comodato/Leasing/Service: Contatto: Intervento previsto il:
 Convenz. non di Proprietà: Preventivo N° Data Preventivo:
 Non competenza ATI: Inoltrato a: Data Inoltrato:

Commenti/Altro: (compilazione a cura dell'ufficio ATI).....
 SI USO MEDICINA

Attività amministrativa - 2023/01163/07

Manutenzione - Straordinaria

Data inizio 04/08/2023 13:03

Data fine 04/08/2023 13:04

Guasto riscontrato

Descrizione intervento Nuova ottica, stessa marca e modello, s/n 1100980899 arrivata con ns ddt Movi SAT/235001805 del 02.08.2023. Le imponiamo ns cod. E013799, la consegniamo tramite regolare modulo di collaudo e chiudiamo questo rdl con automatica dismissione dell'ottica E012631.

Esito: RI - Proposta di dismissione

Anagrafica apparecchio

Apparecchio E012631

Struttura PO Pescara

Reparto UOSD GESTIONE ANESTESIOLOGICA
DEL BLOCCO OPERATORIO

Descrizione LAPAROSCOPIO

Costruttore WOLF RICHARD GMBH

Inventario ente

Stanza SALA 11

Modello 8654 422 PANOVIEW

Matricola 1100737270

Padiglione PE

Piano TERRA

Tecnico/i

Nome

Alfonso Balsamo

Ore lavoro

00:00:59

Ore viaggio

Km