

Vs. riferimento
 Ns. riferimento 2023/01202
 Ns. sigle 2023-17051059
 Data 17/05/2023

Spett.le
Azienda USL di Pescara
UOC Ingegneria Clinica - HTA
 via Paolini, 47
 65124 Pescara

c.a. Ing. D. Rinaldi
Ing. V. Lo Mele

OGGETTO: **2023-17051059 Preventivo per la riparazione exchange dell'Ottica rigida Wolf, mod. 8654422 Panoview, inv E011472, in dotazione presso UOSD Gestione Anestesiologica del Blocco Operatorio del PO di Pescara, a seguito della richiesta di reparto 2023/01202 del 11/05/2023.**

Con riferimento a quanto in oggetto, a seguito della richiesta del reparto 2023/01202 dove veniva indicato "sivede giallo (da sostituire)", siamo intervenuti ed inviato l'ottica alla ditta Movi (Autorizzata Wolf) per la riparazione (DDT n. 1000 del 11/05/2023). La stessa ci comunica che i danni riscontrati non permettono la riparazione dell'ottica in quanto il sistema ottico presenta le lenti rotte e il fascio fibre porta luce danneggiato oltre il 50% e, pertanto, propone la sostituzione in modalità repair-exchange (si allega report). Secondo quanto previsto all'Art.3.3 del Capitolato tecnico a Pagina 9, ci preghiamo sottoporVi la nostra migliore offerta per la riparazione exchange dell'apparecchiatura in oggetto.

Quantità	Descrizione	Prezzo Unitario	Prezzo
1	Ottica distorsion free 30Φ4mm	2.500,00 €	2.500,00 €
1.5	Intervento di consegna e test funzionale	120,00€	0.00€
PREZZO TOT		2.500,00 €+ IVA	

Distinti saluti
 La Direzione Tecnica
ATI
 SIEMENS - H.C. HOSPITAL CONSULTING MARIFARMA FM
 C/O A.U.S.L. PESCARA
 Via Paolini, 47 - 65124 PESCARA
 Tel. 085 4252963 - Fax 085 4252964

Associazione Temporanea d'Impresa
 Siemens Healthcare srl
 Hospital Consulting spa
 Marifarma FM srl
 c/o Azienda USL di Pescara
 Via Paolini, 47
 65100 Pescara
 tel. 085.4252963 fax 085.4252964

pagina 1 di 1



AZIENDA U.S.L. DI PESCARA
SERVIZIO GESTIONE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI

RICHIESTA DI RIPARAZIONE APPARECCHIATURA ELETTROMEDICALE

Inviare via mail a assistenzedimedicali.pescara@ism-sms.it
 via FAX (int):2964 (est):085-4252964

DETTAGLIO RICHIESTA (compilazione a cura del richiedente)

Data Richiesta: 11.05.23
 Richiedente: LUIGIA SACRIPANTO
 Presidio/Distretto: Pescara
 Reparto: B.I.O.
 Inventario N.PE/: E011472 (Obbligatorio se presente)
 Barrare se applicabile Comodato/Leasing/Service
 Apparecchiatura: Ottica 20° UROL
 Ditta Costruttrice: wolf
 Modello:
 Matricola/Seriale: SN100556272
 E03243

SEGNALAZIONE GUASTO/INCONVENIENTE

Apparecchio completamente fermo Apparecchio parzialmente funzionante

Descrizione guasto/inconveniente

SI VERBA GUASTO (DA SOSTITUIRE)

FIRMA RICHIEDENTE: Luigia Sacripanto

NON COMPILARE (compilazione a cura dell'ufficio ATI)

Contratto ATI N° ODL: 2023/01202 LUCA V.
 Garanzia: Ditta: Telefono:
 Comodato/Leasing/Service: Contatto: Intervento previsto il:
 Convenz. non di Proprietà: Preventivo N° Data Preventivo:
 Non competenza ATI: Inoltrato a: Data Inoltrato:

Commenti/Altro:

(compilazione a cura dell'ufficio ATI)

STUDIO MEDICO

Attività amministrativa - 2023/01202/07

Manutenzione - Straordinaria

Data inizio 06/09/2023 07:49

Data fine 06/09/2023 07:59

Guasto riscontrato

Descrizione intervento Strumento s/n 1100986170, risultato di riparazione cambio, arrivato con ddt Movi spa SAT/235001941 del 04/09/2023. Ad esso assegniamo ns codice E013852 e quanto prima lo consegneremo al reparto d'interesse, contestualmente notificiamo l'automatico fuori uso dell'E011472 all'HTA.

Esito: RI - Proposta di dismissione

Anagrafica apparecchio

Apparecchio E011472

Struttura PO Pescara

Reparto Blocco Operatorio-Pescara

Descrizione LAPAROSCOPIO

Costruttore WOLF RICHARD GMBH

Inventario ente

Stanza 1 - SALA OPERATORIA

Modello 8654 422 PANOVIEW

Matricola 1100554272

Padiglione -

Piano -

Tecnico/i

Nome

Giovanni Sarnicola

Ore lavoro

00:09:59

Ore viaggio

Km

Struttura PO Pescara
Reparto Blocco

Costruttore WOLF RICHARD GMBH

Data inizio 06/09/2023

Struttura PO Pescara
Reparto Blocco

Costruttore WOLF RICHARD GMBH

Data inizio 06/09/2023