

Vs. riferimento  
Ns. riferimento 2024/02111  
Ns. sigle 2024-24091358  
Data 24/09/2024

Spett.le  
**Azienda USL di Pescara**  
**UOC Ingegneria Clinica - HTA**  
via Paolini, 47  
65124 Pescara

**c.a. Ing. D. Rinaldi**  
**Ing. V. Lo Mele**

OGGETTO: **2024-24091358 Preventivo per la riparazione del Tavolo Operatorio Trumpf, Jupiter, inv E003453, in dotazione presso il Blocco Operatorio del PO di Pescara, a seguito della richiesta di reparto 2024/02111 e di nostra comunicazione del 28/08/2024.**

U

Con riferimento a quanto in oggetto, a seguito della richiesta del reparto dove veniva indicato "letto bloccato non si alza il pianale", a seguito del nostro intervento tecnico si attesta che il telaio interno ed esterno risulta piegato con relativo malfunzionamento del motore alzata (report fotografico trasmesso il 28/08/2024). Vista la criticità dei tavoli operatori della sala operatoria del PO di Pescara, al fine di non interrompere le attività di sala, visto il ritiro del tavolo in oggetto, siamo riusciti a reperire e a consegnare in data 04/09/2024 una Colonna tavolo operatorio Trumpf sn 100086311, piano sn 100102089, carrello sn 100087189 completo di carica batterie e telecomando a filo. Pertanto, secondo quanto previsto all'Art.3.3 del Capitolato tecnico a Pagina 9, ci preghiamo sottoporVi la nostra migliore offerta per la riparazione dell'apparecchiatura in oggetto.

Quantità	Descrizione	Prezzo Unitario	Prezzo
1	Riparazione del tavolo operatorio con sostituzione del telaio ammaccato e ripristino del funzionamento dello stesso	6.200,00 €	6.200,00 €
1	Intervento di consegna	0,00€	0.00€
		<b>PREZZO TOT 6.200,00 €+ IVA</b>	

*attesa la  
verifica*

*si autorizza*  
Distinti saluti  
La Direzione Tecnica  
**A.T.I.** / 6.200,00  
SIEMENS - H.C. HOSPITAL CONSULTING MARIFARMA FM  
C/o A.U.S.L. PESCARA  
Via Paolini, 47 - 65124 PESCARA  
Tel. 085 4252963 - Fax 085 4252964  
*26/9/24*

Associazione Temporanea d'Impresa  
Siemens Healthcare srl  
Hospital Consulting spa  
Marifarma FM srl  
c/o Azienda USL di Pescara  
Via Paolini, 47  
65100 Pescara  
tel. 085.4252963 fax 085.4252964

pagina 1 di 1





**AZIENDA U.S.L. DI PESCARA  
SERVIZIO GESTIONE APPARECCHIATURE ELETTRONOMICALE**

**RICHIESTA DI RIPARAZIONE APPARECCHIATURA ELETTRONOMICALE**

Inviare via mail a [assistenzedimedicali.pescara@ism-sms.it](mailto:assistenzedimedicali.pescara@ism-sms.it)

via FAX (int):2964 (est):085-4252964

**DETTAGLIO RICHIESTA** (compilazione a cura del richiedente)

Data Richiesta: 26.8.24 Numero: .....

Richiedente: WANDA SACRIPALTE Telefono: 2435

Presidio/Distretto: PESCARA

Reparto: B.O.

Inventario N.PE/: ..... (Obbligatorio se presente)

Barrare se applicabile  Comodato/Leasing/Service

Apparecchiatura: LETTO OP. SALI II

Ditta Costruttrice: TRUMPA

Modello: ..... Matricola/Seriale: 5003453

**SEGNALAZIONE GUASTO/INCONVENIENTE**

Apparecchio completamente fermo  Apparecchio parzialmente funzionante

Descrizione guasto/inconveniente LETTO BLOCCATO NON SI USA IL PIANALE

FIRMA RICHIEDENTE: Wanda Sacripalte

**NON COMPILARE** (compilazione a cura dell'ufficio ATI)

Contratto ATI  N° ODL: 2024/02111 Metro

Garanzia:  Ditta: ..... Telefono: .....

Comodato/Leasing/Service:  Contatto: ..... Intervento previsto il: .....

Convenz. non di Proprietà:  Preventivo N° ..... Data Preventivo: .....

Non competenza ATI:  Inoltrato a: ..... Data Inoltrato: .....

Commenti/Altro: (compilazione a cura dell'ufficio ATI).....

STRASORDINARIO



**STS servizi e tecnologie sanitarie s.r.l.**  
Via Romania 43/45  
41122 Modena (MO)  
Tel. +39 3397406998 / Fax +39 0599120277  
www.sts-medical.it / info@sts-medical.it  
P.IVA 02703551206 - Cod. Fiscale 02703551206

**Destinazione Merce**

ATI SIEMENS c/o Ospedale di Pescara via Paolini 47  
Pescara

**Cliente**

**LOGIC S.r.l**  
via Antonio Pigafetta, 1  
34147 Trieste (TS)  
P.IVA IT00977960327

**DOCUMENTO DI TRASPORTO 891**

**DATA 30/09/2024**

(D.P.R. n. 472 del 14/08/96)

Causale del trasporto **RESO RIPARATO**

Vostro Riferimento **vs ordine 741 del 27/09/24**

Note

Codice	Descrizione	u.m.	Quantità
	tavolo operatorio trumpf jupiter completo di colonna sn100587091 , piano sn 100583402, telecomando ir sn 101770491,base comando inv E003881, caricabatterie inv. E003384 carrello inv. E004067 a scarico totale vs ddt ATI 1405		1

Aspetto esteriore beni **A VISTA**

Numero Colli

Peso Lordo Peso Netto

Consegna o inizio trasporto **MITTENTE**

Data e Ora  
30/09/24 15:24

Generalità del conducente

Vettore

Firma Vettore

Porto

Firma Conducente

Firma Destinatario

ATI  
SIEMENS - HOSPITAL CONSULTING MARIEMMA FM  
C/O A.U.S.L. PESCARA  
Via Paolini 47 - 66100 PESCARA  
Tel. 085 4252963 - Fax 085 4252557



STS Servizi e Tecnologie Sanitarie s.r.l.

Sede: Via Romania 43/45, 41122 Modena (MO)

Fax +39 0599120277

Cell. +39 3397406998 / +39 3288870658

Codice fiscale, Partita IVA/VAT: IT 02703551206 - R.I. Ufficio di Modena 02703551206

R.E.A. Modena 364583 - Capitale Sociale Euro 10.526,00 i.v.

RAPPORTO TECNICO N. **006671**

DATA INTERVENTO: **30/9/24**

INTERVENTO CONCLUSO

SI:

NO:

CLIENTE **LOGIC SRL**

REPARTO

INDIRIZZO **c/a ATI SIEMENS PESCARA**

P.IVA/C.F.

COD. CLIENTE

APPARECCHIO **COLONNA JUPITER**

COD.

S/N **100587091**

**TIPO DI INTERVENTO**

- INSTALLAZIONE   
 MANUNTENZIONE   
 IN GARANZIA   
 FUORI GARANZIA  
 MODIFICHE   
 RIPARAZIONI   
 IN CONTRATTO   
 VERIF. PARAMETRI DI SICUREZZA  
 ALTRO:

DESCRIZIONE DEL PROBLEMA **COLONNA BLOCCATA**

LAVORO ESEGUITO **Eseguito smontaggio, pulizia questo, eseguito sblocco meccanico stadi, rimontaggio e prove funzionali OK**

CODICE RICAMBI	DESCRIZIONE	Q.TA'	S/R

**DETTAGLIO LAVORO**

RICHIESTA CLIENTE DEL: **27/9/24** N. **761**

- SCRITTA N. DEL ..... PREVENTIVO N. **955** DEL **23/9/24**  
 VERBALE SIG. .... ORE LAVORO **20**  
 D.D.T. ENTRATA N. DEL ..... ORE VIAGGIO **18** KM **1692**  
 D.D.T. USCITA N. DEL ..... CATEGORIA DIRITTO DI CHIAMATA .....

NOTE

TECNICO

FIRMA

*[Handwritten signature]*

CLIENTE

FIRMA

*[Handwritten signature]*

Tel. 085 4252961 Fax 035 4252664