

DOCUMENTO DI TRASPORTO



65125 PESCARA - Via Bardet n. 39
Tel. 085.4510466 (4 linee r.a.) - Fax 085.4510516
Cod.Fisc. & P.Iva - Reg.Imprese PE 01282940681
Cap.Soc. € 1.294.700,00 i.v. - C.C.I.A.A. N.REA PE 81112

Posta Certificata: chirurmedica@pec.it
www.chirurmedica.it - info@chirurmedica.it

Spett.le	Codice Cliente:	000001
AZIENDA USL PESCARA		
VIA RENATO PAOLINI, 47		
65124 PESCARA	PE	IT
DESTINAZIONE MERCE		
P.O. PESCARA - MAGAZZINO TECNOLOGICO		
VIA PAOLINI, 47		
65124 PESCARA	PE	IT
Partita IVA	01397530682	Cod. fisc. 01397530682

DOCUMENTO DI TRASPORTO N. 2025-00-0000919

Data 27.06.2025

Pag 1

Causale trasp. **RESO RIPARATO**Codice CIG **B7283A8D1E**

Note A SALDO VS ORDINE N.20-2025-95_3 DEL 12/06/2025

Pos.	Codice	Descrizione	U.M.	Quantità
1	68501	<u>Rif. Vs. ord. 20-2025-95_3 del 12.06.2025</u> PROFX TABLE (450lbs) W/STANDARD - SN. 0120	PZ	1,00

AGGIORNATO E RISTRUTTURATO

TUTTO IL MATERIALE ORDINATO E' COMPRESO NELLA
RELAZIONE TECNICA ALLEGATA CHE DESCRIVE LE
COMPONENTI UTILIZZATE E SOSTITUITE

COMPLETO DI VERBALE DI COLLAUDO

N. colli 1	Aspetto dei beni SCATOLE	Porto FRANCO	Trasporto MITTENTE	Firma conducente
Vettore			Data ed ora 30/06/25 09:00	Firma vettore
Note trasporto				Firma destinataria ASI PESCARA GESTIONE LOGISTICA AZIENDALE BLOCCO OPERATORIO Dott. Ssa Anna D'ALOISIO

Revisione, manutenzione ed aggiornamento del sistema tavolo operatorio modello ProFX (codice 6850), numero di serie 0120, produttore Mizuhosi, con accessori.

Operazioni di revisione e manutenzione svolte

- Ispezione visiva, controllo generale e verifiche di funzionamento di tutti gli elementi componenti il sistema per rilevare i danni/difetti/malfunzionamenti/usura delle parti
- Identificazione delle parti da riparare e di quelle da sostituire:
 - base tavolo:
 - sostituzione di elementi usurati ovvero maniglie, comandi e materassino
 - smontaggio e sostituzione di minuterie meccaniche ed elettriche
 - sostituzione del pacco batterie
 - Pulizia delle superfici esterne, trattamento dei piccoli danni quali graffi e piccole ammaccature, lubrificazione delle parti soggette a scorrimento e frizione (sistema di sollevamento e movimentazioni frontali e laterali)
 - elementi di trazione ed accessori di posizionamento paziente
 - sostituzione di entrambe gli elementi di trazione arti inferiori (cod. 6850-2101 e 6850-2102) con elementi nuovi ed aggiornati
 - smontaggio, revisione e pulizia dei componenti :
 - 5855-838
 - 6850-430
 - 6850-97
 - 6300-92
 - 6850-450
 - 6850-479
 - 5300-2
 - 5393
 - 6850-169 (2 pz.)
 - 6850-280
 - 6850-480
 - 6850-80
 - 6850-110
 - 6850-520
 - 6850-912



Chirurmedica®

Via Bardet, 33/39

65126 Pescara - Italia

Tel.: +39.085.4510466

Fax: +39.085.4510516

E-mail: info@chirurmedica.it

Web: www.chirurmedica.it

CODICE UNIVOCO: E06UCUD

- sostituzione con elementi nuovi ed aggiornati degli accessori di posizionamento :
 - 6850-180
 - 6850-450
 - 5855-61 (4 pz.)
 - 5393
 - 6850-114
 - 6850-103
 - 6850-413
 - 6850-7570
- Assemblaggio, test e verifica di corretto funzionamento dell'insieme, in particolare di:
 - sistemi di bloccaggio:
 - base a terra
 - aggancio elementi di trazione
 - bloccaggi degli elementi di trazione, stivali di trazione e di tutte le regolazioni possibili
 - corrispondenza dei parametri di funzionamento (altezze di sollevamento, tilting laterale e trendelenburg/rev trend) con quanto previsto dal produttore

In conclusione, il sistema nel suo insieme è stato perfettamente ripristinato; si raccomanda di prestare la dovuta attenzione nella gestione delle batterie e di effettuare regolarmente la manutenzione preventiva, per garantire nel tempo la miglior efficienza.

ASL PESCARA
GESTIONE LOGISTICA AZIENDALE
BLOCCO OPERATORIO
Dott.ssa Anna D'ALOISIO

VERBALE DI ACCETTAZIONE E COLLAUDO DEL SISTEMA

N. Codice Cliente 000001	Indirizzo(1) ASL PESCARA – P.O. PESCARA MAGAZZINO TECNOLOGICO VIA R. PAOLINI, 47 65100 PESCARA		
in data 30/06/2025	NS DDT N. 2025-00-0000919 DEL 27/06/25		Tipo fornitura TAVOLO PROFX

Alla presenza dei Signori Nome e cognome
 Valerio Baccarini per Chirurmedica Srl

 per

Nome e cognome Cliente
 ANNA D'ALOISIO per CAPOSALA SALA OPERATORIA

 per

si è proceduto al COLLAUDO delle seguenti apparecchiature:

Codice	Descrizione	S.N.	Q.tà
6850I	TAVOLO OPERATORIO PROFX – AGGIORNATO E RISTRUTTURATO	0120	1

Il materiale fornito è rispondente all'ordine di fornitura ed è funzionante in ogni sua parte.
 La sottoscrizione del presente Verbale di Collaudo da parte di (1) Asl Pescara costituisce accettazione e passaggio dei beni in proprietà di (1) Asl Pescara la Chirurmedica acquista il diritto al pagamento da parte di (1) Asl Pescara del relativo prezzo dell'intera fornitura (2)

Allegati : DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' SCHEDE ALTRE:

Per la Casa Fornitrice Chirurmedica s.r.l. Via Bardet,33/39 65126 PESCARA C.F. P.IVA 01282940681	timbro e firma del cliente (leggibile) 
---	--