

## **ALLEGATO A**

### Caratteristiche tecniche

Le caratteristiche tecniche esplicitate nel presente capitolato non sono tassative, ma descrittive dei prodotti utilizzati e/o del livello di qualità richiesto.

L'impresa concorrente potrà pertanto proporre prodotti con caratteristiche equiparabili e sarà discrezione della commissione giudicatrice accettarli o meno.

Le misure indicate sono riferite ai prodotti attualmente in uso e quindi indicative; i prodotti offerti non si dovranno scostare dalle stesse in maniera significativa (+/- 10% max 20%) e comunque le misure offerte saranno oggetto di valutazione da parte della commissione, con la finalità di conciliare le esigenze degli utilizzatori e l'interesse dell'Amministrazione ( e degli operatori economici) ad ottenere la più ampia partecipazione alla gara.

## **LOTTO 1 – AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO**

### **OVATTA DI COTONE IDROFILO NON STERILE**

#### INDICAZIONI D'USO:

Come barriera meccanica, per la detersione e disinfezione della cute, per l'assorbimento di essudati.

#### CARATTERISTICHE GENERALI:

Ovatta di cotone idrofilo bianco tipo oro; deve corrispondere a saggi e requisiti della F.U.I. vigente e riportare sulle confezioni, in lingua italiana e ben visibili, tutti i dati necessari ad individuare il contenuto, la qualità, il relativo peso netto ed il nome del produttore.

Deve essere resistente allo stiramento, deve avere alto potere assorbente e non deve produrre polvere all'agitazione.

L'ovatta deve essere costituita da una falda unica di spessore ed arrotolamento uniforme.

Il dispositivo deve essere latex-free, monouso, in confezione singola.

UNITA' DI MISURA: – alla **confezione da 1 Kg** – in cartone da max 25 Kg.  
– alla **confezione da 0.2/0.25 Kg** – in cartone da max 25 Kg

CONFEZIONAMENTO: Sacchetti di polietilene opportunamente chiusi e sigillati, richiudibili dopo l'uso.

BIOBURDEN NON SUPERIORE A 700 UFC

## **LOTTO 2 – AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO**

### **GARZA IDROFILA DI COTONE TAGLIATA NON STERILE**

INDICAZIONI D'USO: Come barriera meccanica, per la detersione e disinfezione della cute, per l'assorbimento di essudati. BIOBURDEN NON SUPERIORE A 500 UFC.

CARATTERISTICHE GENERALI: deve essere di puro cotone, di colore bianco candido (non deve ingiallire), titolo del tessuto 12/8, filato 32/40, priva di cimosa, di tessitura regolare non obliqua, esente da sfilacciate, inodore, rispondente ai saggi F.U.I.

Il dispositivo deve essere in confezione da Kg, monouso, latex-free.

Formato: **pacco cm10x10 - cm20x20 - cm30x30 - cm40x40**

CONFEZIONAMENTO: In singola confezione da 1 Kg, riportante il titolo, la dimensione, il peso e tutto quanto previsto dalla normativa vigente. L'incarto primario dovrà essere sufficientemente resistente a garantire il contenuto da eventuali inquinamenti. Le singole confezioni dovranno essere

contenute in cartoni idonei alla sovrapposizione in magazzino.

**LOTTO 3– AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO**  
**BENDE DI GARZA DI COTONE NON STERILE**

INDICAZIONI D'USO: Per fissaggio di medicazioni.  
BIOBURDEN NON SUPERIORE A 500 UFC.

CARATTERISTICHE GENERALI: devono essere di puro cotone, di colore bianco candido (non devono ingiallire), titolo del tessuto 12/8, filato 32/40, prive di cimosa, bordi orlati con taglio regolare, di tessitura regolare non obliqua, esente da sfilacciature, inodori, rispondenti ai saggi F. U. I.

Devono essere monouso e latex-free.

Formato: **cm5x5metri – cm10x5 metri –cm15x5 metri – cm20x5 metri**

CONFEZIONAMENTO: in confezioni singole raccolte in confezioni multiple(dispenser) a loro volta stoccate in cartoni idonei alla sovrapposizione in magazzino.

**LOTTO 4 - AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO**  
**PEZZE LAPARATOMICHE, COMPRESSE E TAMPONI CON FILO DI**  
**BARIO-IN GARZA DI COTONE PER SALA OPERATORIA**

CARATTERISTICHE GENERALI: devono essere di colore bianco candido (non devono ingiallire), filato 32/40, titolo 12/12, devono essere prive di cimosa, di tessitura regolare non obliqua, esenti da sfilacciature, inodori, rispondenti ai saggi della F.U.I.

Il filo di bario (percentuale solfato di bario non inferiore al 60%) deve essere tessuto in trama e fissato stabilmente per tutta la lunghezza di pezze, compresse e lunghette.

I dispositivi devono essere sterili, monouso, latex-free.

Formati: come indicato nell'elenco allegato.

CONFEZIONAMENTO: In doppia busta nelle quantità indicate nella descrizione, con doppio talloncino per la tracciabilità con indicazioni per la facile identificazione del prodotto. Le singole buste sterili dovranno essere confezionate in un contenitore idoneo alla protezione da polvere e umidità(**dispenser a presa facilitata**) e il tutto deve essere contenuto in cartoni idonei alla sovrapposizione in magazzino.

## LOTTO 5

### GARZA ALLO IODOFORMIO NON STERILE

- INDICAZIONI D'USO: Per medicazione antisettica della cute e annessi.
- CARATTERISTICHE GENERALI: deve essere di puro cotone, titolo del tessuto 12/8, filato 32/40, priva di cimosa, di tessitura regolare non obliqua, esente da sfilacciature, rispondente ai saggi della F.U.I.
- Deve essere impregnata di iodoformio al 10% ripartito in modo uniforme sulla garza. La composizione del medicamento deve essere dichiarata in etichetta.
- Il dispositivo deve essere monouso, latex-free.
- Formato: **lunghezza metri 1 circa**
- CONFEZIONAMENTO: confezione singola in doppia busta di cui quella esterna di colore nero, quella interna impermeabile agli agenti esterni per garantire la conservazione nel tempo del contenuto di iodoformio.
- Le singole buste dovranno essere confezionate in un cartoni resistenti idonei alla sovrapposizione in magazzino.

## LOTTO 6 – AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

### ZAFFI DI GARZA IDROFILA STERILI

- INDICAZIONI D'USO: per tamponamento uterino-vaginale.
- CARATTERISTICHE GENERALI: devono essere di puro cotone, di colore bianco candido (non devono ingiallire), titolo del tessuto 12/8, filato 32/40, privi di cimosi, di tessitura regolare non obliqua, esenti da sfilacciate.
- Devono essere rispondenti ai saggi previsti dalla F.U.I. ultima edizione.
- I dispositivi devono essere in confezione singola, sterili, monouso, latex-free.
- Formato: **cm7x5 metri piegati a soffietto a 4 strati**
- CONFEZIONAMENTO: in confezioni singole raccolte in dispenser stoccati in cartoni idonei alla sovrapposizione in magazzino.

## LOTTO 7 – AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

### TAMPONI IN TNT ROTONDI STERILI CON ELASTICO SENZA FILO DI BARIO

INDICAZIONI D'USO:	per medicazione
CARATTERISTICHE GENERALI:	Composizione 70%viscosa e 30% poliestere, peso non inferiore a 40 g/mq.
privi di residui di lavorazione	Devono essere assorbenti, morbidi, resistenti alla trazione e
	I dispositivi devono essere sterili, monouso, latex-free.
	Formato: <b>misura piccola – media - grande</b>
CONFEZIONAMENTO:	le confezioni da 5 pezzi devono essere contenute in dispenser con presa facilitata stoccati in cartoni idonei alla sovrapposizione in magazzino.

## LOTTO 8 - AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

### GARZA AURICOLARE NON STERILE

INDICAZIONI D'USO: per la medicazione dell'orecchio.  
BIOBURDEN NON SUPERIORE A 500 UFC.

CARATTERISTICHE GENERALI: deve essere di puro cotone, di colore bianco candido (non deve ingiallire), titolo del tessuto 12/8, filato 32/40, priva di cimosa, bordi orlati con taglio regolare, di tessitura regolare non obliqua, esente da sfilacciate, inodore, rispondente ai saggi F. U. I.

Deve essere monouso e latex-free.

Formato: **altezza cm 1 – altezza cm 2**

CONFEZIONAMENTO: in confezioni singole contenute in dispenser stoccati in cartoni idonei alla sovrapposizione in magazzino.

## LOTTO 9 – AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

### GUANTI CHIRURGICI DI COTONE NON STERILI

INDICAZIONI D'USO: Per protezione di mani e guanti nelle procedure chirurgiche.

CARATTERISTICHE GENERALI: Latex free, Cotone 100%, ritorto con manichetta lunga, privo di cucitura in punta, con segno di riconoscimento sul polsino(colore) per evidenziare la misura di ogni singolo guanto.

I colori, identificativi di ogni misura, verranno comunicati dalla Farmacia Ospedaliera ad aggiudicazione avvenuta.

Devono essere morbidi, adattabili alla mano e resistenti allo strappo.

Ogni paio deve essere in confezione singola, monouso, latex-free.

Misure: **6.5 – 7 – 7.5 – 8 – 8.5 - 9**

CONFEZIONAMENTO: a paia contenuti in dispenser stoccati in cartoni idonei alla sovrapposizione in magazzino.

## LOTTO 10 – AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

### MEDICAZIONE POST-OPERATORIA STERILE

- INDICAZIONI D'USO: Per medicazioni chirurgiche post-operatorie e/o lesioni fortemente essudanti.
- CARATTERISTICHE GENERALI: Tampone multistrato altamente assorbente, con strato di contatto in TNT per una ridotta aderenza alla ferita; la parte adesiva deve essere protetta da un supporto ad apertura facilitata tale da non compromettere la sterilità durante il posizionamento.
- Deve essere radiotrasparente, sterile, monouso, latex-free, in confezione singola.
- Formati: **cm10x15 circa – cm10x20 circa – cm10x30 circa**
- CONFEZIONAMENTO: Incarto primario in buste singole contenute in dispenser( massimo 50 buste) stoccati in cartoni idonei alla sovrapposizione in magazzino.

## LOTTO 11 – AGGIUDICAZIONE 80%

### RETE ELASTICA

INDICAZIONI D'USO:	Per fissare bendaggi e medicazioni
CARATTERISTICHE GENERALI:	<p>Rete tubolare elastica bianca in fibra sintetica o cotone elasticizzato; lunghezza 25 metri, 50 metri in tensione.</p> <p>Deve essere resistente alla trazione e caratterizzata da tenuta delle trame, deve essere estensibile.</p> <p>Deve essere monouso, latex-free, radiotrasparente, anallergica.</p> <p>Formato: <b>calibri da 1 a10</b></p>
CONFEZIONAMENTO:	confezionamento singolo(dispenser) con adeguata apertura per la fuoriuscita di un'estremità della benda al fine di facilitare il prelievo del tubolare in segmenti della lunghezza desiderata stoccati in un cartone idoneo alla sovrapposizione in magazzino.

## LOTTO 12 – AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

### BENDE GESSATE A PRESA RAPIDA

INDICAZIONI D'USO:	Per bendaggi di immobilizzazione
CARATTERISTICHE GENERALI:	<p>Benda di garza titolo minimo 10/7 con doppia tramatura; gesso alabastrino fissato alla garza in spalmatura uniforme e porosa che non si sfarini durante lo srotolamento; la benda imbibita deve presentarsi bianca, cremosa, non granulosa e ben modellabile;</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• tempo massimo per la solidità finale – 12 ore</li><li>• tempo di presa iniziale da 2.5 a 4 minuti</li></ul> <p>Deve essere dichiarata la composizione del gesso</p> <p>Deve essere monouso, latex-free, radiotrasparente, in confezione singola o multipla.</p> <p><b>Formati:cm10x2 metri - cm15x2 metri - cm20x2 metri</b></p> <p><b>cm10x4 metri - cm15x4 metri - cm20x4 metri</b></p>
CONFEZIONAMENTO:	incarto primario in buste a tenuta di umidità contenute in dispenser stoccati in cartoni idonei alla sovrapposizione in magazzino.

## LOTTO 13 – AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

### BENDE GESSATE SINTETICHE

INDICAZIONI D'USO:	Per bendaggi di immobilizzazione
CARATTERISTICHE GENERALI:	<p>Bende a trama sintetica senza fibre di vetro, impregnate di resina poliuretanică o altro materiale idoneo radiotrasparente con grado di adesività tale da consentire il facile modellamento delle bende stesse; il supporto deve essere dotato di elasticità longitudinale e trasversale.</p> <p>Deve essere monouso, latex-free, radiotrasparente., anallergica, in confezione singola.</p> <p><b>Formati:cm 8 x 3.5metri circa – cm 10x3.5 metri circa – cm13x3.5metri circa</b></p>
CONFEZIONAMENTO:	<p>Incarto primario singolo in buste termosaldate in alluminio o altro materiale idoneo, a tenuta di umidità in dispenser stoccati in cartoni idonei alla sovrapposizione in magazzino.</p> <p>Qualora, per la sua utilizzazione, il prodotto richieda un particolare Dispositivo di Protezione Individuale (D. P .I.), questo dovrà essere reso disponibile gratuitamente dalla ditta aggiudicataria in misura adeguata e proporzionale alle esigenze dell'ente richiedente.</p>

**LOTTO 14 – AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO**  
**COTONE SOTTOGESSO (COTONE DI GERMANIA)**

INDICAZIONI D'USO: Per imbottitura di bendaggi di immobilizzazione in gesso tradizionale.

CARATTERISTICHE GENERALI: Ovatta agugliata in falda unica, facilmente sfrangiabile al termine dell'applicazione; il materiale non deve strapparsi alla normale tensione a cui è sottoposto nel suo utilizzo.

Deve essere conformabile, esente da fibre estranee, lacerabile con le mani e caratterizzato da assenza di polvere.

Deve essere monouso, latex-free, radiotrasparente.

Formati: **rotolo altezza cm10 – cm15 – cm 20**

CONFEZIONAMENTO: Confezione

primaria: rotoli avvolti singolarmente nella carta;

Confezione da 5 o 10 pezzi – cartone di max 25 kg, idoneo alla sovrapposizione in magazzino.

## LOTTO 15 – AGGIUDICAZIONE 80%

### MAGLIA TUBOLARE SOTTOGESSO

INDICAZIONI D'USO:	Per la protezione della pelle sotto apparecchi gessati.
CARATTERISTICHE GENERALI:	<p>Maglia tubolare estensibile, priva di cuciture, a maglia stretta, priva di residui di lavorazione, senza macchie e sfilacciate.</p> <p>Deve essere morbida e conformabile, dotata di elasticità, resistente alla trazione e caratterizzata da una tenuta delle trame.</p> <p>Deve essere monouso, latex-free, radiotrasparente, anallergica.</p> <p>Formato: <b>altezza cm2 – cm4 – cm6 – cm8 – cm10 – cm12 – cm14 – cm16</b></p>
CONFEZIONAMENTO:	rotoli confezionati singolarmente – lunghezza massima 20 metri stoccati in cartoni idonei alla sovrapposizione in magazzino.

## LOTTO 16 – AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

### CEROTTO A NASTRO IN TNT

INDICAZIONI D'USO:

Per il fissaggio di medicazioni, sonde e cateteri.

CARATTERISTICHE GENERALI:

Cerotto in TNT, in bobina/rocchetto: costituito da supporto in tessuto non tessuto facilmente lacerabile e conformabile, di facile rimozione, resistente alla trazione, con adesività elevata ma tale da non lasciare residui alla rimozione, con massa adesiva in acrilato ipoallergenico uniformemente distribuita, permeabile all'aria e al vapore acqueo, radiotrasparente.

Deve essere monouso , latex-free.

Formati: **cm5x10 metri +/-10% - cm2.5x10 metri +/-10%**

CONFEZIONAMENTO:

Rocchetti in scatole da massimo 12 pz.(dispenser) idonee alla protezione da polvere e umidità, stoccate in cartoni idonei alla sovrapposizione in magazzino

## LOTTO 17

### CEROTTO A NASTRO IN SETA

- INDICAZIONI D'USO: Per il fissaggio di medicazioni, sonde e cateteri.
- CARATTERISTICHE GENERALI: Cerotto in seta artificiale in bobina/rocchetto: costituito da supporto in seta artificiale facilmente lacerabile e conformabile, di facile rimozione, resistente alla trazione, con adesività elevata ma tale da non lasciare residui alla rimozione, con massa adesiva in acrilato ipoallergenico, uniformemente distribuita, deve essere permeabile all'aria e al vapore acqueo, radiotrasparente.
- I dispositivi devono essere monouso e latex-free.
- Formato: **cm5x5 metri +/-10% – cm10x5 metri +/-10%**
- CONFEZIONAMENTO: Rocchetti in scatole da massimo 12 pz.(dispenser)idonee alla protezione da polvere e umidità, stoccate in cartoni idonei alla sovrapposizione in magazzino

## LOTTO 18

### CEROTTO ADESIVO DA TAGLIO

INDICAZIONI D'USO : per medicazione

CARATTERISTICHE GENERALI : cerotto in TNT poroso e conformabile, massa adesiva

ipoallergenica, tampone assorbente centrale

protetto da un film che riduca l'aderenza alla ferita, foglio di

carta di protezione dotato di linea di frattura. Deve

essere di facile applicazione e di facile rimozione.

Deve essere radiotrasparente, latex-free, monouso.

Deve essere dotato di adesività e non deve rilasciare residui  
alla rimozione.

Formato: **cm5x5metri circa – cm10x5 metri circa**

CONFEZIONAMENTO: dispenser a singola unità tali da facilitare la fuoriuscita del cerotto  
stesso stoccati in cartoni idonei alla sovrapposizione in magazzino



## LOTTO 20

### CEROTTINI MEDICATI

#### CARATTERISTICHE GENERALI :

costituiti da un supporto in materiale plastico perforato, con massa adesiva ipoallergenica sui 4 lati ed una compressa adesiva centrale assorbente ma non aderente alla ferita, traspiranti al vapore acqueo e resistenti all'acqua.

Devono essere conformabili, di facile applicazione, devono essere in grado di rimanere in situ.

Devono essere sterili, monouso, latex-free, in confezione singola.

Non devono lasciare residui alla rimozione.

Formato: **cm2x7 circa**

CONFEZIONAMENTO : confezioni singole raccolte in dispenser stoccati in cartoni idonei alla sovrapposizione in magazzino.

**LOTTO 21 – AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO**  
**COMPRESSE DI TESSUTO NON TESSUTO PIEGATE 4 STRATI- STERILI-**  
**SENZA FILO DI BARIO**

INDICAZIONI D'USO: per medicazione

CARATTERISTICHE GENERALI: Composizione 70%viscosa e 30% poliestere, peso non inferiore a 40 g/mq.

Devono essere assorbenti, morbide, resistenti alla trazione e prive di residui di lavorazione.

Devono essere sterili, monouso, latex-free.

Formati: **cm 10x10**

CONFEZIONAMENTO: In confezioni come sopra indicato, contenute in dispenser con presa facilitata e stoccati in cartoni idonei alla sovrapposizione in magazzino.

**LOTTO 22 – AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO**  
**COMPRESSE DI TESSUTO NON TESSUTO PIEGATE 4 STRATI- STERILI-**  
**SENZA FILO DI BARIO**

INDICAZIONI D'USO: per medicazione.

CARATTERISTICHE GENERALI: Composizione 70%viscosa e 30% poliestere, peso non inferiore a 40 g/mq.

Devono essere assorbenti, morbide, resistenti alla trazione e prive di residui di lavorazione.

Devono essere sterili, monouso, latex-free.

Formati: **cm 7.5x7.5**

CONFEZIONAMENTO: In confezioni come sopra indicato, contenute in dispenser con presa facilitata e stoccati in cartoni idonei alla sovrapposizione in magazzino.

**LOTTO 23 – AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO**  
**COMPRESSE DI TESSUTO NON TESSUTO PIEGATE 4 STRATI - NON**  
**STERILI-SENZA FILO DI BARIO**

INDICAZIONI D'USO: per medicazione

CARATTERISTICHE GENERALI: Composizione 70%viscosa e 30% poliestere, peso non inferiore a 40 g/mq.

Devono essere assorbenti, morbide, resistenti alla trazione e prive di residui di lavorazione.

Devono essere monouso e latex-free.

Formato: **cm 10x10**

CONFEZIONAMENTO: in pacchi da massimo 250 pezzi stoccati in cartoni idonei alla sovrapposizione in magazzino.

## LOTTO 24

### COMPRESSE OCULARI STERILI ADESIVE

INDICAZIONI D'USO:	Per medicazioni oftalmiche.
CARATTERISTICHE GENERALI:	Capaci di proteggere l'orbita oculare, soffici, permeabili all'aria, dotate di cuscinetto interno in ovatta di cotone rivestito di morbido TNT, adesivo ipoallergenico.  Devono essere di facile applicazione e conformabili.  Devono essere sterili, monouso, latex-free, in confezione singola.
UNITA' DI MISURA:	Pezzo.
CONFEZIONAMENTO:	In confezioni singole in dispenser stoccati in cartoni idonei alla sovrapposizione in magazzino.

**Lotto N. 25**

**COTONINI STERILI PER NEUROCHIRURGIA**

Q.TÀ TRIENNALE COMPLESSIVA	Descrizione Articolo
n. 12.000 13x38 mm.	Cotonini sterili per neurochirurgia
n. 12.000 13x25 mm.	Cotonini sterili per neurochirurgia
n. 12.000 13x 13 mm.	Cotonini sterili per neurochirurgia
n. 12.000 25x25 mm.	Cotonini sterili per neurochirurgia
n. 12.000 25x76 mm.	Cotonini sterili per neurochirurgia
n. 12.000 13x50 mm.	Cotonini sterili per neurochirurgia

**SPECIFICHE TECNICHE:**

- in rayon altamente assorbente
- assenza di peluria e dispersione di fibre
- radiopaco
- con filo di repere

**DESTINAZIONE D'USO:**

- interventi chirurgici sul cervello

**CONFEZIONAMENTO:**

- busta singola sterile contenente massimo 10 cottonini,  
in confezione primaria contenente massimo 100 pezzi

## **LOTTO 26 – AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO**

### **FILM DI POLIURETANO TRASPARENTE**

Deve avere massa adesiva ipoallergenica, deve essere dotato di supporto cartaceo, deve essere impermeabile a liquidi e microrganismi e permeabile a vapore acqueo con MVTR(test di traspirabilità) misurato in g/mq/24h(dati che devono comparire su scheda tecnica)

Deve essere di facile applicazione senza arricciamento della medicazione.

L'adesività deve essere tale da non presentare facili distacchi o arrotolamenti in seguito a mobilizzazione del paziente.

Le medicazioni devono essere sterili, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati per l'uso cui sono destinate, in confezione singola.

**Misure richieste: formato utile a coprire superficie da 36 a 42cmq**

**formato utile a coprire superficie da 120 a 130mq**

**formato utile a coprire superficie da 250 a 300cmq**

## LOTTO 27 – AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

### **MEDICAZIONI TRASPARENTI SEMIPERMEABILI STERILI IN POLIURETANO PER FISSAGGIO DI CATETERI INTRAVASCOLARI PERIFERICI CON TAGLIO AD U**

Devono avere le seguenti caratteristiche:

- devono essere trasparenti al fine di poter ispezionare direttamente il sito di inserzione
- devono essere permeabili al vapore acqueo ed impermeabili a liquidi e microrganismi con MVTR(test di traspirabilità) misurato in g/mq/24h(dati che devono comparire su scheda tecnica)
- devono essere rinforzate da inserti in TNT lungo tutti i bordi
- devono essere dotate di sistema di applicazione a cornice che ne consenta un'applicazione asettica con e senza guanti

**Misure richieste:**

- **cm7x8 circa con taglio ad U- per catetere venoso periferico adulti**
- **cm5x5.5 circa con taglio ad U – per catetere venoso periferico pediatrico**

Le medicazioni devono essere sterili, monouso, in confezione singola, latex-free, senza rilascio di ftalati per l'uso cui sono destinate.

## LOTTO 28- AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

### FILM BARRIERA PER LA PROTEZIONE CUTANEA

Deve avere le seguenti caratteristiche:

- deve essere non irritante
- deve essere traspirante
- deve essere impermeabile all'acqua
- deve essere trasparente
- deve essere privo di alcool
- deve poter essere applicato su cute lesa
- deve garantire una protezione di lunga durata
- non deve essere appiccicoso nei confronti della medicazione da applicare
- deve asciugare rapidamente
- Deve essere latex-free, monouso, senza rilascio di ftalati per l'uso cui è destinata.
- I tamponi devono essere sterili ed in confezione singola.
- **Formulazioni: spray 30 ml circa – tampone 1 ml**

## LOTTO 29

### **SOLVENTE PER LA RIMOZIONE DI ADESIVI MEDICALI E DI RESIDUI DI COLLA**

Deve avere le seguenti caratteristiche:

- deve essere atossico
- deve essere non irritante per la cute
- deve essere ipoallergenico
- non deve essere esplosivo(dichiarazione da parte della ditta)
- deve essere allo stato liquido
- deve essere contenuto in flacone della capacità di massimo 250 ml
- Deve essere latex-free, monouso.

## LOTTO 30 – AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

### **MEDICAZIONE ADESIVA TRASPARENTE IN FILM DI POLIURETANO CON TAMPONE ASSORBENTE**

Per favorire l'assorbimento di essudato e/o sangue in eccesso da ferite chirurgiche, abrasioni, da piccole incisioni, da siti di accessi vascolari centrali o periferici.

Deve essere costituita da supporto in poliuretano trasparente con adesivo ipoallergenico, impermeabile a liquidi e microrganismi e permeabile al vapore acqueo e da un tampone assorbente con strato di contatto a bassa aderenza.

La medicazione deve essere dotata di sistema di applicazione a cornice che ne facilita il posizionamento anche con guanti.

Deve essere sterile, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati per l'uso cui è destinata, in confezione singola.

#### **Misure richieste:**

**cm5x7 +/-0.5cm - cm9x10 +/-0.5cm – cm9x15 +/-0.5cm**