

ALLEGATO A

(Le specifiche tecniche sotto riportate devono intendersi come **PREVALENTI** rispetto ad eventuali difformità rispetto al capitolato speciale)

LOTTO 1 – AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

PROGRESSIVO N 1 - TELO PER ISOLAMENTO VERTICALE		
Q.TA'	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
2	TELO TAVOLO MADRE	150x190cm
2	SALVIETTE PER CAMPO OPERATORIO	30x40cm
1	TELO TAVOLO MAYO	80x145cm
1	TELO VERTICALE TRASPARENTE CM 250X330 CON SACCA DI RACCOLTA LIQUIDI INTEGRATA, FOGLIO DI INCISIONE INTEGRATO CM 80X30, DUE SACCHE PORTASTRUMENTI INTEGRATE, DUE STRISCE IN VELCRO PER FISSAGGIO DI TUBI E CAVI, INTEGRATE,	

PROGRESSIVO N 2 – TELO PER CHIRURGIA ANCA		
Q.TA'	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
2	TELO TAVOLO MADRE	150X190cm
4	SALVIETTE PER CAMPO OPERATORIO	30X40cm
1	TELO TAVOLO MAYO	80X145cm
1	STRISCIA ADESIVA	9X50cm
2	STRISCE ADESIVE CON FOGLIO IN PE	10X50cm
3	TELI COPERTURA 2 STRATI	150X180cm
1	GAMBALE ORTOPEDICO	33X110cm
1	TELO CON FESSURA 80X10cm	250X150cm
1	TELO CON LATO MAGGIORE ADESIVO	150X180cm
1	TELO 2 STRATI, CON FESSURA ADESIVA 10X100cm	225X280
1	TELO COPERTURA SUPERIORE, 2 STRATI, FISSATUBI INTEGRATO, CON FESSURA ADESIVA SU LATO MAGGIORE 45X65cm	175X270cm
3	SACCHE PORTASTRUMENTI A 2 SCOMPARTI CON LATO ADESIVO	38X40cm
1	CIOTOLA MEDIA PLASTICA	250ml
1	CIOTOLA GRANDE PLASTICA	500ml

PROGRESSIVO N 3 – TELO PER ESTREMITA' (MANO/PIEDE)

Q.TA'	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
1	TELO TAVOLO MADRE	150X190cm
1	TELO PER TAVOLO MAYO	80X145cm
1	TELO CON FORO ELASTICO 4cm	225X300cm
2	SACCHE PORTASTRUMENTI A 2 COMPARTI CON LATO ADESIVO	38X40cm

PROGRESSIVO N 4 - KIT INTERVENTI SUL GINOCCHIO

Q.TA'	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
1	TELO PER TAVOLO MADRE	150X190cm
4	SALVIETTE PER CAMPO OPERATORIO	30X40cm
1	TELO MAYO	80X145cm
1	GAMBALE ORTOPEDICO	33X55cm
3	STRISCE ADESIVE	10X50cm
1	TELO 2 STRATI CON FESSURA 14X75cm	210X150cm
1	TELO CON LATO MAGGIORE ADESIVO	150X180cm
1	CIOTOLA IN PLASTICA	250ml

PROGRESSIVO N 5 – TELI PER ARTROSCOPIA

Q.TA'	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
1	TELO PER ARTROSCOPIA DEL GINOCCHIO CON FORO ELASTICO 6cm-7cm FISSACAVO INTEGRATO, SACCA DI RACCOLTA LIQUIDI INTEGRATA	225X320cm
1	TELO PER TAVOLO MADRE	150X190cm
1	TAVOLO MAYO	80x145cm
2	STRISCE ADESIVE	10X50cm

PROGRESSIVO N 6 – TELI PER CHIRURGIA GINOCCHIO

Q.TA'	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
1	TELO ISOLAMENTO CAMPO CON FORO ELASTICO 7cm CON COPERTURA BRACCIA PAZIENTE	270x335x200cm
3	SACCHE PORTASTRUMENTI A 2 COMPARTI CON LATO ADESIVO	38X40cm

1	TELO PER TAVOLO MADRE	190X150cm
---	-----------------------	-----------

PROGRESSIVO N 7 – KIT ARTROSCOPIA SPALLA		
Q.TA'	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
1	TELO ARTROSCOPIA SPALLA CON FORO ELASTICO PERIFORME cm11x12, CON SACCA RACCOLTA LIQUIDI INTEGRATA	Cm350x220
1	TELO TAVOLO MAYO	145X80cm
1	TELO PER TAVOLO MADRE	200X150cm
4	SALVIETTE PER CAMPO OPERATORIO	30x40cm
2	STRISCE ADESIVE	10X55cm
1	TELO ADESIVO	75X100cm
1	TELO ADESIVO	150X250cm
1	CIOTOLA	250ml

CARATTERISTICHE TECNICHE

I teli paziente devono avere almeno uno strato impermeabile esteso per tutta la superficie e devono essere assorbenti su tutta la superficie ad eccezione di quelli dotati di sacca raccogli liquidi integrata.

I dispositivi devono essere sterili, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati per l'uso cui sono destinati e devono essere in confezione singola, in doppio confezionamento.

Devono essere rispondenti alla Direttiva 93/42 CEE e s. m. i. e devono essere rispondenti alla EN 13795.

Le ditte dovranno indicare CND e Numero di Repertorio.

Campionatura richiesta: numero 3 pezzi per ogni tipologia in confezione sterile.

ETICHETTE DI RINTRACCIABILITA'ALMENO NUMERO DUE.

N.B. Le misure indicate in ciascun lotto sono indicative, sulle stesse sono infatti ammesse le seguenti tolleranze: $\pm 15\%$

AGGIUDICAZIONE QUALITA'/PREZZO 70/30

CRITERI DI VALUTAZIONE

Resistenza allo strappo in trazione longitudinale e trasversale(come da prova pratica)	Max 20 punti
Barriera al passaggio dei liquidi(come da prova pratica)	Max 20 punti
Assenza di odore e dispersione di particelle all'apertura della confezione(come da prova pratica)	Max 10 punti
Adesività delle strisce e delle pellicole adesive(come da prova pratica)	Max 20 punti
TOTALE	MAX 70 PUNTI

Per la valutazione sopra evidenziata occorre che venga raggiunta la sufficienza in ogni parametro.

LOTTO 2 – AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

Progressivo 1	TELO CON APERTURA VARIABILE cm 50x75
Progressivo 2	TELO CON APERTURA VARIABILE cm75x100

CARATTERISTICHE TECNICHE

I teli paziente devono avere almeno uno strato impermeabile esteso per tutta la superficie e devono essere assorbenti su tutta la superficie.

I dispositivi devono essere sterili, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati per l'uso cui sono destinati e devono essere in confezione singola, in dispenser a presa facilitata.

Devono essere rispondenti alla Direttiva 93/42 CEE e s. m. i. e devono essere rispondenti alla EN 13795.

Le ditte dovranno indicare CND e Numero di Repertorio.

Campionatura richiesta: numero 3 pezzi per ogni misura in confezione sterile nel dispenser.

N.B. Le misure indicate in ciascun lotto sono indicative, sulle stesse sono infatti ammesse le seguenti tolleranze: $\pm 15\%$

CRITERI DI VALUTAZIONE

Resistenza allo strappo in trazione longitudinale e trasversale(come da prova pratica)	Max 20 punti
Barriera al passaggio dei liquidi(come da prova pratica)	Max 20 punti
Assenza di odore e dispersione di particelle all'apertura della confezione(come da prova pratica)	Max 10 punti
Adesività della cornice (come da prova pratica)	Max 20 punti

TOTALE	MAX 70 PUNTI
---------------	---------------------

Per la valutazione sopra evidenziata occorre che venga raggiunta la sufficienza in ogni parametro

LOTTO 3

Progressivo 1	TELO COPERTURA IN TNT NON STERILE cm 90x200

CARATTERISTICHE TECNICHE

I teli devono avere almeno uno strato impermeabile esteso per tutta la superficie e devono essere assorbenti su tutta la superficie, devono essere dotati di un ulteriore strato di contatto antiscivolo.

Devono essere resistenti allo strappo e non devono rilasciare odori e particelle.

I dispositivi devono essere **non sterili**, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati per l'uso cui sono destinati.

Devono essere rispondenti alla Direttiva 93/42 CEE e s. m. i.

Le ditte dovranno indicare CND e Numero di Repertorio.

Campionatura richiesta: numero 3 pezzi.

N.B. Le misure indicate in ciascun lotto sono indicative, sulle stesse sono infatti ammesse le seguenti tolleranze: $\pm 15\%$

AGGIUDICAZIONE IN BASE AL SOLO PARAMETRO PREZZO PREVIA VERIFICA DI IDONEITA'
DA PROVA IN VIVO

LOTTO 4 – AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

Progressivo 1	STRISCIA ADESIVA IN TNT cm10X50
Progressivo 2	TASCA PORTASTRUMENTI A DUE SCOMPARTI cm30x40
Progressivo 3	CUFFIE PER INTENSIFICATORE DI BRILLANZA cm75x90

CARATTERISTICHE TECNICHE

STRISCE ADESIVE IN TNT

Devono essere impermeabili ed assorbenti, sterili, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati per l'uso cui sono destinate e devono essere in confezione singola, in dispenser a presa facilitata.

Devono essere resistenti allo strappo e non devono rilasciare odori e particelle.

Devono essere rispondenti alla Direttiva 93/42 CEE e s. m. i. e devono essere rispondenti alla EN 13795_HIGH PERFORMANCE.

TASCA PORTASTRUMENTI A DUE SCOMPARTI CON BORDO ADESIVO PER FISSAGGIO SUL CAMPO OPERATORIO

Devono essere in materiale plastico trasparente, sterili, monouso, latex-free e devono essere in confezione singola, in dispenser a presa facilitata.

Devono essere rispondenti alla Direttiva 93/42 CEE e s. m. i. e devono essere rispondenti alla EN 13795.

CUFFIE PER INTENSIFICATORE DI BRILLANZA

Devono essere dotate di elastico ed adesivi per la riduzione del volume.

Devono essere in materiale plastico trasparente, sterili, monouso, latex-free, devono essere in confezione singola, in dispenser a presa facilitata.

Devono essere rispondenti alla Direttiva 93/42 CEE e s. m. i. e devono essere rispondenti alla EN 13795.

Le ditte dovranno indicare CND e Numero di Repertorio.

Campionatura richiesta: numero 3 pezzi per ogni tipologia in confezione sterile nel dispenser.

N.B. Le misure indicate in ciascun lotto sono indicative, sulle stesse sono infatti ammesse le seguenti

tolleranze: \pm 15%

AGGIUDICAZIONE IN BASE AL SOLO PARAMETRO PREZZO PREVIA VERIFICA DI IDONEITA'
DA PROVA IN VIVO

LOTTO 5

Progressivo 1	SET PARTO CESAREO URGENZA

CARATTERISTICHE TECNICHE

I teli devono essere dotati di almeno uno strato impermeabile esteso per tutta la superficie(ad eccezione del telo neonato).

Il set deve essere sterile, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati per l'uso cui è destinato.

Deve essere in confezione singola, in doppio confezionamento.

Deve essere dotato di etichette di tracciabilità almeno nel numero di due.

Busta di protezione in plastica all'interno del cartone.

Deve essere rispondente alla direttiva 93/42 CE e s. m. i. ed alla UNI EN 13795.

Le ditte dovranno indicare CND e REPERTORIO.

I teli devono essere resistenti allo strappo e non devono rilasciare odori e particelle.

Le ditte si impegneranno a modificare, eventualmente, la composizione del set in base alle esigenze degli utilizzatori nel corso della fornitura.

COMPOSIZIONE

Quantità	Descrizione	Misure indicative
1	Telo neonato	90x120cm
1	Monotelo a T due o tre strati con film da incisione e sacca raccogli liquidi circolare con supporto e valvola di scarico	Telo 175x250x300cm film incisione 38x32cm
1	Sacco mayo	77x145cm
1	Telo due strati	60x60cm
1	Telo tavolo madre	150x190cm

1	Camice chirurgico high performance	L
1	Camice chirurgico high performance	XL
8	Salviette asciugamani	40x40cm
1	Cannula aspirazione yankauer a punta piatta	30CH 22cm
1	Tubo di aspirazione	18CH 3.5 metri
4	Pezze laparatomiche TNT	40x40cm 130g/mq
10	Pezze laparatomiche TNT	10x60cm 130g/mq
1	Striscia adesiva	10x50cm
1	Ciotola graduata	250ml
3	Tamponi per disinfezione	Manico 20cm
2	Bisturi con sistema di sicurezza	Figura 23
1	Contenitore taglienti con disarmar	10x50cm
1	Medicazione chirurgica con tampone assorbente	10x25cm

Campionatura richiesta numero 3 pezzi in confezione sterile.

N.B. Le misure indicate in ciascun lotto sono indicative, sulle stesse sono infatti ammesse le seguenti

tolleranze: \pm 15%

Parametri di valutazione

Tenuta dell'adesivo del film da incisione integrato(come da prova pratica)	Max 20 punti
Sistema controllo liquidi(come da prova pratica)	Max 20 punti

Drappeggio dei teli(come da prova pratica)	Max 5 punti
Finitura altri dispositivi medici(come da prova pratica)	Max 10 punti
Confort dei camici(come da prova pratica)	Max 10 punti
Confezionamento(qualità del cartone di stoccaggio, sicurezza di sterilità nell'apertura della confezione)	Max 5 punti
TOTALE	MAX 70 PUNTI

Per la valutazione sopra evidenziata occorre che venga raggiunta la sufficienza in ogni parametro

LOTTO 6 - SET CUSTOM PACK PER INTERVENTI DI CATARATTA

CARATTERISTICHE TECNICHE

I teli devono essere dotati di almeno uno strato impermeabile esteso per tutta la superficie(ad eccezione del telo neonato).

Il set deve essere sterile, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati per l'uso cui è destinato.

Deve essere in confezione singola, in doppio confezionamento.

Deve essere dotato di etichette di tracciabilità almeno nel numero di due.

Busta di protezione in plastica all'interno del cartone.

Deve essere rispondente alla direttiva 93/42 CE e s. m. i. ed alla UNI EN 13795.

Le ditte dovranno indicare CND e REPERTORIO.

I teli devono essere resistenti allo strappo e non devono rilasciare odori e particelle.

Le ditte si impegneranno a modificare, eventualmente, la composizione del set in base alle esigenze degli utilizzatori nel corso della fornitura.

COMPOSIZIONE

PROGRESSIVO N 1 – SET CUSTOM PACK PER INTERVENTI DI CATARATTA		
Q.TA'	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
1	1 telo per tavolo mayo	80x145cm ca;
1	1 telo oftalmico con foro adesivo e sacca di raccolta liquidi	100x80 cm ca;
1	compressa oculare adesiva	
5	5 compresse di garza di cotone ad 8 strati con bario	10x10cm ca;
5	5 asciughini assorbenti a sigaretta;	
1	1 siringa da 5 ml LL	
1	1 siringa da 20 ml LL	
1	1 microbisturi dual bevel per tunnel da 2,75 mm di lunghezza lama massima, ampiezza 3,5 con marcatura 2 mm confezionato singolarmente	
1	1 microbisturi angolato 30° confezionato singolarmente;	
1	conchiglia oculare	

1	1 cannula per idrodissezione curva 27G punta piatta confezionamento singolo;	
1	steril strep	MM 100 X 350
1	ago da 20 g con cappuccio	
	1 irrigatore per camera anteriore 25G	
6	Etichette adesive riportanti dati su sterilizzazione, lotto, scadenza e quant'altro previsto dalla legge	

Campionatura richiesta: numero 3 pezzi per ogni tipologia in confezione sterile.

N.B. Le misure indicate in ciascun lotto sono indicative, sulle stesse sono infatti ammesse le seguenti tolleranze: $\pm 15\%$

AGGIUDICAZIONE QUALITA'/PREZZO 70/30

CRITERI DI VALUTAZIONE

Resistenza allo strappo in trazione longitudinale e trasversale(come da prova pratica)	Max 20 punti
Barriera al passaggio dei liquidi (come da prova pratica)	Max 20 punti
Assenza di odore e dispersione di particelle all'apertura della confezione(come da prova pratica)	Max 10 punti
Adesività (come da prova pratica)	Max 10 punti
qualita' di taglio del bisturi	Max 10 punti
TOTALE	MAX 70 PUNTI

Per la valutazione sopra evidenziata occorre che venga raggiunta la sufficienza in ogni parametro.