

ALLEGATO A

LOTTO 1 – AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

CATETERE TORACICO CON TROCAR

Catetere toracico in PVC con mandrino introduttore in materiale metallico.

Deve essere retto, deve avere punta conica chiusa, fori lisci nella parte distale, linea radiopaca, indicatori di profondità, parete trasparente.

Lunghezza da cm25 a cm40 circa.

Il dispositivo deve essere sterile, monouso, latex-free , senza rilascio di ftalati, in confezione singola.

Misure richieste: 12Fr, 16Fr, 18Fr, 20Fr, 24Fr, 28Fr.

LOTTO 2 – AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

CATETERE TORACICO CON TROCAR

Stesse caratteristiche lotto 1.

Misure richieste: 8Fr, 10Fr.

LOTTO 3

VALVOLA DI NON RITORNO TIPO HEIMLICH

Per eliminare il pneumotorace e per effettuare il drenaggio senza ritorno di aria nella pleura del paziente.

Sul dispositivo devono essere riportati graficamente i lati recipiente e paziente.

Deve essere sterile, monouso, latex-free, in confezione singola.

LOTTO 4

VALVOLA DOPPIA ASPIRANTE E PREMENTE PER DRENAGGIO TORACICO

Interposta tra il drenaggio toracico ed il recipiente di raccolta, consente, se compressa dal lato paziente, di aspirare il liquido dalla cavità toracica impedendone il reflusso. Una successiva compressione dal lato recipiente consente lo svuotamento della valvola.

Su di essa devono essere riportati graficamente i lati recipiente e paziente.

Deve essere sterile, monouso, in confezione singola.

LOTTO 5

VALVOLA DOPPIA ASPIRANTE E PREMENTE PER DRENAGGIO TORACICO LATEX-FREE

Stesse caratteristiche del lotto precedente.

Deve essere latex-free.

LOTTO 6

KIT PER PARACENTESI/TORACENTESI

Costituito da tre aghi in acciaio 14-16-18/19G con cappuccio di protezione, lunghezza mm80, siringa 50/60ml attacco luer lock, sacca di raccolta da 2000ml almeno con valvola antireflusso, rubinetto a tre vie, prolunga in PVC con raccordo luer lock maschio.

Il dispositivo deve essere monouso, sterile, latex-free, senza rilascio di ftalati ed in confezione singola.

LOTTO 7

INCENTIVATORE RESPIRATORIO

Deve avere corpo trasparente con tre palline in tre camere ognuna delle quali corrisponde ad un diverso livello progressivo di inspirazione.

Deve essere in materiale plastico, resistente agli urti, deve essere maneggevole, deve essere dotato di filtro per evitare l'inspirazione di particelle di polvere, deve essere dotato di tubo e boccaglio.

Su ogni camera deve essere stampato il minimo flusso.

Flusso da 600 a 1200cc/secondo.

Il dispositivo deve essere monopaziente, in confezione singola, latex-free, senza rilascio di ftalati.

LOTTO 8

OCCHIALE PER OSSIGENOTERAPIA NASALE PER PAZIENTI ADULTI

Deve avere cannula soffice e confortevole, deve avere tubo di collegamento per il fissaggio della cannula dietro la testa.

Deve essere **sterile**, monouso, in confezione singola, latex-free.

LOTTO 9

OCCHIALE PER OSSIGENOTERAPIA NASALE PER PAZIENTI PEDIATRICI

Deve avere cannula soffice e confortevole, deve avere tubo di collegamento per il fissaggio della cannula dietro la testa.

Deve essere **sterile**, monouso, in confezione singola, latex-free.

LOTTO 10

SISTEMA PER PRELIEVO BRONCHIALE PROTETTO TIPO ASPISAFE 2

Deve avere sonda di introduzione della lunghezza di cm90 circa, diametro 1.5mm circa, catetere interno della lunghezza di cm95 circa, diametro interno 1mm circa.

Deve essere monouso, sterile, in confezione singola, latex-free, senza rilascio di ftalati.

Deve poter essere utilizzato con il fibro-broncoscopio OLYMPUS in dotazione presso l'U.O. Di CHIRURGIA TORACICA del P.O. Pescara.

LOTTO 11– AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

CATETERE OMBELICALE

Deve essere in poliuretano, resistente ai lipidi, deve avere punta aperta, atraumatica, indicatori di profondità, linea radiopaca, attacco luer.lock.

Il dispositivo deve essere monouso, sterile, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola.

Misure richieste: 3.5Fr, 5Fr.

LOTTO 12 – AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

SONDINO PER ASPIRAZIONE ENDOTRACHEALE A CIRCUITO CHIUSO

Da utilizzarsi ai fini di permettere aspirazioni endotracheali senza deconnettere il circuito respiratorio riducendo quindi i rischi di contaminazione.

Deve avere spazio morto ridotto.

Deve essere sterile, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola.

Misure richieste: 5Fr, 6Fr, 8Fr.

LOTTO 13 – AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

TUBO ENDOTRACHEALE NON CUFFIATO CON VIA ACCESSORIA

Per intubazione endotracheale pediatrica o neonatale.

Deve essere in PVC e deve avere via accessoria per consentire irrigazione e somministrazione di farmaci direttamente nel ramo tracheo-bronchiale dotata di raccordo luer lock femmina.

Deve avere adattatore con attacco maschio per la connessione ai respiratori artificiali.

Deve avere marcatura centimetrata e linee radiopache, estremità distale inclinata.

Deve essere sterile, monouso, in confezione singola, latex-free e senza rilascio di ftalati.

Misure richieste: diametro interno 2.0mm-diametro interno 2.5mm-diametro interno 3.0mm-diametro interno 3.5mm

LOTTO 14 – AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

SONDINI PER ALIMENTAZIONE NASO-GASTRICA TIPO K31-K32

Devono essere in PVC, devono essere dotati di punta distale morbida e arrotondata, trasparenti, devono avere 2 fori laterali asimmetrici.

Devono essere dotati di linea radiopaca e di un connettore luer femmina con tappo di chiusura.

Devono essere monouso, sterili, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola.

LOTTO 15

SET PER ASPIRAZIONE TRACHEALE

Dispositivo per l'aspirazione tracheale di secrezioni bronchiali in modo sterile costituito da provetta di campionamento della capacità di 20cc circa, con cono e connettore.

Il dispositivo deve essere dotato di tappo supplementare per il trasporto in laboratorio nonché di etichetta adesiva.

Deve essere monouso, sterile, late-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola.

LOTTO 16

SET ASPIRAZIONE MUCOSITA' CON CONNETTORE

Da utilizzarsi per l'aspirazione delle secrezioni bronchiali e per la raccolta di muco.

Deve essere a camera singola, deve essere dotato di contenitore resistente e trasparente della capacità di 20cc circa con coperchio che collega i due tubi in PVC di grado medicale.

I tubi devono essere privi di fori laterali.

Deve essere dotato di connettore.

Il dispositivo deve essere sterile, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola.

Misura 14Ch.

LOTTO 17

SET ASPIRAZIONE MUCOSITA'

Stesse caratteristiche del lotto precedente ma privo di connettore.

LOTTO 18

KIT PER LA MISURAZIONE DELLA PRESSIONE INTRADDOMINALE

Il kit deve poter essere connesso a qualunque tipologia di catetere vescicale foley, deve presentare un circuito chiuso ed al suo interno un sistema di misurazione che non necessita di altre apparecchiature.

Deve poter essere utilizzato su pazienti neonatali, pediatrici, adulti.

Deve essere monouso, sterile, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola.

LOTTO 19

ASPIRATORE DI MECONIO

Deve avere una estremità collegabile ad un aspiratore e l'altra estremità collegabile ad un qualsiasi tubo endotracheale.

Deve permettere la regolazione dell'aspirazione e deve poter permettere la visualizzazione del meconio durante l'aspirazione.

Deve essere monopaziente, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola

LOTTO 20 – AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

STECHE PER IMMOBILIZZAZIONE DITA IN ALLUMINIO

Nelle misure 13mm circa-18mm circa- 25mm circax50cm circa

Devono essere radiotrasparenti, devono avere imbottitura interna morbida e anallergica.

Devono essere monouso, latex-free ed in dispenser da massimo 20 pezzi.

LOTTO 21 - AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

IMMOBILIZZATORI PER ARTI

Dispositivi monopaziente per immobilizzare e sostenere gli arti superiori o inferiori dei pazienti pediatrici durante le infusioni.

Devono essere costituiti da base di appoggio per l'arto e devono essere dotati di sistema di chiusura a velcro.

Devono essere lavabili e devono essere latex-free.

Misure richieste: **piccola**(cm17 circax6circa), **media**(cm27 circax8 circa), **grande**(cm36 circax12 circa), **extra grande**(cm50 circax16 circa).

LOTTO 22- AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

COLLARE CERVICALE MORBIDO IN ROTOLO

Deve avere lunghezza 4 metri circa ed altezza rispettivamente cm 7 , cm 9, cm11.

Deve essere in confezione singola, latex-free.

Deve essere anallergico.

LOTTO 23

COLLARE CERVICALE MORBIDO SAGOMATO

Deve avere altezza cm4/5 e chiusura a velcro.

Deve essere in confezione singola, latex-free, deve essere anallergico.

LOTTO 24 – AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

CANNULA TRACHEOSTOMICA TIPO BIESALSKY

Deve essere in PVC, deve essere dotata di tappo antitosse, valvola di fonazione, raccordo 15mm, 2 controcannule, fascia di fissaggio, flangia di fissaggio.

Deve essere monouso, sterile, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola.

Misure richieste: diametro interno mm 6,7,8,9,10,11,12,13.

LOTTO 25

MEDICAZIONE PER TRACHEOSTOMIA TIPO ALLEVYN

Deve essere in poliuretano, non adesiva, deve avere elevata capacità di assorbimento.

Deve essere monouso, sterile, latex-free, in confezione singola.

Misura: cm10x10 circa

LOTTO 26 - AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO.

CANNULE DI ASPIRAZIONE MONOUSO PER USO OTOLOGICO

Devono essere di metallo, con angolo di curvatura e connettore per una facile sostituzione.

Devono essere In confezione singola, sterili, monouso, latex-free.

Misure richieste: diametro esterno 0.4mm – 0.7 mm - 1.4 mm – 2 mm, lunghezza cannula 70mm +/-10mm

MANIPOLO DI CONNESSIONE ALLE CANNULE CON CONTROLLO DELL'ASPIRAZIONE

Si deve connettere alle cannule e deve essere in confezione singola, sterile, monouso, latex-free.

LOTTO 27

SPLINT NASALE AL SILICONE

Splint intranasale bivalve al silicone con via d'aria integrale per setto nasale per permettere al paziente la respirazione nasale post-operatoria. Deve essere dotato di morbidezza per facilitare l'inserimento e la rimozione.

Il prodotto deve essere a coppie, sterile, monouso, in confezione singola e latex-free.