

## ALLEGATO A

### **DISPOSITIVI MEDICI *UROLOGIA***

LOTTO UROL\_1 – AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

#### **SONDA VESCICALE FOLEY *PEDIATRICA A 2 VIE IN SILICONE***

Deve essere in silicone 100%, trasparente, a 2 vie, dotata di mandrino.

Deve avere punta cilindrica con fori laterali, palloncino 1,5 – 3 ml., lunghezza cm 30 circa.

Deve essere monouso, sterile, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola.

Misure richieste: 6 Fr. – 8 Fr. – 10 Fr.

LOTTO UROL\_2 - AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

#### **SONDA VESCICALE FOLEY *PEDIATRICA A 2 VIE IN LATTICE SILICONATO***

Deve essere in lattice *siliconato*, a 2 vie, dotata di mandrino.

Deve avere punta cilindrica con fori laterali, palloncino 3 ml e lunghezza cm. 30 circa.

Deve essere monouso, sterile, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola.

Misure richieste: 8 Fr. – 10 Fr.

LOTTO UROL\_3 - AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

#### **SONDA VESCICALE FOLEY *A 2 VIE IN SILICONE***

Deve essere in silicone 100%, trasparente, a 2 vie; deve avere punta cilindrica con fori laterali, palloncino 5-15 ml., lunghezza cm. 40 circa.

Deve essere monouso, sterile, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola.

Misure richieste: 12 – 14 – 16 – 18 – 20 – 22 Fr.

LOTTO UROL\_4 – AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

#### **SONDA VESCICALE *A 3 VIE PER CHIRURGIA PROSTATICA (IPB media) IN PVC***

Deve essere in materiale polimerico tipo “*softsimplastic*”, trasparente e radiopaco, a 3 vie.

Deve avere punta Couvelaire, fori laterali, palloncino fino a 75 ml., lunghezza cm. 40 circa.

Deve essere monouso, sterile, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola.

Misure richieste: 18 – 20 Fr.

LOTTO UROL\_ 5 – AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

**SONDA VESCICALE A 3 VIE PER CHIRURGIA PROSTATICA (IPB voluminosa) IN LATTICE**

Deve essere in in *lattice semirigido* con rivestimento idrofilico, a 3 vie, radiopaco.

Deve avere punta Dufour, 2 fori laterali opposti e sfalsati, palloncino fino a 120 ml., lunghezza cm. 40 circa.

Deve essere monouso, sterile, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola.

Misure richieste. 20 – 22 Fr.

LOTTO UROL\_ 6 – AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

**SONDA VESCICALE A 3 VIE PER CHIRURGIA PROSTATICA (IPB media) IN SILICONE**

Deve essere in *silicone 100%* con rivestimento idrofilico, a 3 vie, radiopaco.

Deve avere punta Dufour, 2 fori laterali opposti e sfalsati, *palloncino fino a 50 ml.*, lunghezza cm. 40 circa,

Deve essere monouso, sterile, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola.

Misure richieste. 20 – 22 Fr.

LOTTO UROL\_ 7 – AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

**SONDA VESCICALE A 3 VIE PER CHIRURGIA PROSTATICA (IPB voluminosa) IN SILICONE**

Deve essere in *silicone 100%* con rivestimento idrofilico, a 3 vie, radiopaco.

Deve avere punta Dufour, 2 fori laterali opposti e sfalsati, *palloncino fino a 80 ml.*, lunghezza cm. 40 circa,

Deve essere monouso, sterile, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola.

Misure richieste. 20 – 22 Fr.

LOTTO UROL\_ 8 - AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

**SONDA VESCICALE A 2 VIE IN SILICONE Punta TIEMANN CON MANDRINO**

Deve essere in *silicone 100%*, a 2 vie, radiopaca, dotata di mandrino.

Deve avere punta Tiemann, palloncino 3 ml e lunghezza cm. 30 circa.

Deve essere monouso, sterile, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola.

Misure richieste: 8 – 10 Fr.

LOTTO UROL\_ 9 - AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

**SONDA VESCICALE A 2 VIE IN SILICONE Punta TIEMANN**

Deve essere in *silicone 100%*, a 2 vie, radiopaca, con rivestimento idrofilico.

Deve avere punta Tiemann, palloncino 10 ml. e lunghezza cm. 40 circa.

Deve essere monouso, sterile, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola.

Misure richieste : 12 – 14 – 16 – 18 Fr.

LOTTO UROL\_ 10 - AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

**SONDA VESCICALE MONOVIA - Punta TIEMANN**

Deve essere in materiale polimerico *ad 1 via*, radiopaca.

Deve avere estremità distale curva con punta Tiemann e lunghezza cm. 40 circa.

Deve essere monouso, sterile, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola.

Misure richieste : 10 – 12 – 14 – 16 – 18 – 20 – 22 – 24 Fr.

LOTTO UROL\_ 11 - AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

**SONDA VESCICALE MONOVIA - Punta MERCIER**

Deve essere in materiale polimerico *ad 1 via*, radiopaca.

Deve avere estremità distale curva con punta Mercier, lunghezza cm. 40 circa.

Deve essere monouso, sterile, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola.

Misure richieste : 6 – 8 – 10 – 12 Fr.

LOTTO UROL\_ 12 – AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

**SONDA VESCICALE MONOVIA PER AUTOCATETERISMO**

Deve essere dotata di guaina esterna sterile e sacca raccogli urine.

Deve essere prelubrificata o lubrificabile, con punta Nelaton e fori laterali di drenaggio atraumatici per offrire il minimo attrito sia durante l'inserimento che l'estrazione in uretra.

Deve essere monouso, sterile, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola.

Lunghezze: per l'**uomo** cm 40 circa, per la **donna** cm 25 circa

Misure richieste : 10 – 12 – 14 Fr.

#### LOTTO UROL\_ 13 - AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

##### **SONDA VESCICALE MONOVIA PER INSTILLAZIONE CHEMIOTERAPICO**

Deve essere prelubrificato o lubrificabile, con punta Nelaton e fori laterali di drenaggio atraumatici per offrire il minimo attrito sia durante l'inserimento che l'estrazione in uretra.

Deve avere lunghezza cm. 40 circa ed estremo distale con innesto tipo *luer-lock*.

Deve essere monouso, sterile, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola.

Misure richieste : 10 – 12 – 14 Fr.

#### LOTTO UROL\_ 14

##### **SACCA DI RACCOLTA URINA DA LETTO**

Deve essere in materiale polimerico, dotata di valvola antireflusso e di rubinetto di scarico, di tubo di raccordo della lunghezza di almeno cm. 90; deve avere capacità di 2.000 ml. circa con gradazione del volume prestampata.

Deve essere monouso e latex-free.

#### LOTTO UROL\_ 15

##### **SACCA DI RACCOLTA URINA STERILE DA LETTO**

Stesse indicazioni della voce precedente con la differenza che deve essere anche: monouso, sterile, latex-free, in confezione singola.

#### LOTTO UROL\_ 16

##### **SACCA DI RACCOLTA URINA DA GAMBA**

Deve essere in materiale polimerico, dotata di valvola antireflusso e di rubinetto di scarico, di tubo di raccordo della lunghezza di cm. 30 circa; deve avere capacità di 700 ml. circa con gradazione del volume prestampata.

Deve essere monouso e latex-free.

LOTTO UROL\_ 17

**SUPPORTO DA LETTO PER SACCA RACCOGLI URINE**

Deve consentire aggancio agevole e sicuro della sacca raccolta urine.

Deve essere in materiale plastico, latex-free.

LOTTO UROL\_ 18

**SACCHETTO STERILE ADESIVO PER RACCOLTA URINE IN PAZIENTI PEDIATRICI**

Sono piccoli sacchetti per la raccolta sterile di urine per esami colturali in entrambe i sessi.

Devono consentire un facile e sicuro posizionamento, una adesione ottimale alla cute con *adesivo ipoallergenico*, e consentire una rimozione atraumatica senza rilascio di residui.

Devono essere sterili, adesivi, latex-free, monouso. Versione per maschio e femmina.

LOTTO UROL\_ 19 - AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

**CATETERE ESTERNO A GUAINA per Incontinenza Urinaria in Silicone**

Deve essere in silicone, trasparente, di facile inserimento, autoadesivo, con sistema di raccordo per sacca di raccolta urine.

Deve essere monouso, latex-free, in confezione singola.

Misure richieste: diametri mm. 25 circa, mm. 30 circa, mm. 35 circa.

LOTTO UROL\_ 20

**DEFLUSSORI UROLOGICI CON INNESTO PER CATETERI VESCICALI A 3 VIE**

Devono essere dotati di:

- due perforatori, con capsula di protezione e idonea affilatura
- due bracci ad y di lunghezza di cm. 30 circa provvisti di clamp di regolazione
- tubo collettore di circa cm. 200 di lunghezza, con diametro interno adatto ad assicurare un adeguato flusso del liquido, con camera di gocciolamento e clip di regolazione

Devono essere sterili, in confezione singola, monouso, latex-free e senza rilascio di ftalati.

LOTTO UROL\_ 21

**RUBINETTO A 2 VIE**

Deve avere doppio raccordo Luer-Lock, maschio-femmina.

Deve essere sterile, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola.

LOTTO UROL\_ 22

**RACCORDO per sacca raccogli urine**

Deve avere raccordo *Luer-Lock maschio* ad un estremo e *cono-catetere femmina* all'altro estremo.

Deve essere sterile, monouso, latex-free, in confezione singola.

LOTTO UROL\_ 23

**RACCORDO BICONICO PER TUBI**

Deve avere diametri esterni di differente calibro agli estremi .

Deve essere sterile, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola.

Misure richieste dei *diametri esterni*:

- mm. 4-6 / 11-7
- mm. 4-6 / 14-10
- mm. 7-11 / 14-10

LOTTO UROL\_ 24 - AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

**SET PER NEFROSTOMIA PERCUTANEA**

Deve essere costituito da:

- ago di puntione in acciaio ecoriflettente con mandrino, misura 18 Gauge x 20 cm.
- catetere nefrostomico in materiale polimerico radiopaco con punta pig-tail e orifici solo sulla parte curva interna, della lunghezza di cm. 30 circa
- adattatore per sacca raccogli-urine con attacco conico a un estremo e raccordo luer-lock all'altro estremo
- rubinetto a due vie con raccordo luer-lock maschio-femmina.

Il set deve essere sterile, monouso, latex-free, senza rilascio ftalati, in confezione singola.

Misure richieste: 8 – 10 Fr.

LOTTO UROL\_ 25 - AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

**CATETERE URETERALE tipo BRACCI in PVC**

Deve essere trasparente con linea radiopaca e lineette di graduazione; deve avere punta a becco di flauto, fori laterali e lunghezza cm. 150 circa.

Deve essere sterile, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola.

Misure richieste: da 5 a 12 Fr.

#### LOTTO UROL\_26 - AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

##### **CATETERE URETERALE AUTOSTATICO in POLIURETRANO**

Il dispositivo, da utilizzarsi nei portatori di UreteroCutaneoStomia per il drenaggio delle urine dagli ureteri, deve:

- essere in poliuretano e trasparente
- avere entrambi gli estremi aperti, fori atraumatici lungo il corpo, sistema di fissaggio antiscivolamento.

Deve essere sterile, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola.

Misure richieste: 8 – 10 - 12Fr(o misure equivalenti)

Lunghezza: minimo 25 cm (adattabile al paziente)

#### LOTTO UROL\_27 - AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

##### **CATETERE URETERALE CON PUNTA CHIUSA**

Deve essere in materiale polimerico, radiopaco, con graduazione in cm. e raccordo luer-lock separato per l'estremo prossimale.

Deve essere sterile, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola.

Misure richieste: 3 - 4 – 5 - 6 – 7 Fr.

Lunghezza cm. 70 circa.

#### LOTTO UROL\_28 - AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

##### **CATETERE URETERALE CON ESTREMO TERMINALE DIRITTO E PUNTA APERTA**

Deve essere in materiale polimerico, radiopaco, con graduazione in cm., raccordo luer-lock separato per l'estremo prossimale, estremo distale diritto e punta aperta per utilizzo di fili guida fino a 0.038 inch.

Deve essere sterile, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola.

Misure richieste: 3 - 4 – 5 - 6 – 7 Fr.

Lunghezza cm. 70 circa.

#### LOTTO UROL\_29 - AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

##### **CATETERE URETERALE CON ESTREMO TERMINALE DIRITTO, PUNTA APERTA E FLESSIBILE**

Deve essere in materiale polimerico, radiopaco, con graduazione in cm.

Deve avere estremo prossimale diritto e aperto, con raccordo luer-lock separato; estremo distale diritto e morbido per 1-2 cm, punta aperta per utilizzo di fili guida fino a 0.038 inch., rivestimento idrofilico.

Deve essere sterile, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola.

Misure richieste: 5 Fr. - 6 Fr. - 7 Fr.

Lunghezza cm. 70 circa.

#### LOTTO UROL\_30 - AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

##### **CATETERE URETERALE CON ESTREMO TERMINALE CURVO E PUNTA APERTA**

Deve essere in materiale polimerico, radiopaco, con graduazione in cm., raccordo luer-lock separato per l'estremo prossimale, estremo distale curvo e punta aperta per utilizzo di fili guida fino a 0.038 inch.

Deve essere sterile, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola.

Misure richieste: 3 - 4 – 5 - 6 – 7 Fr.

Lunghezza cm. 70 circa.

#### LOTTO UROL\_31 - AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

##### **STENT URETERALE DOPPIO J con punta prossimale chiusa, punta distale aperta e corpo rinforzato, a lunga permanenza**

Deve essere in materiale polimerico termosensibile con rivestimento idrofilico atto a permanere in situ per **12 mesi** circa; deve essere radiopaco; deve avere markers per tutta la lunghezza con fori sui loop (renale e vescicale) e corpo rinforzato (più rigido) *per i casi tumorali*, preconnesso, orientabile e sconnettibile; deve avere filo guida coassiale, idrofilico, antikinking; deve avere morsetto di tenuta.

Deve essere sterile, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola.

- Misure richieste: 4,8 (+/- 0,2 Fr.) – 6 Fr. - 7 Fr.
- Lunghezze 24 cm – 26cm - 28 cm



#### LOTTO UROL\_32 - AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

##### **STENT URETERALE DOPPIO J con punta prossimale chiusa, punta distale aperta e corpo standard, a lunga permanenza**

Deve essere in materiale polimerico termosensibile con rivestimento idrofilico atto a permanere in situ per **12 mesi** circa; deve essere radiopaco; deve avere markers per tutta la lunghezza con fori sui loop (renale e vescicale) e sul corpo, preconnesso, orientabile e sconnettibile; deve avere filo guida coassiale idrofilico antikinking; deve avere morsetto di tenuta.

Deve essere sterile, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola.

- Misure richieste: 4,8 (+/- 0,2 Fr.) – 6 Fr. - 7 Fr.
- Lunghezze 24 cm. – 26cm. - 28 cm.

#### LOTTO UROL\_33 – AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

##### **STENT URETERALE DOPPIO J con punta prossimale chiusa, punta distale aperta e corpo standard, a breve permanenza**

Deve essere in materiale polimerico termosensibile con rivestimento idrofilico atto a permanere in situ per **3 mesi** circa; deve essere radiopaco; deve avere markers per tutta la lunghezza con fori sui loop (renale e vescicale) e sul corpo, preconnesso, orientabile e sconnettibile; deve avere filo guida coassiale idrofilico antikinking; deve avere morsetto di tenuta.

Deve essere sterile, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola.

- Misure richieste: 4,8 (+/- 0,2 Fr.) – 6 Fr. - 7 Fr.
- Lunghezze 24 cm. – 26cm. - 28 cm.

#### LOTTO UROL\_34 – AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

##### **STENT URETERALE DOPPIO J con punta prossimale chiusa, punta distale aperta e corpo standard, a breve permanenza**

Deve essere in materiale polimerico termosensibile con rivestimento idrofilico atto a permanere in situ per **3 mesi** circa; deve essere radiopaco; deve avere markers per tutta la lunghezza con fori sui loop (renale e vescicale) e sul corpo, preconnesso, orientabile e sconnettibile; deve avere filo guida coassiale idrofilico antikinking; deve avere morsetto di tenuta.

Deve essere sterile, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola.

- Misura richiesta: 3/3.7 Fr.
- Lunghezze 10 cm. – 12cm. - 14/15cm - 18 cm.

#### LOTTO UROL\_35 - AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

##### **STENT URETERALE DOPPIO J con punta prossimale e distale aperta, corpo rinforzato, a lunga permanenza**

Deve essere in materiale polimerico termosensibile con rivestimento idrofilico atto a permanere in situ per **12 mesi** circa; deve essere radiopaco; deve avere markers per tutta la lunghezza con fori sui loop (renale e vescicale) e corpo rinforzato (più rigido) *per i casi tumorali*; deve essere corredato di spingitore e di filo guida (idrofilico e antikinking da 0.035" o 0.038" di lunghezza 150 cm.).

Deve essere sterile, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola.

- Misure richieste: 4,8 (+/- 0,2 Fr.) – 6 Fr. - 7 Fr.
- Lunghezze 24 cm. – 26cm. - 28 cm.

#### LOTTO UROL\_36 – AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

##### **STENT URETERALE DOPPIO J con punta prossimale e distale aperta, corpo standard, a lunga permanenza**

Deve essere in materiale polimerico termosensibile con rivestimento idrofilico atto a permanere in situ per **12 mesi** circa; deve essere radiopaco; deve avere markers per tutta la lunghezza con fori sui loop (renale e vescicale) e sul corpo; deve essere corredato di spingitore e di filo guida (idrofilico e antikinking da 0.035" o 0.038" di lunghezza 150 cm.).

Deve essere sterile, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola.

- Misure richieste: 4,8 (+/- 0,2 Fr.) – 6 Fr. - 7 Fr.
- Lunghezze 24 cm. – 26cm. - 28 cm.

#### LOTTO UROL\_37 – AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

##### **STENT URETERALE DOPPIO J con punta prossimale e distale aperta, corpo standard, a breve permanenza**

Deve essere in materiale polimerico termosensibile con rivestimento idrofilico atto a permanere in situ per **3 mesi** circa; deve essere radiopaco; deve avere markers per tutta la lunghezza con fori sui loop (renale e vescicale) e sul corpo; deve essere corredato di spingitore e di filo guida (idrofilico e antikinking da 0.035" o 0.038" di lunghezza 150 cm.).

Deve essere sterile, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola.

- Misure richieste: 4,8 (+/- 0,2 Fr.) – 6 Fr. - 7 Fr.

- Lunghezze 24 cm. – 26cm. - 28 cm.

#### LOTTO UROL\_38 – AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

##### **STENT URETERALE DOPPIO J con punta prossimale e distale aperta, corpo standard, a breve permanenza**

Deve essere in materiale polimerico termosensibile con rivestimento idrofilico atto a permanere in situ per **3 mesi** circa; deve essere radiopaco; deve avere markers per tutta la lunghezza con fori sui loop (renale e vescicale) e sul corpo; deve essere corredato di spingitore e di filo guida (idrofilico e antikinking da 0.035” o 0.038” di lunghezza 150 cm.).

Deve essere sterile, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola.

- Misura richiesta: 3/3.7 Fr.
- Lunghezze 10 cm. – 12cm - 14/15 cm – 18cm

#### LOTTO UROL\_39 - AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

##### **STENT URETERALI MONO-J punta prossimale chiusa punta distale aperta**

Deve essere in materiale polimerico termosensibile con rivestimento idrofilico; deve essere radiopaco; deve avere graduazione in cm., con orifizi di drenaggio sul loop e sul corpo, con filo guida coassiale, idrofilico e antikinking.

Deve essere sterile, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola.

- Misure richieste: 6 Fr. - 7 Fr.
- Lunghezza da 70 a 90 cm

#### LOTTO UROL\_40 - AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

##### **STENT URETERALI MONO-J punta prossimale e distale aperta**

Deve essere in materiale polimerico termosensibile con rivestimento idrofilico; deve essere radiopaco; deve avere graduazione in cm., con orifizi di drenaggio sul loop e sul corpo, con canale per filo guida da 0.038”.

Deve essere sterile, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola.

- Misure richieste: 6 Fr. - 7 Fr.

- Lunghezza da 70 a 90 cm

LOTTO UROL\_41 - AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

**CATETERE PER DILATAZIONE URETERALE A PALLONCINO ALTA PRESSIONE**

Il dispositivo consente nelle procedure endourologiche una dilatazione efficace e uniforme di meati ureterali o tratti di uretere stretti / stenotici.

Deve essere costituito da un dispositivo di gonfiaggio e da un catetere con palloncino radiopaco di circa 5 cm. lunghezza.

Deve essere sterile, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola.

Misure richieste:

- Catetere con calibro Ch. 5 +/-1 e lunghezza cm. 75 +/-5
- Palloncino con calibro 12 +/-1 Ch - 15 +/-1 Ch 18 +/-1 Ch .

LOTTO UROL\_42 - AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

**CATETERE PER ACCESSO URETERALE A DOPPIO LUME**

Il dispositivo consente, grazie al doppio lume, di poter inserire contemporaneamente nell'uretere 2 fili guida o 1 filo guida e il mezzo di contrasto.

Deve essere sterile, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola.

Misure richieste:

- Ch. 6 +/-1
- Lunghezza 50 +/-5 cm.

LOTTO UROL\_43 - AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

**GUAINA PER ACCESSO URETERALE**

Consente l'accesso continuo alle alte vie urinarie con strumenti endoscopici fornendo un canale operativo costante per l'utilizzo degli ureteroscopi con mantenimento di una irrigazione continua in entrata e uscita.

Il dispositivo deve essere costituito da:

- camicia/guaina radiopaca, anti-kinking, idrofilica
- otturatore/introdotto con estremo distale affusolato, aperture ai due estremi per consentire il passaggio di fili guida 0,038” .

Deve essere sterile, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola.

- Misure richieste 12 +/-1 Ch. Lunghezze 35 +/-1 cm., 45+/-1 cm., 55+/-1 cm.
- Misure richieste 14 +/-1 Ch. Lunghezze 35 +/-1 cm., 45+/-1 cm., 55+/-1 cm.

LOTTO UROL\_44 - AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

### **GUAINA PER ACCESSO URETERALE + FILO GUIDA DI SICUREZZA**

Come lotto precedente con la differenza che in questo dispositivo è possibile inserire nella porzione distale dell'introdotto un filo guida di lavoro, esterno, che diventa filo guida di sicurezza durante la fase di posizionamento della camicia/guaina.

LOTTO UROL\_45 - AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

### **FILO GUIDA : NITINOL – PTFE – STANDARD – 1 ESTREMO FLESSIBILE**

Il dispositivo deve avere le seguenti caratteristiche:

- anima in *Nitinol*
- rivestimento in *PTFE*
- punta distale flessibile, retta o angolata
- punta prossimale non flessibile
- corpo con rigidità *standard*
- radiopacità
- lunghezza 150 cm. circa
- misure 0,035” e/o 0.038”

Deve essere sterile, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola.

LOTTO UROL\_46 - AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

## **FILO GUIDA : NITINOL – PTFE – STANDARD – 2 ESTREMI FLESSIBILI**

Il dispositivo deve avere le seguenti caratteristiche:

- anima in *Nitinol*
- rivestimento in *PTFE*
- *punta distale* flessibile, retta o angolata
- *punta prossimale* flessibile, retta o angolata
- corpo con rigidità *standard*
- radiopacità
- lunghezza 150 cm. circa
- misure 0,035” e 0.038”

Deve essere sterile, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola.

## LOTTO UROL\_ 47 - AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

### **FILO GUIDA : NITINOL – IDROFILICO – STANDARD – 1 ESTREMO FLESSIBILE**

Il dispositivo deve avere le seguenti caratteristiche:

- anima in *Nitinol*
- rivestimento *Idrofilico*
- *punta distale* flessibile, retta o angolata
- *punta prossimale* non flessibile
- corpo con rigidità *standard*
- radiopacità
- lunghezza 150 cm. circa
- misure 0,035” - 0.038”

Deve essere sterile, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola.

## LOTTO UROL\_ 48

### **FILO GUIDA : NITINOL – IDROFILICO – 0,032” – STANDARD – 1 ESTREMO FLESSIBILE**

Il dispositivo deve avere le seguenti caratteristiche:

- anima in *Nitinol*
- rivestimento *Idrofilico*
- punta distale flessibile, retta o angolata
- punta prossimale retta e non flessibile
- corpo con rigidità *standard*
- radiopacità
- lunghezza 150 cm. circa
- misura 0,032”

Deve essere sterile, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola.

LOTTO UROL\_ 49 - AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

**FILO GUIDA : NITINOL – IDROFILICO – RIGIDO – 1 ESTREMO FLESSIBILE**

Il dispositivo deve avere le seguenti caratteristiche:

- anima in *Nitinol*
- rivestimento *Idrofilico*
- corpo con rigidità *stiff*
- punta distale flessibile, retta o angolata
- punta prossimale retta e non flessibile
- radiopacità
- lunghezza 150 cm. circa
- misure 0,035” - 0.038”

Deve essere sterile, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola.

LOTTO UROL\_ 50 - AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

**Estrattore di Calcoli – CESTELLO tipo DORMIA**

Il dispositivo deve avere le seguenti caratteristiche:

- cestello a 3 o 4 fili, flessibili, in *nitinol*
- estremità' distale *senza punta*
- estremita' prossimale con maniglia estraibile e dispositivo di bloccaggio
- markers sul corpo.

Deve essere sterile, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola in dispenser da numero 1 pezzo.

Misure richieste:

- Calibro Ch. 1.5 +/-0,2 ;
- Dimensioni cestello 10 +/-2 mm.
- Lunghezza operativa: 120 +/-5 cm.

LOTTO UROL\_51 - AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

**Estrattore di Calcoli – CESTELLO tipo DORMIA**

Il dispositivo deve avere le seguenti caratteristiche:

- cestello a 3 o 4 fili, flessibili, in *nitinol*
- estremità' distale *senza punta*
- estremita' prossimale con maniglia estraibile e dispositivo di bloccaggio
- markers sul corpo.

Deve essere sterile, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola in dispenser da numero 1 pezzo.

Misure richieste:

- Calibro Ch. 2.0 +/-0,2 e 2.4 +/-0,2 Ch.;
- Dimensioni cestello 10 +/-2 mm.
- Lunghezza operativa: 120 +/-5 cm.

LOTTO UROL\_52 - AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

**Estrattore di Calcoli – CESTELLO tipo DORMIA**



Il dispositivo deve avere le seguenti caratteristiche:

- cestello a 3 o 4 fili, flessibili, in *nitinol*
- estremità' distale *senza punta*
- estremita' prossimale con maniglia estraibile e dispositivo di bloccaggio
- markers sul corpo.

Deve essere sterile, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola in dispenser da numero 1 pezzo.

Misure richieste:

- Ch. 3.0 +/-0,2 Ch.
- Dimensioni cestello 15 +/-5 mm.
- Lunghezze 120 +/-5 cm.

LOTTO UROL\_53 - AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

### **Estrattore di Calcoli – DISPOSITIVO ANTI MIGRAZIONE DEL CALCOLO**

Il dispositivo, da usarsi in corso di procedure di litotripsia intracorporea, deve :

- poter essere posizionato a monte del calcolo sotto visione diretta (ureteroscopia) e/o indiretta (radiologica)
- ridurre il rischio di migrazione del calcolo
- consentire una più facile cattura ed estrazione dei frammenti litiasici.

Misure (calibro e lunghezza) adatte per procedure endourologiche con ureteroscopia rigido e flessibile.

Deve essere sterile, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola in dispenser da n. 1 pezzo.

LOTTO UROL\_54 - AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

### **Estrattore di Calcoli – PINZA in Nitinol per ureteroscopia.**

- Misure: 2.6 +/-0.2 Ch. e 3.2 +/-0.2 Ch.
- Lunghezza da 90 a 120 cm.

Deve essere sterile, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola in dispenser da numero 1 pezzo.

#### LOTTO UROL\_55 - AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

##### **PINZA da BIOPSIA in Nitinol per ureterosopia.**

- Misure: da 2.0 Ch. a 3.0 Ch.
- Lunghezza da 90 cm. a 120 cm.

Deve essere sterile, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola in dispenser da numero 1 pezzo.

#### LOTTO UROL\_56

##### **CONNETTORE IMPERMEABILE A 1 VIA per ureterosopia.**

Il dispositivo è un adattatore per ureteroscopia ad 1 via, con attacco luer-lock.

Impedisce il reflusso del liquido attorno ad uno strumento (fibra laser, filo guida, cestello dormia, pinza) inserito nel canale operativo dell'ureteroscopia rigido o flessibile.

Deve essere sterile, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola.

#### LOTTO UROL\_57

##### **CONNETTORE IMPERMEABILE A 2 VIE per ureterosopia.**

Come lotto precedente con la differenza che il dispositivo è a 2 vie.

#### LOTTO UROL\_58

##### **SISTEMA DI IRRIGAZIONE MANUALE per ureterosopia.**

Il dispositivo, che si connette al sistema di irrigazione principale, consente di aumentare manualmente la pressione di irrigazione nello ureteroscopia.

Deve essere sterile, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati, in confezione singola.



## **DISPOSITIVI MEDICI GINECOLOGIA**

LOTTO GINEC\_59- AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

### **CANNULA KARMANN – AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO**

Cannule di Karmann semirigide per interruzione gravidanza.

Devono essere sterili, monouso ed in confezione singola .

Devono essere latex-free e senza rilascio di ftalati.

Misure richieste 6 – 8 -10

LOTTO GINEC\_60

### **BRACCIALETTI DI IDENTIFICAZIONE MADRE-NEONATO**

I due braccialetti devono essere in coppia, di misura diversa, devono essere anti manomissione, devono essere dotati di chiusura di sicurezza devono essere latex-free, anallergici .

Devono essere dotati di superficie bianca scrivibile tramite pennarello indelebile e devono riportare, prestampato in maniera indelebile, il numero progressivo ed i dati della struttura.

Il bracciale della madre deve inoltre presentare uno spazio ove riportare il proprio nome e cognome nonché i dati identificativi del neonato.

LOTTO GINEC\_61

### **SPATOLE AYRES**

Devono essere in legno, confezione singola, sterili, monouso, latex-free e senza rilascio di ftalati.

LOTTO GINEC\_62

**PERFORATORI DI MEMBRANA AMNIOTICA**

Devono essere in confezione singola, sterili, monouso, latex-free e senza rilascio di ftalati.

LOTTO GINEC\_63

**SPAZZOLINI PER PRELIEVO ENDOCERVICALE**

Devono essere in confezione singola, sterili, monouso, latex-free e senza rilascio di ftalati.

LOTTO GINEC\_64

**SPECULUM VAGINALI CON RACCORDO PER ASPIRAZIONE FUMI**

Da utilizzarsi nelle procedure in cui si utilizza il laser o il diatermocoagulatore per poter evacuare i fumi dalla zona di trattamento.

Deve avere bloccaggio a paletta centrale.

Il raccordo di aspirazione si deve adattare a tubi di aspirazione con diametro interno 9mm circa.

Il dispositivo deve essere in confezione singola, sterile, monouso, latex-free e senza rilascio di ftalati.

Misura richiesta: media.

LOTTO GINEC\_65- AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

**SPECULUM VAGINALI**

In materiale plastico, atossico, resistente, trasparente, profilo completamente anatomico, atraumatici, in confezione singola, sterili, monouso.

Il prodotto deve essere latex-free e senza rilascio di ftalati.

Deve avere bloccaggio a paletta centrale .

Misure richieste: small, midium, large.

LOTTO GINEC\_66- AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

**COPPETTE CERVICALI PER ISTEROSALPINGOGRAFIA**

Con tubi muniti di clamp di chiusura, devono essere sterili, in confezione singola, monouso.

Il prodotto deve essere latex-free e senza rilascio di ftalati.

Misure richieste: 25mm circa, 27mm circa, 30mm circa.

#### LOTTO GINEC\_67- AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

##### **DISPOSITIVO MONOUSO PER IL PARTO ASSISTITO CON SISTEMA DI VUOTO INCORPORATO**

Deve essere costituito da una ventosa a fungo e a campana rispettivamente, con impugnatura flessibile, per fornire l'angolazione ottimale di applicazione, e con funzione di tirante, dotata di un indicatore visivo del livello di vuoto.

Il sistema deve essere integrato da una micropompa manuale in grado di creare il vuoto tramite una valvola attivabile sull'impugnatura e da una valvola di connessione e sicurezza.

Il dispositivo deve essere in confezione singola, sterile, monouso e latex-free e senza rilascio di ftalati.

#### LOTTO GINEC\_68

##### **SET PER ISTEROSONOGRRAFIA/ISTEROSALPINGOGRAFIA**

Deve essere costituito da un catetere a palloncino radiopaco, privo di lattice, calibro 5Fr, lunghezza cm30, da un introduttore e da una siringa da 1.5cc e rubinetto.

Deve essere in confezione singola, sterile, monouso, latex-free e senza rilascio di ftalati.

#### LOTTO GINEC\_69

##### **KIT PER BIOPSIA ECOGUIDATA**

Composto da :

- guaina piegata a telescopio, sterile, estremità in 3D, dimensioni 17.8x147cm circa compatibile con sonde ecografiche ALOKA UST-9130, GE AB 2-7-RS, GE RAB6-D in dotazione dell'U.O. Ostericia e Ginecologia P.O. Pescara
- gel per ultrasuoni sterile in confezione monodose
- almeno due elastici di fissaggio

Il kit deve essere in confezione singola, sterile, monouso, latex-free e senza rilascio di ftalati.

LOTTO GINEC\_70

### **KIT PER BIOPSIA ECOGUIDATA CON PASSANTI PER AGHI**

Composto da:

- guaina piegata a telescopio, sterile, estremità in 3D, dimensioni 17.8x147cm circa compatibile con sonde ecografiche ALOKA UST-9130, GE AB 2-7-RS, GE RAB6-D in dotazione dell'U.O. Ostericia e Ginecologia P.O. Pescara
- gel per ultrasuoni sterile in confezione monodose
- almeno due elastici di fissaggio
- passanti sterili monouso per aghi con i seguenti calibri: 16 / 17 / 18 / 20 / 21 / 22 / 23G

Il kit deve essere in confezione singola, sterile, monouso, latex-free e senza rilascio di ftalati.

LOTTO GINEC\_71

### **SACCA SOTTOSACRALE GRADUAT PER CONTROLLO PERDITE EMATICHE POST-ESPULSIONE**

Deve essere conformata, graduata e trasparente, deve avere capacità circa 2000ml, lunghezza cm120 circa, circonferenza di apertura cm 60 circa, larghezza minima cm15 circa.

Deve essere monouso, sterile, in confezione singola, latex-free.

LOTTO GINEC\_72

### **TUBI DI COLLEGAMENTO TRA UNITA' ASPIRANTE E CANNULA PER ASPIRAZIONE O ALTRE APPARECCHIATURE**

Devono essere tali da non collassare a pressioni fino a 400mmhg, devono essere della lunghezza di 3 metri circa, devono avere connessioni coniche standard alle due estremità, devono essere sterili, in doppio confezionamento, monouso, latex-free e senza rilascio di ftalati.

Devono avere diametro interno 9mm circa.

LOTTO GINEC\_73

**COPRISONDA PER ECOGRAFIA**

Da utilizzarsi per *ecografia trans-vaginale e trans-rettale*, dimensioni mm. 200x50 circa.

Devono essere monouso, latex free, in confezione singola, senza rilascio di ftalati.

LOTTO GINEC\_74

**COPRISONDA PER ECOGRAFIA STERILI**

Da utilizzarsi per *ecografia trans-vaginale e trans-rettale*, dimensioni mm. 200x50 circa.

Devono essere *sterili*, monouso, latex free, in confezione singola, senza rilascio di ftalati.

**DISPOSITIVI MEDICI OCULISTICA**

LOTTO OCUL\_75

**OLIO DI SILICONE**

Olio di silicone polidimetil silossano 1000 centistokes in flaconi sterili 10ml e adesivi di rintracciabilità.

Deve essere sterile, in confezione singola, monouso e latex-free..

A sterilizzazione avvenuta deve essere garantita l'assenza di solventi e di potenziali molecole tossiche utilizzate per la purificazione(dichiarazione dei processi di purificazione post-sterilizzazione).

LOTTO OCUL\_76

**OLIO DI SILICONE PESANTE**

Olio di silicone pesante 5000 centistokes in flaconi sterili da 10ml con adesivi di rintracciabilità.

Deve essere sterile, in confezione singola, monouso e latex-free.



A sterilizzazione avvenuta deve essere garantita l'assenza di solventi e di potenziali molecole tossiche utilizzate per la purificazione.

LOTTO OCUL\_77

**BANDELLETTA IN SILICONE 2.5X0.6mm TIPO 240**

Deve essere in silicone 2.5x0.6mm tipo 240 completa di manicotto di fissazione e adesivi di rintracciabilità.

Deve essere sterile, in confezione singola, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati.

LOTTO OCUL\_78

**BANDELLETTA IN SILICONE 6.0X1.6mm TIPO 220 SCANALATURA 2.5mm**

Deve essere in silicone 6.0x1.6mm con scanalatura 2.5mm-tipo 220 completa di adesivi di rintracciabilità.

Deve essere sterile, in confezione singola, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati.

LOTTO OCUL\_79

**BANDELLETTA IN SILICONE 6.0X1.6mm TIPO WENDEL 286 SCANALATURA 2.5mm**

Deve essere in silicone 6.0x1.6mm con scanalatura 2.5mm-tipo wendel 286 completa di adesivi di rintracciabilità.

Deve essere sterile, in confezione singola, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati.

LOTTO OCUL\_80

**SPUGNA IN SILICONE**

Deve avere diametro 5mm, deve essere tipo 505 con adesivi di rintracciabilità.

Deve essere sterile, in confezione singola, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati.

LOTTO OCUL\_81

**BANDELLETTA SCANALATA IN SILICONE ASIMMETRICA**

Deve avere dimensioni 7.0x1.6mm con scanalatura 2.5mm-tipo 276 e deve avere adesivi di rintracciabilità.

Deve essere sterile, monouso, in confezione singola, latex-free, senza rilascio di ftalati.

LOTTO OCUL\_82

### **PERFLUOROCARBONATO LIQUIDO**

Deve essere in flaconi sterili da 5ml e deve essere dotato di adesivi di rintracciabilità.

Deve avere densità 1.93g/cm<sup>3</sup>+/-0.1.

A sterilizzazione avvenuta deve essere garantita l'assenza di solventi e di potenziali molecole tossiche utilizzate per la purificazione(dichiarazione dei processi di purificazione post-sterilizzazione).

Deve essere in confezione singola, monouso e latex-free.

LOTTO OCUL\_83

### **GAS ESAFLUORURO DI ZOLFO**

In confezione sterile costituita da bomboletta completa di filtro millipore, raccordo per siringa, siringa e adesivi di rintracciabilità.

Deve essere monouso e latex-free.

LOTTO OCUL\_84

### **ANELLO DI MALYUGIN**

Per dilatazione pupillare con adesivi di rintracciabilità.

Deve essere sterile, in confezione singola, monouso e latex-free, senza rilascio di ftalati.

LOTTO OCUL\_85 - AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

### **ANELLO TENSIONATORE DEL SACCO**

Deve essere in acrilato o simili, sterile, monouso, in confezione singola, latex-free, senza rilascio di ftalati.

Diametri richiesti: 13mm e 11mm.

LOTTO OCUL\_86 - AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

**AGO MONOUSO DOPPIA CAMERA PER SCAMBIO ACQUA/PERFLUOROCARBONATO LIQUIDO**

Deve essere sterile, in confezione singola, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati.

Misure richieste: 23G e 25G.

LOTTO OCUL\_87

**LENTE CHIRURGICA DIRETTA FLAT**

Deve essere auto-stabilizzante, con 4 punti di appoggio, campo di osservazione 30-36°.

Deve essere sterile, in confezione singola, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati.

LOTTO OCUL\_88

**BASTONCINI OCULARI**

Devono essere affilati da entrambe le parti, devono essere in TNT assorbente, non sterili in dispenser da massimo 500 pezzi.

Devono essere latex-free, monouso, senza rilascio di ftalati.

Dimensioni. 6cmx5mm circa.

LOTTO OCUL\_89

**MICROSPUGNETTE ASSORBENTI A FRECCETTA**

Devono avere estremità arrotondata, manico in materiale plastico,devono essere sterili, in bustine da massimo 10 unità in dispenser da massimo 250 pezzi.

Devono essere monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati.

LOTTO OCUL\_90

**RETRATTORI IRIDEI**

Devono essere flessibili, in dispenser da 5 unità, sterili, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati.

LOTTO OCUL\_91 - AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

## **MICROBISTURI RETTI**

Devono essere dotati di un **dispositivo di sicurezza** per la prevenzione delle punture accidentali durante e dopo l'uso, avente le seguenti caratteristiche:

- deve essere parte integrante e non accessorio del dispositivo
- l'attivazione deve essere automatica o attuabile con una sola mano, agevole ed intuitiva
- deve fare in modo che le mani dell'operatore si trovino sempre in posizione arretrata rispetto alla parte acuminata/tagliente del dispositivo
- deve fare in modo che il gesto di attivazione sia il più precoce possibile
- deve fare in modo di attivare una barriera efficace, permanente ed irreversibile tra operatore-ago e ago-ambiente durante le manovre di eliminazione e smaltimento del dispositivo
- deve essere dotato di un segnale(udibile e/o visibile) che consenta di verificare l'avvenuta attivazione del meccanismo di sicurezza
- l'attivazione del dispositivo di sicurezza deve essere affidabile(deve avvenire al primo tentativo e deve essere volontariamente provocata)

Devono essere in acciaio inox, devono avere manico in materiale plastico, devono avere angolazioni rispettivamente 15° e 30°.

Devono essere in dispenser da massimo 10 unità.

Devono essere sterili, in confezione singola, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati.

LOTTO OCUL\_92

## **BISTURI CRESCENT 2.5mm 55° BEVEL UP**

Devono essere dotati di un meccanismo di sicurezza per l'operatore avente le stesse caratteristiche del lotto 91.

Devono essere sterili, in confezione singola, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati.

Dispenser da massimo 10 unità.

LOTTO OCUL\_93

## **BISTURI A LANCIA ANGOLATI**

Devono essere dotati di un meccanismo di sicurezza per l'operatore avente le stesse caratteristiche del lotto 91.

Devono essere sterili, in confezione singola, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati.

Misure richieste: 1.2mm

Dispenser da massimo 10 unità.

LOTTO OCUL\_94

### **BISTURI A LANCIA ANGOLATI**

Devono essere dotati di un meccanismo di sicurezza per l'operatore avente le stesse caratteristiche del lotto 91.

Devono essere sterili, in confezione singola, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati.

Misure richieste: 1.8mm

Dispenser da massimo 10 unità.

LOTTO OCUL\_95

### **BISTURI A LANCIA ANGOLATI**

Devono essere dotati di un meccanismo di sicurezza per l'operatore avente le stesse caratteristiche del lotto 91.

Devono essere sterili, in confezione singola, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati.

Misure richieste: 2.2mm

Dispenser da massimo 10 unità.

LOTTO OCUL\_96

### **PLUG IN SILICONE TIPO PAINLESS PLUG**

Devono essere precaricati su introduttore monouso, devono essere di misura unica. Dilatazione non richiesta.

Devono essere sterili, in confezione singola, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati.

LOTTO OCUL\_97

### **PLUG IN SILICONE TIPO PUNCTUM PLUG**

Devono essere precaricati su introduttore monouso munito di dilatatore.

Devono essere sterili, in confezione singola, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati.

Misura large - diametro 1mm - collare 1.9mm – lunghezza 2.0mm – collare interno 1.7mm

LOTTO OCUL\_98

### **MISURATORE PER APPLICAZIONE PLUG**

Deve essere in acciaio inox, latex-free, riutilizzabile, senza rilascio di ftalati.

LOTTO OCUL\_99 – AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

### **PLUG PERFORATI**

Devono essere in polivinilpirrolidone e devono essere precaricati su introduttore monouso munito di dilatatore.

Collare inclinato – misura richiesta 1.5x2.0mm

Devono essere sterili, in confezione singola, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati.

### **MINI PLUG PERFORATI**

Devono essere in polivinilpirrolidone e devono essere precaricati su introduttore monouso munito di dilatatore.

Collare inclinato – misura richiesta 1.2x1.5 mm

Devono essere sterili, in confezione singola, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati.

LOTTO OCUL\_100

### **DILATATORE DOPPIO PER VIE LACRIMALI**

Deve essere risterilizzabile, latex-free, senza rilascio di ftalati.

LOTTO OCUL\_101

### **SONDA BERNARD**

Da utilizzarsi per passaggio stenosi, dilatazione non necessaria.

Deve avere punta elicoidale, atraumatica e deve essere dotata di introduttore 0.65mm.

Deve essere sterile, monouso, in confezione singola, latex-free, senza rilascio di ftalati.

LOTTO OCUL\_102

### **INTUBAZIONE MONO CANALICOLARE TIPO MINI MONOKA**

Utilizzabile per lacerazioni monocanalicolari.

Deve essere ricoperta con polivinilpirrolidone, deve avere lunghezza 40mm, collareto esterno 2mm, diametro 0.64mm.

Deve essere sterile, in confezione singola, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati.

LOTTO OCUL\_103

### **POSIZIONATORE DI PLUG**

Utilizzabile per intubazione monocanalicolare di cui al lotto precedente.

Deve essere dotato di dilatatore, deve essere sterile, monouso, latex-free ed in confezione singola., senza rilascio di ftalati.

LOTTO OCUL\_104

### **INTUBAZIONE BI CANALICOLARE DA 0.64MM**

Deve avere guide incluse, deve essere dotata di sistema di ancoraggio flessibile e reversibile, deve avere mark centrale.

Misura richiesta: 30mm

Deve essere sterile, in confezione singola, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati.

LOTTO OCUL\_105

### **INTUBAZIONE MONO CANALICOLARE TIPO MASTERKA**

Deve avere guida metallica inclusa e plug in testa.

Misura richiesta: 35mm

Deve essere sterile, monouso, in confezione singola, latex-free, senza rilascio di ftalati.

LOTTO OCUL\_106

### **MISURATORE PER SET INTUBAZIONE**

Deve essere sterile, monouso, in confezione singola, latex-free, senza rilascio di ftalati.

LOTTO OCUL\_107

### **CANNULA LACRIMALE**

Deve avere diametro 0.5mm, lunghezza ago 22.5mm

Deve essere sterile, monouso, in confezione singola, latex-free, senza rilascio di ftalati.

LOTTO OCUL\_108

### **CONCHIGLIA OCULARE**

Deve essere protettiva e con ventosa.

Deve essere sterile, monouso, in confezione singola, latex-free, senza rilascio di ftalati.

LOTTO OCUL\_109

### **SOSPENSIONE FRONTALE TIPO PTOSE UP**

Da utilizzarsi per la chirurgia palpebrale, deve essere in e-PTFE, deve avere lunghezza 150mm, spessore 0.35mm, porosità 70 micron, larghezza 3mm.

Deve essere sterile, confezionata a paia, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati.

LOTTO OCUL\_110 - AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

### **KIT DI PROVA PER PESI IN TANTALIO**

Da utilizzarsi nel lagoftalmo.

Deve contenere: pesi da 0.6g a 1.8g, 100 strisce di fissaggio ipoallergeniche, selettore cromatico per colore pelle.

Deve essere latex-free e riutilizzabile ad eccezione delle strisce di fissaggio.

Deve essere senza rilascio di ftalati.

### **PESO DA LAGOFTALMO**

Deve essere in oro, da 1.0g, profilo 0.6mm.

Deve essere sterile, in confezione singola, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati.

### **PESO DA LAGOFTALMO**



Deve essere in oro, da 1.2g, profilo 0.6mm.

Deve essere sterile, in confezione singola, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati.

LOTTO OCUL\_111 – AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

**MISURATORE ENUCLEAZIONE**

Deve essere in acciaio inox, risterilizzabile, latex-free, senza rilascio di ftalati.

Misure richieste: 18mm e 20mm.

LOTTO OCUL\_112 - AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

**IMPIANTO AL SILICONE**

Per enucleazione/eviscerazione.

Deve essere sterile, in confezione singola, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati.

Misure richieste:18mm e 20mm.

LOTTO OCUL\_113 – AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

**CONFORMATORE RIGIDO**

Deve essere in poliammide, perforato, trasparente.

Deve essere sterile,in confezione singola, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati..

Misure richieste: small, medium, large.