

## **RADIOLOGIA INTERVENTISTICA VASCOLARE ED EXTRAVASCOLARE**

### **LOTTO 1 : Endoprotesi per il trattamento degli aneurismi dell'aorta addominale e dei vasi iliaci.**

Endoprotesi modulari realizzate in PTFE e supporto esterno in Nitinolo. Sistema di fissaggio sottorenale. Possibilità di riposizionamento e rotazione dell'intero device. Posizionamento tramite introduttori separati dalla protesi. Varie misure sia per il corpo protesico che per le estensioni e le cuffie.

Impianto: due - tre moduli .

### **LOTTO 2 : Endoprotesi per il trattamento degli aneurismi dell'aorta addominale e dei vasi iliaci con scarso colletto aortico.**

Endoprotesi modulari realizzate in PTFE o Dacron e supporto esterno in Nitinolo. Sistema di fissaggio soprarenale. Varie misure sia per il corpo protesico che per le estensioni e le cuffie.

Impianto (due - tre moduli)

### **LOTTO 3 : Endoprotesi per il trattamento degli aneurismi dell'aorta toracica.**

Endoprotesi tubulari realizzate in PTFE o Dacron e supporto esterno in Nitinolo. Possibilità di Stent prossimale e distale ricoperto o scoperto. Possibilità di configurazione conica. Varie misure.

Impianto: uno - due moduli.

### **LOTTO 4 : Endoprotesi per il trattamento degli aneurismi delle arterie periferiche.**

Endoprotesi realizzate in PTFE e supporto esterno in Nitinolo. Varie misure.

### **LOTTO 5 : Accessori per Endoprotesi**

LOTTO 5.1: Introduttori. Sistema di introduzione per endoprotesi, vari diametri.

LOTTO 5.2: Cateteri a Palloncino Trilobato. Cateteri di varie misure, pallone compliant in silicone.

## CRITERI DI VALUTAZIONE

I **parametri di valutazione della Qualità** saranno, relativamente ai lotti 1, 2, 3, 4 :

- Adattabilità e versatilità in particolari anatomie (max 20 punti),
- Sistema e Modalità di rilascio (max 20 punti),
- Gamma di misure presenti (max 10 punti),
- Performance a breve ed a lungo termine (max 10 punti - questa valutazione verrà effettuata anche sulla base di quanto è riportato in letteratura).

I **parametri di valutazione della Qualità** per il lotto 5 saranno:

- Gamma di misure ( max 20 punti),
- Maneggevolezza e flessibilità (max 20 punti),
- Interazione con altri accessori (max 10 punti),
- Consistenza strutturale ( max 10 punti).