

ALLEGATO A

(Le specifiche tecniche sotto riportate devono intendersi come **PREVALENTI SU eventuali difformità rispetto al capitolato speciale**)

LOTTO 1 – AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

PROGRESSIVO N 1 - SET PER ISOLAMENTO VERTICALE		
Q.TA'	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
2	TELO TAVOLO MADRE	150x190cm
2	SALVIETTE PER CAMPO OPERATORIO	30x40cm
1	TELO TAVOLO MAYO	80x145cm
1	TELO VERTICALE TRASPARENTE CM 250X330 CON SACCA DI RACCOLTA LIQUIDI INTEGRATA, FOGLIO DI INCISIONE INTEGRATO CM 80X30, DUE SACCHE PORTASTRUMENTI INTEGRATE, DUE STRISCE IN VELCRO PER FISSAGGIO DI TUBI E CAVI	

LOTTO 2 – AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

PROGRESSIVO N 1 – SET PER CHIRURGIA ANCA		
Q.TA'	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
2	TELO TAVOLO MADRE	150X190cm
4	SALVIETTE PER CAMPO OPERATORIO	30X40cm
1	TELO TAVOLO MAYO	80X145cm
2	STRISCIA ADESIVA IN TNT	9X50cm
2	STRISCE ADESIVE CON FOGLIO IN PE	10X50cm
3	TELI COPERTURA	150X180cm
1	GAMBALE ORTOPEDICO	33X110cm
1	TELO DOTATO, SUL LATO MINORE, DI FESSURA ADESIVA AD U 80X10cm	250X150cm
1	TELO CON LATO MAGGIORE ADESIVO	150X180cm
1	TELO DOTATO, SUL LATO MINORE, DI FESSURA ADESIVA AD U 10X100cm	225X280cm
1	TELO COPERTURA SUPERIORE, DOTATO SUL LATO MAGGIORE DI FESSURA ADESIVA 45X65cm, SISTEMA DI FISSAGGIO TUBI	175X270cm
2	TASCHE PORTASTRUMENTI A 2 SCOMPARTI CON LATO ADESIVO	38X40cm
1	CIOTOLA PLASTICA	250ml
1	CIOTOLA PLASTICA	500ml

PROGRESSIVO N 2 - SET INTERVENTI SUL GINOCCHIO

Q.TA'	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
1	TELO PER TAVOLO MADRE	150X190cm
4	SALVIETTE PER CAMPO OPERATORIO	30X40cm
1	TELO MAYO	80X145cm
1	GAMBALE ORTOPEDICO	33X55cm
3	STRISCE ADESIVE in TNT	10X50cm
1	TELO DOTATO, SUL LATO MINORE, DI FESSURA ADESIVA AD U 10X100cm	280X225cm
1	TELO CON LATO MAGGIORE ADESIVO	150X180cm
1	CIOTOLA IN PLASTICA	250ml
2	TASCHE PORTASTRUMENTI A DUE SCOMPARTI CON LATO ADESIVO	38x40cm

PROGRESSIVO N 3 – SET PER CHIRURGIA GINOCCHIO

Q.TA'	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
1	TELO ISOLAMENTO CAMPO CON FORO ELASTICO 7cm CON COPERTURA BRACCIA PAZIENTE	270x335x200cm
2	TASCHE PORTASTRUMENTI A 2 COMPARTI CON LATO ADESIVO	38X40cm
1	TELO PER TAVOLO MADRE	190X150cm
1	TELO TAVOLO MAYO	80X145cm
3	STRISCE ADESIVE IN TNT	10X50cm
1	GAMBALE ORTOPEDICO	30X55cm

LOTTO 3 – AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

PROGRESSIVO N 1 – SET PER ARTROSCOPIA GINOCCHIO		
Q.TA'	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
1	TELO PER ARTROSCOPIA DEL GINOCCHIO CON FORO ELASTICO 6cm-7cm , SISTEMA DI FISAGGIO CAVI, SACCA DI RACCOLTA LIQUIDI INTEGRATA	225X320cm
1	TELO PER TAVOLO MADRE	150X190cm
2	TAVOLO MAYO	80x145cm
2	STRISCE ADESIVE IN POLIETILENE	10X50cm
2	COPRITELECAMERA CON PIEGATURA A ROVESCIO + FASCETTA ADESIVA INTEGRATA IN POLIETILENE PER SIGILLARE LA TELECAMERA	13X250cm
1	GAMBALE ORTOPEDICO	30X55cm

PROGRESSIVO N 2 – SET PER ARTROSCOPIA ANCA		
Q.TA'	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
1	TELO TAVOLO MADRE	150X190cm
1	TAVOLO MAYO	80x145cm
2	STRISCE ADESIVE IN POLIETILENE	10X50cm
1	COPRITELECAMERA CON PIEGATURA A ROVESCIO + FASCETTA ADESIVA INTEGRATA IN POLIETILENE PER SIGILLARE LA TELECAMERA	13X250cm
4	SALVIETTE PER CAMPO OPERATORIO	30x40cm
2	TASCHE PORTASTRUMENTI A 2 COMPARTI CON LATO ADESIVO	38X40cm
1	TELO ARTROSCOPIA ANCA CON FILM DA INCISIONE INTEGRATO 46X41CM CON SACCA RACCOLTA LIQUIDI INTEGRATA	288X360cm

PROGRESSIVO N 3 – SET ARTROSCOPIA SPALLA		
Q.TA'	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
1	TELO ARTROSCOPIA SPALLA CON FORO ELASTICO cm11x12, CON SACCA RACCOLTA LIQUIDI INTEGRATA	Cm350x220
1	TELO TAVOLO MAYO	145X80cm
1	TELO PER TAVOLO MADRE	200X150cm
4	SALVIETTE PER CAMPO OPERATORIO	30x40cm
1	GAMBALE ORTOPEDICO	24X80cm
2	COPRITELECAMERA CON PIEGATURA A ROVESCIO E FASCETTA ADESIVA INTEGRATA IN POLIETILENE PER SIGILLARE LA TELECAMERA	13X250cm
3	STRISCE ADESIVE IN POLIETILENE	10X55cm
1	TELO ADESIVO CON ADESIVO SUL LATO MINORE	75X100cm

1	TELO CON ADESIVO SUL LATO MINORE	150X250cm
1	CIOTOLA	250ml

PROGRESSIVO N 4 – SET ARTROSCOPIA SPALLA IN POSIZIONE LATERALE

Q.TA'	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
1	TELO ARTROSCOPIA SPALLA CON ADESIVO SUL LATO MAGGIORE	Cm80x100
1	TELO TAVOLO MAYO	145X80cm
1	TELO PER TAVOLO MADRE	200X150cm
4	SALVIETTE PER CAMPO OPERATORIO	30x40cm
1	GAMBALE ORTOPEDICO	24X80cm
2	COPRITELECAMERA CON PIEGATURA A ROVESCIO E FASCETTA ADESIVA INTEGRATA IN POLIETILENE PER SIGILLARE LA TELECAMERA	13X250cm
3	STRISCE ADESIVE IN PE	10X55cm
1	TELO CON FESSURA ADESIVA 10X100CM POSIZIONATA SUL LATO MINORE	225X260cm
1	CIOTOLA	250ml

LOTTO 4 – AGGIUDICAZIONE A LOTTO INTERO

PROGRESSIVO N 1 – SET PER ESTREMITA' (MANO/PIEDE)

Q.TA'	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
1	TELO TAVOLO MADRE	150X190cm
1	TELO PER TAVOLO MAYO	80X145cm
1	TELO CON FORO ELASTICO 4cm	225X300cm
2	TASCHE PORTA STRUMENTI A 2 COMPARTI CON LATO ADESIVO	38X40cm
3	STRISCE ADESIVE IN TNT	10X50cm

PROGRESSIVO N 2 – SET CHIRURGIA PELVICA

Q.TA'	DESCRIZIONE	DIMENSIONI
2	TELO TAVOLO MADRE	Cm150X190
1	TELO TAVOLO MAYO	145X80cm
1	TELO CON LATO ADESIVO SUL LATO MINORE	190X225cm
4	SALVIETTE PER CAMPO OPERATORIO	30x40cm
1	TELO ADESIVO SUL LATO MAGGIORE	175X300

4	STRISCE ADESIVE IN TNT	10X55cm
2	TELI ADESIVI SUL LATO MAGGIORE	90X110
2	TASCHE PORTASTRUMENTI A DUE SCOMPARTI CON LATO ADESIVO	38X40
1	CIOTOLA	250ml

n.b. Il telo tavolo madre dovrà avvolgere tutti i componenti del set; nel caso vengano richiesti numero due(2) teli tavolo madre uno dei due dovrà avvolgere tutti i componenti del set.

L'Azienda ASL si riserva la facoltà di apportare modifiche alla composizione dei set, COMPENSATIVE IN VALORE (come desunto dai prezzi unitari dei componenti il kit, presentati in sede di gara) senza oneri aggiuntivi, su richiesta motivata delle Ortopedie dei PP. OO. aziendali e previa validazione della Farmacia Ospedaliera.

CARATTERISTICHE TECNICHE

I teli paziente devono avere almeno uno strato impermeabile esteso per tutta la superficie e devono essere assorbenti su tutta la superficie ad eccezione di quelli dotati di sacca raccogli liquidi integrata.

I dispositivi devono essere sterili, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati per l'uso cui sono destinati e devono essere in confezione singola tipo peel open, in doppio confezionamento.

Devono essere rispondenti alla Direttiva 93/42 CEE e s. m. i. e devono essere rispondenti alla EN 13795.

Le ditte dovranno indicare CND e Numero di Repertorio.

Campionatura richiesta: numero 3 pezzi per ogni tipologia in confezione sterile.

ETICHETTE RINTRACCIABILITA' ALMENO NUMERO DUE.

N.B. LE MISURE SONO PURAMENTE INDICATIVE E VERRANNO VALUTATE IN SEDE DI GARA

CRITERI DI VALUTAZIONE LOTTO 1 – LOTTO 2 – LOTTO 3 – LOTTO 4

Drappeggio dei teli(come da prova pratica)	Max 30 punti
Sistema di controllo dei liquidi(come da prova pratica)	Max 30 punti
Adesività delle strisce e delle pellicole adesive(come da prova pratica)	Max 10 punti
TOTALE	MAX 70 PUNTI

N.B. Per la valutazione sopra evidenziata occorre che venga raggiunta la sufficienza in ogni parametro.

LOTTO 5 – SET CATARATTA

Quantità	descrizione
1	Telo Mayo cm 80x145 c.a.
1	Telo oftalmico fenestrato con film adesivo cm 10x10 c.a. e doppia tasca raccolta liquidi - dimensioni cm100x120 c.a.
1	Compresa oculare adesiva in TNT
5	Comprese in TNT cm10x10 senza filo di bario, peso non inferiore a 40g/mq
5	Asciughino a sigaretta
1	Siringa LL 5ml
1	Siringa LL 20ml
1	Microbisturi dual bevel per tunnel da 2.25mm lunghezza lama massima, con marcatura 2mm, con dispositivo di sicurezza, in confezione singola atta a garantire la protezione del dispositivo
1	Microbisturi angolato 30° con dispositivo di sicurezza, in confezione singola atta a garantire la protezione del dispositivo
1	Conchiglia oculare
1	Cannula per idrossidissezione curva 27G punta piatta, confezione singola
1	Steri streep mm12x100 c.a.
1	Tampone tipo cotton fioc in legno lunghezza cm15 c.a.
1	Irrigatore per camera anteriore 25G in confezione singola
6	Etichette adesive riportanti dati su sterilizzazione, lotto, scadenza, e quant'altro previsto dalle normative

LOTTO 6 – SET VITRECTOMIA

Quantità	descrizione
1	Telo Mayo cm 80x145 c.a.
1	Telo oftalmico fenestrato con film adesivo cm 10x10 c.a. e doppia tasca raccolta liquidi - dimensioni cm150x250 c.a.
1	Compresa oculare adesiva in TNT
5	Compresse in TNT cm10x10 senza filo di bario, peso non inferiore a 40g/mq
5	Asciughino a sigaretta
1	Siringa LL 5ml
1	Siringa LL 20ml
1	Microbisturi dual bevel per tunnel da 2.25mm lunghezza lama massima, con marcatura 2mm, con dispositivo di sicurezza, in confezione singola atta a garantire la protezione del dispositivo
1	Microbisturi angolato 30° con dispositivo di sicurezza, in confezione singola atta a garantire la protezione del dispositivo
1	Conchiglia oculare
1	Cannula per idrossidissezione curva 27G punta piatta, confezione singola
1	Steri streep mm12x100c.a.
1	Irrigatore per camera anteriore 25G in confezione singola
1	Tampone tipo cotton fioc in legno lunghezza cm15 c.a.
6	Etichette adesive riportanti dati su sterilizzazione, lotto, scadenza, e quant'altro previsto dalle normative

CARATTERISTICHE TECNICHE

I teli paziente devono avere almeno uno strato impermeabile esteso per tutta la superficie.

I teli devono essere resistenti allo strappo e non devono rilasciare odori e particelle.

I dispositivi devono essere sterili, monouso, latex-free, senza rilascio di ftalati per l'uso cui sono destinati e devono essere in confezione singola tipo peel open, in doppio confezionamento.

Devono essere rispondenti alla Direttiva 93/42 CEE e s. m. i. e devono essere rispondenti alla EN 13795.

Le ditte dovranno indicare CND e Numero di Repertorio.

Campionatura richiesta: numero 3 pezzi per ogni tipologia in confezione sterile.

ETICHETTE DI RINTRACCIABILITA'ALMENO NUMERO SEI.

N.B. LE MISURE SONO PURAMENTE INDICATIVE E VERRANNO VALUTATE IN SEDE DI GARA.

L'Azienda ASL si riserva la facoltà di apportare modifiche alla composizione dei set, COMPENSATIVE IN VALORE (come desunto dai prezzi unitari dei componenti il kit, presentati in sede di gara) senza oneri aggiuntivi, su richiesta motivata delle Ortopedie dei PP. OO. aziendali e previa validazione della Farmacia Ospedaliera.

CRITERI DI VALUTAZIONE LOTTO 5 – LOTTO 6

Finitura dei dispositivi medici costituenti il set(come da prova pratica)	23 punti
Drappeggio dei teli(come da prova pratica)	17 punti
Qualità del film da incisione(adattabilità alle superfici e tenuta dell'adesivo)(come da prova pratica)	17 punti
Con formabilità tasche raccolta liquidi(come da prova pratica)	13 punti
TOTALE	70 PUNTI

N.B. Per la valutazione sopra evidenziata occorre che venga raggiunta la sufficienza in ogni parametro.