

RAPPORTO DI PROVA N° 2772-24

Spett.
AQUATEC s.r.l.
C.so Gabriele Manthonè, 52/54
65127 PESCARA (PE)

Data emissione 19/07/2024

Tipo campione Acque di dialisi §
Data ricevimento campione 15/07/2024
Descrizione campione ACQUA INIZIO ANELLO §
Luogo del prelievo Ospedale Penne - Reparto dialisi § **Data prelievo** 15/07/2024 §
Campionatore Vs. personale § – a cura del cliente
Piano di campionamento . N.A.
Condizione del campione/Sigilli Campione Conforme
Temperatura in ricezione (°C) 5
Conservazione campione Giorni 4

Protocollo Campione 2772/1 del 15/07/24

Prova Analitica	Metodo di Prova Tecnica di Prova	U.M.	Valore	Data inizio Data Fine
CONTA DELLE COLONIE A 22°C	UNI EN ISO 6222:2001		< 1	15/07/24
	Metodo culturale-conta			19/07/24

(§) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

N.A. = Non Applicabile; in quanto il parametro non è previsto dal metodo e/o il campionamento non è stato effettuato dal personale del Laboratorio.
'< n' = ove non diversamente specificato, indica un valore al di sotto del limite di rilevabilità del metodo, con il 99 % di probabilità che la concentrazione dell'analita sia diversa da zero.

In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il Cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi.

Il laboratorio declina la propria responsabilità sui dati forniti dal cliente.

Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, il risultato, così come espresso in unità di misura (es.superficie), è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi, così come pervenuto in Laboratorio.
Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta della ECO-SERVIZI 2 srl.

**Il Responsabile del Settore
Microbiologico**

Dott. Matteo Di Pentima
*Ordine dei Biologi del Lazio e Abruzzo n°
AA_074916*

DPNMTT85E10G482
U/74300100039196
63.LpKPDauZW56F
SE7FKsCYgo10aEc=

Firmato digitalmente da
DPNMTT85E10G482U/7430010003919663.LpKPD
AuZW56FSE7FKsCYgo10aEc=
ID:
c=DPNMTT85E10G482U/7430010003919663.Lp
63.LpKPDauZW56FSE7FKsCYgo10aEc=
serialNumber=U/DPNMTT85E10G482U,
givenName=MATTEO, sn=DI PENTIMA,
o=Progetto CHS Anabapex/Unical, ou=Università
della Calabria, c=IT
Data: 2024.07.19 16:36:57 +0200

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Stefano Santeramo
Ordine dei Chimici L.U.A.M. n°3533

SNTSFN53T17B915
L/74300100044912
41.7TJ4XMJuuAJkf
ZoKescw9P4OUl=

Firmato digitalmente da SNTSFN53T17B915L/7430010004491241.7TJ
40MJuuaJkZokescw9P4OUl=
ID:
c=SNTSFN53T17B915L/7430010004491241.
7TJ40MJuuaJkZokescw9P4OUl=
serialNumber=U/SNTSFN53T17B915L,
givenName=STEFANO, sn=SANTERAMO,
o=Progetto CHS Anabapex/Unical,
ou=Università della Calabria, c=IT
Data: 2024.07.19 16:36:58 +0200