

RAPPORTO DI PROVA N° 2892-22

Spett.
AQUATEC s.r.l.
C.so Gabriele Manthonè, 52/54
65127 PESCARA (PE)

Data emissione 03/11/2022

Tipo campione Acqua destinata al consumo umano §
Data ricevimento campione 27/10/2022
Descrizione campione ACQUA STERILE §
Luogo del prelievo Ospedale di Pescara - Reprto U.T.E. § **Data prelievo** 27/10/2022 § **Ora** 11:00 §
Campionatore Vs.personale § – a cura del cliente
Piano di campionamento . N.A.
Condizione del campione/Sigilli Campione Conforme
Temperatura in ricezione (°C) 5
Conservazione campione Giorni 4

| | | | | | |
|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------|------------------------|------------|
| Protocollo Campione | 2892/1 del 27/10/22 | Data Inizio Prove | 27/10/2022 | Data Fine Prove | 28/10/2022 |
|----------------------------|---------------------|--------------------------|------------|------------------------|------------|

Etichetta/Lotto

| Prova Analitica | Metodo di Prova Tecnica di Prova | U.M. | Valore | Riferimento |
|----------------------------|--|--------|--------|-------------|
| CONTA DELLE COLONIE A 22°C | UNI EN ISO 6222:2001 Metodo culturale-conta | UFC/mL | < 1 | |

(§) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

Note e riferimenti legislativi

(31_01) = D.Lgs 31/2001

(#) parametri che hanno superato i valori limite

N.A. = Non Applicabile; in quanto il parametro non è previsto dal metodo e/o il campionamento non è stato effettuato dal personale del Laboratorio.

< n' = ove non diversamente specificato, indica un valore al di sotto del limite di rilevabilità del metodo, con il 99 % di probabilità che la concentrazione dell'analita sia diversa da zero.

In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il Cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi.

Il laboratorio declina la propria responsabilità sui dati forniti dal cliente.

Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, il risultato, così come espresso in unità di misura (es.superficie), è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi, così come pervenuto in Laboratorio.

Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta della ECO-SERVIZI 2 srl.

Il Responsabile del Settore**Microbiologico**

Dott. Matteo Di Pentima

Ordine Nazionale Biologi n° AA_074916

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Stefano Santeramo

Ordine dei Chimici L.U.A.M. n°3533