

RAPPORTO DI PROVA N° 3613-23

Spett.
AQUATEC s.r.l.
 C.so Gabriele Manthonè, 52/54
 65127 PESCARA (PE)

Data emissione 15/12/2023

Tipo campione	Acque di dialisi §		
Data ricevimento campione	11/12/2023		
Descrizione campione	ACQUA INIZIO ANELLO §		
Luogo del prelievo	Ospedale di Penne - Reparto dialisi §	Data prelievo 11/12/2023 §	Ora 11:35 §
Campionatore	Vs.personale § – a cura del cliente		
Piano di campionamento	. N.A.		
Condizione del campione/Sigilli	Campione Conforme		
Temperatura in ricezione (°C)	6		
Conservazione campione	Giorni 4		

Protocollo Campione 3613/1 del 11/12/23

Prova Analitica	Metodo di Prova Tecnica di Prova	U.M.	Valore	Data inizio Data Fine
CONTA DELLE COLONIE A 22°C	UNI EN ISO 6222:2001 Metodo culturale-conta		< 1	11/12/23 15/12/23

(§) Informazione fornita da cliente, il laboratorio ne declina ogni responsabilità.

N.A. = Non Applicabile; in quanto il parametro non è previsto dal metodo e/o il campionamento non è stato effettuato dal personale del Laboratorio.
 '< n' = ove non diversamente specificato, indica un valore al di sotto del limite di rilevabilità del metodo, con il 99 % di probabilità che la concentrazione dell'analita sia diversa da zero.

In caso di alterazione del campione il Laboratorio declina ogni responsabilità sui risultati che possono essere influenzati dallo scostamento nel caso il Cliente chieda comunque l'esecuzione dell'analisi.

Il laboratorio declina la propria responsabilità sui dati forniti dal cliente.

Nel caso in cui il campionamento non sia stato eseguito da personale del laboratorio, il risultato, così come espresso in unità di misura (es.superficie), è stato ottenuto mediante elaborazione dei dati espressamente dichiarati da chi ha eseguito il campionamento.

I risultati contenuti nel presente Rapporto di prova si riferiscono esclusivamente al campione oggetto di analisi, così come pervenuto in Laboratorio.

Il presente Rapporto di prova non può essere riprodotto parzialmente, salvo autorizzazione scritta della ECO-SERVIZI 2 srl.

Il Responsabile del Settore
Microbiologico

Dott. Matteo Di Pentima

Ordine dei Biologi del Lazio e Abruzzo n° AA_074916

DPNMTT85E10G

Firmato digitalmente da
 DPNMTT85E10G482U/743001000391966
 482U/74300100
 03919663.LpKP
 DAuZW56FSE7F
 KsCYgo10aEc=

9663.LpKPDAuZW56FSE7F7KsCYgo10aEc=
 serialNumber=IT.DPNMTT85E10G482U/
 givenName=MATEO, sn=DI PENTIMA,
 o=Progetto CNS Arubapec/Unical,
 ou=Università della Calabria, c=IT
 Data: 2023.12.15 17:49:00 +0100

Il Responsabile del Laboratorio

Dott. Stefano Santeramo

Ordine dei Chimici L.U.A.M. n°3533

SNTSFN53T17B

915L/74300100

04491241.7TJ4

XMJuuAJkfZok

escw9P4OUI=

Firmato digitalmente da
 SNTSFN53T17B915L/7430010004491
 241.7TJ4XMJuuAJkfZokescw9P4OUI=
 ND:
 cn=SNTSFN53T17B915L/7430010004
 491241.7TJ4XMJuuAJkfZokescw9P4O
 UI=
 serialNumber=IT.SNTSFN53T17B915L/
 givenName=STEFANO, sn=SANTERAMO,
 o=Progetto CNS
 Arubapec/Unical, ou=Università della
 Calabria, c=IT
 Data: 2023.12.15 17:44:18 +0100