

ALLEGATO n. 8

CAPITOLATO SPECIALE

**SCHEDA TECNICA CARATTERISTICHE TECNICHE
MINIME E VALUTATE**

OGGETTO

Fornitura di sistemi di terapia a pressione negativa per il
trattamento di lesioni cutanee complesse

INDICE

Caratteristiche minime	3
Caratteristiche oggetto di valutazione	4

Caratteristiche minime

Per sistema si intende l'unità terapeutica, il contenitore di liquidi e il kit di medicazione (tubo drenaggio + medicazione).

o **Lotto 1** – Sistema a pressione negativa per il trattamento delle ferite cutanee con filler in schiuma di poliuretano:

- autonomia non inferiore a 10h
- Frumorosità non superiore a 50dB
- Flatex free (per i tubi e drenaggi)
- Fdisponibilità di medicazioni di varie misure tali da poter gestire ferite di dimensioni piccole/medie/grandi

Sistema fisso:

- Fpeso inferiore a 4Kg
- Fpossibilità di aggancio al letto del paziente

Sistema portatile:

- peso inferiore a 2Kg

o **Lotto 2** – Sistema a pressione negativa per il trattamento delle ferite cutanee con filler in garza

- Fautonomia non inferiore a 10h
- Frumorosità non superiore a 50dB
- Flatex free (per i tubi e drenaggi)
- Fdisponibilità di medicazioni di varie misure tali da poter gestire ferite di dimensioni piccole/medie/grandi

Sistema fisso:

- peso inferiore a 4Kg
- possibilità di aggancio al letto del paziente

Sistema portatile:

- peso inferiore a 2Kg

Caratteristiche oggetto di valutazione

In sede di esame delle offerte tecniche, le Ditte offerenti conformi alle richieste potranno essere convocate per una presentazione dimostrativa dei prodotti offerti (le Ditte metteranno a disposizione per la demo il sistema e tutto il materiale necessario per il funzionamento con oneri totalmente a proprio carico).

Le caratteristiche tecniche oggetto di valutazione verranno desunte dal questionario tecnico (**Allegato 9**) e dalla presentazione dimostrativa.

In particolare verranno valutate le seguenti caratteristiche, comuni a tutti i lotti:

Unità terapeutica e canister (max 23 punti):

- Dimensioni del display e tipologia parametri visualizzati – max 3 punti
- Peso dei sistemi, autonomia della batteria in assenza di fonte elettrica – max punti 2
- Silenziosità dei sistemi – max punti 2
- Gestione della pressione negativa: diversi valori di pressione applicabili disponibili, modalità di controllo, facile utilizzo per l'operatore e per il paziente – max 6 punti
- Tipologia, gestione e facilità di interpretazione degli allarmi presenti – max 5 punti
- Protezione da utilizzo involontario da parte del paziente – max 3 punti
- Capacità e gestione del canister – max 2 punti

Caratteristiche delle medicazioni (max 28 punti):

- Composizione e gestione del kit di medicazione: facilità di apertura e utilizzo dei componenti del kit – max 15 punti
- Dimensioni, tipologie delle medicazioni – max punti 4
- Tipologie dei sistemi di fissaggio e dei drenaggi proposti – max 3 punti
- Sicurezza, igiene e facilità cambio medicazione – max 6 punti