

ART. 13 ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI QUALITA'/PREZZO**QUALITA':punteggio max punti 70****Strumentazione MAX PUNTI 53 (100%)**

| Subcriteri | Descrizione | Punti | |
|---------------|---|------------|-------------|
| Subcriterio 1 | Modalità di caricamento in continuo di vetrini per singola postazione, non in batch | 0-10 10 | SI/NO SI |
| Subcriterio 2 | Temperatura di incubazione dei reagenti standardizzata a 36°C, con possibilità di eseguire incubazioni degli anticorpi primari sia a 36°C che a 42°C o a temperatura ambiente | 0-4 4 | SI/NO SI |
| Subcriterio 3 | Impiego di DAB (per ossidasi) a FAST RED (fosfatasi alcalina) pronte all'uso, da non ricostituire in macchina | 0-3 3 | SI/NO SI |
| Subcriterio 4 | Possibilità di eseguire reazioni di ibridazione in situ (compresi fasi di denaturazione e ibridazione) contemporaneamente alle determinazioni immunoistochimiche, di immunofluorescenza, in totale accesso random sulla stessa strumentazione (IHC, FITC, ISH e test Targeted Therapy simultaneamente). | 0-4 4 | SI/NO SI |
| Subcriterio 5 | Dispensazione dei reagenti direttamente sul vetrino senza utilizzo di puntali. Passaggio anticorpo dalla siringa al vetrino. | 0-5 5 | SI/NO SI |
| Subcriterio 6 | Fornitura di strumento di back up che utilizzi le medesime confezioni di reagenti dello strumento principale. Strumento uguale e medesime confezioni di reagente = 10 Strumento analogo e medesime confezioni di reagenti = 2 | 0-10 10 | SI/NO SI |
| Subcriterio 7 | Fase di sparaffinatura senza uso di reagenti alcolici e/o tossici non contenenti solventi organici Si = 2 punti No= 0 punti | 0-2 2 | SI/NO SI |
| Subcriterio 8 | 8.1 Coloratore per istochimica con sparaffinatura on board; 8.2 vetrini e reagenti barcodati; 8.3 possibilità di utilizzo di vetrino non polarizzati; 8.4 interfacciamento con sistema di tracciabilità 4 caratteristiche = 5 punti 3 caratteristiche = 4 punti 2 caratteristiche = 2 punti 1 caratteristica = 1 punto | 0-5 5 | SI/NO SI |
| Subcriterio 9 | Valutazione tecnico-qualitativa del sistema di tracciabilità | 10 10 | |

Reagenti MAX PUNTI 15 (100%)

| Subcriteri | Descrizione | Punti | |
|---------------|--|----------|-------------|
| Subcriterio 1 | Anticorpi prediluiti pronto uso testati e certificati sulla strumentazione offerta: - Dal 60% al 70% degli anticorpi totali =1 - Dal 71% al 80% degli anticorpi totali = 2 - Oltre l'81% degli anticorpi totali = 5 | 0-5 5 | SI |
| Subcriterio 2 | Possibilità di esecuzione di test di Target Therapy approvato FDA su strumentazione come richiesti in capitolato. (ALK D5F3, HER2/neu,PD-L1) | 5 5 | SI/NO SI |

| | | | |
|------------------|--|-----|-------|
| Subcriterio 3 | Possibilità di utilizzare metodiche per la determinazione di HER 2 e della polisomia del cromosoma 17. | 0-3 | SI/NO |
| | Si = 3 punti No= 0 | 3 | SI |
| Subcriterio 4 | Impiego sullo stesso vetrino, nella stessa corsa di due differenti sistemi di rivelazione | 0-2 | SI/NO |
| | Si = 2 punti No = 0 | 2 | SI |

Assistenza Tecnica MAX PUNTI 2 (100%)

| Subcriteri | Descrizione | Punti |
|---------------|--|----------|
| Subcriterio 1 | Modalità e tempi di intervento assistenza tecnica da esplicitare con relazione illustrativa (media valutazione dei singoli commissari) | 0-2 2 |

Non saranno ritenute idonee e pertanto non si procederà all'apertura della busta contenente l'offerta economica la offerte che non raggiungeranno un punteggio totale pari almeno a 36 punti su 70: IL PUNTEGGIO OTTENUTO E' 70 (53+15+2)

Pescara, li 24/05/2017

In fede

Dott. ALFIO IERACI
DIRIGENTE MEDICO
ANATOMIA PATOLOGICA
AUSL PESCARA



STEFANO LAURATI
TECNICO SANITARIO LABORATORIO STORICO

