



**BANDO ESPLORATIVO DEL 08.03.2022 PER ACQUISIZIONE DI DISPOSITIVI PER CATETERISMO VESCICALE A CIRCUITO CHIUSO**

**CUSTOM PACK PER CATETERIZZAZIONE VESCICALE A CIRCUITO CHIUSO**

Il presente bando esplorativo è finalizzato alla verifica di esistenza di ulteriori prodotti rispetto al dispositivo medico conosciuto e di seguito indicato aventi specifiche tecniche "equivalenti" a quelle sotto descritte:

1. denominazione materiale sanitario conosciuto:

**CUSTOM PACK PER CATETERIZZAZIONE VESCICALE A CIRCUITO CHIUSO A MEDIO/LUNGA PERMANENZA E A BREVE PERMANENZA**

2. indicazioni ed esigenze funzionali e prestazionali:

**- CUSTOM PACK PER CATETERIZZAZIONE VESCICALE A CIRCUITO CHIUSO A MEDIO/LUNGA PERMANENZA** composto da:

a) **CATETERE A DUE VIE** in silicone 100%, trasparente, con scanalature, guaina di protezione, lunghezza 40cm c.a., punta cilindrica con due fori, palloncino 5-15ml, a circuito chiuso, misura Fr14-Fr16-Fr18, Fr20 preconnesso ad una sacca di drenaggio urinario da 2lt tramite un tubo anti-inghinocchiamento lungo 120 cm c.a, dotato di punto di prelievo urina, clamp di fissaggio, rubinetto di scarico sacca, camera di gocciolamento e valvola di controllo integrata (valvola antireflusso), filtro antibatterico, ganci e laccio per il fissaggio della sacca al letto paziente. Il sistema a circuito chiuso deve permettere il prelievo di urina in procedura sterile.

b) **KIT PER CATETERISMO VESCICALE** assemblato in contenitore che può essere utilizzato come bacinella. Deve essere almeno composto da:

- telino in TNT a due strati impermeabile ed assorbente cm50x60 circa
- telino fenestrato in TNT a due strati impermeabile ed assorbente cm50x60 circa (foro cm6x6 circa)
- confezione contenente 5 compresse sterili in TNT piegato 4 strati cm10x10
- siringa pre-riempita con 9cc di acqua sterile ed 1cc di glicerina per riempimento palloncino del catetere
- due paia di guanti sterili misura large, privi di talco, in nitrile, **classificati sia DPI di III categoria- protezione da sostanze chimiche e microrganismi che DM**

I dispositivi presenti nel kit per cateterismo vescicale dovranno essere posti in modo sequenziale di utilizzo ossia, partendo dall'alto: un paio di guanti, un telo 50x60cm c.a., un paio di guanti, un telo fenestrato 50x60cm c.a. con foro da cm 6x6 c.a., 5 compresse sterili in TNT piegate 4 strati cm 10x10, una siringa da 10ml pre-riempita con acqua sterile e glicerina per il riempimento del palloncino Sia il catetere preconnesso che il kit devono essere assemblati all'interno dello stesso contenitore.

c) **Sacche satellite** per lo svuotamento dell'urina dalla sacca del sistema a circuito chiuso per il cateterismo a media/lunga permanenza in PVC, di capacità di 2000ml c.a., raccordo di chiusura a clamp. Devono essere dotate di tre fori per l'aggancio ai fini dello svuotamento delle urine. Devono essere raccordabili alla sacca urina del sistema a circuito chiuso a media/ lunga permanenza descritta

**- CUSTOM PACK PER CATETERIZZAZIONE VESCICALE A CIRCUITO CHIUSO A MEDIO/LUNGA PERMANENZA** composto da:



a) **CATETERE A DUE VIE IN LATTICE SILICONATO**, guaina di protezione, lunghezza 40cm c.a. misura Fr14-Fr16-Fr18 –Fr20, con punta cilindrica con due fori, palloncino 5-15ml, a circuito chiuso, preconnesso ad una sacca di drenaggio urinario da 2lt tramite un tubo lungo 90 cm c.a. Il drenaggio dovrà essere dotato di rubinetto di scarico sacca e di valvola antireflusso.

b) **KIT PER CATETERISMO VESCICALE** assemblato in contenitore che può essere utilizzato come bacinella. Deve essere almeno composto da:

- telino in TNT a due strati impermeabile ed assorbente cm50x60 circa
- telino fenestrato in TNT a due strati impermeabile ed assorbente cm50x60 circa foro cm6x6 circa
- confezione contenente 5 compresse sterili in TNT piegato 4 strati cm10x10
- siringa pre-riempita con 10cc di acqua sterile per riempimento palloncino del catetere
- due paia di guanti sterili misura large, privi di talco, in nitrile, **classificati sia DPI di III categoria- protezione da sostanze chimiche e microrganismi che DM**

I dispositivi presenti nel kit per cateterismo vescicale dovranno essere posti in modo sequenziale di utilizzo. Sia il catetere preconnesso che il kit devono essere assemblati all'interno dello stesso contenitore.

c) **Sacche satellite** per lo svuotamento dell'urina dalla sacca del sistema a circuito chiuso per il cateterismo a breve permanenza, in PVC, di capacità di 2000ml c.a., raccordo di chiusura a clamp. Devono essere dotate di tre fori per l'aggancio ai fini dello svuotamento delle urine, raccordabili alla sacca urina del sistema a circuito chiuso a breve permanenza

**Gli operatori economici che ritengano di produrre e/o commercializzare un materiale sanitario avente le caratteristiche elencate**, dovranno far pervenire entro il **17.03.2022** h. 12:00, tramite PEC ([acquisizionebenieservizi.aslpe@pec.it](mailto:acquisizionebenieservizi.aslpe@pec.it)) quanto sotto riportato:

- Ragione sociale, indirizzo e recapiti della/e Ditta/e partecipante/i;
- La denominazione dell'oggetto (Manifestazione di interesse al bando esplorativo per cateterizzazione vescicale a circuito chiuso CUSTOM PACK);
- Scheda tecnica del prodotto in lingua italiana (o tradotta);
- Codice rilasciato dal fornitore, CND di appartenenza, numero attribuito dal repertorio dei dispositivi medici;

**Il Direttore U.O.C. Gestione Approvvigionamenti Beni e Servizi**  
**Dott.ssa Vilma Rosa**