



BANDO ESPLORATIVO N. **21** DEL **02.03.21** PER ACQUISIZIONE BENI INFUNGIBILI
PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA

MORCELLATORE MONOUSO LINA Xcise™

Scadenza il **19.03.21**

Il presente bando esplorativo è finalizzato alla verifica di esistenza di ulteriori prodotti rispetto al dispositivo medico conosciuto e di seguito indicato aventi specifiche tecniche "equivalenti" a quelle sotto descritte:

1. denominazione materiale sanitario conosciuto: **MORCELLATORE MONOUSO LINA Xcise™**
2. indicazioni ed esigenze funzionali e prestazionali, di natura diagnostica e terapeutica per le quali è richiesto il materiale sanitario: **IL MORCELLATORE MONOUSO LINA Xcise™ E' DESTINATO ALLA RIDUZIONE IN FRAMMENTI E CONSEGUENTE ESTRAZIONE DI PARTI ANATOMICHE SEZIONATE IN CHIRURGIA LAPAROSCOPICA GINECOLOGICA**
3. descrizione delle caratteristiche tecniche possedute dal materiale sanitario, che consentono di soddisfare le esigenze sopra indicate: **ESSENDO AZIONATO DA BATTERIA ECOLOGICA NON NECESSITA DI APPARECCHIATURE D'ALIMENTAZIONE E/O ASSEMBLAGGI PARTICOLARI ED È PRONTO ALL 'USO AL MOMENTO IN CUI SI APRE LA CONFEZIONE. LA POTENZA DEL MOTORE E QUELLA DELLA BATTERIA INSIEME AL DESIGN DEI CILINDRI TAGLIANTI, PERMETTE UNA DURATA D'USO EFFETTIVO FINO A PIÙ DI UN'ORA (1H) ED UNA MORCELLAZIONE FINO A TRE KG DI TESSUTO. LA BATTERIA ECOLOGICA E TUTTO LO STRUMENTO E' COMPATIBILE AI REQUISITI DELLA DIRETTIVA PER LE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE RARE, PER PERMETTERE LO SMALTIMENTO NEI NORMALI RIFIUTI OSPEDALIERI. LA SICUREZZA DELL'USO E' GARANTITO DA UNA PARTICOLARE LEVA POSTA DAVANTI AL PULSANTE DI AZIONAMENTO CHE PREMUTA, CONSENTE DI SELEZIONARE DA "SAFELY GUARD" IN CUI I CILINDRI SONO PROTETTI E NON POSSONO AGIRE ED EVENTUALMENTE CAUSARE LESIONI INVOLONTARIE, A "CUT 1" PER INIZIARE LA FRAMMENTAZIONE DEL TESSUTO (PEELING), PER PASSARE POI ALLA POSIZIONE "CUT 2" CHE COSTITUISCE LA VERA E PROPRIA MORCELLAZIONE - E VICE VERSA. IL PARTICOLARE OTTURATORE INSIEME AL MORCELLATORE COSTITUISCONO IN SE STESSI UN SISTEMA DI CANNULA E TROCAR DA 15 MM. QUINDI IL MORCELLATORE NON NECESSITA DI ALTRI ACCESSI AL CAMPO OPERATORIO. LO STRUMENTO ERGONOMICO È LEGGERO E MANOVRABILE SIA CON LA MANO DESTRA CHE CON QUELLA SINISTRA.**
4. denominazione del produttore del materiale conosciuto: **LINA MEDICAL APS**
5. denominazione del distributore del materiale conosciuto: **CHIRURMEDICA S.R.L.**

Gli operatori economici che ritengano di produrre e/o commercializzare un materiale sanitario avente caratteristiche funzionalmente equivalenti dovranno far pervenire, entro il **19.03.21** h. 12:00, tramite PEC

(acquisizionebenieservizi.aslpe@pec.it) quanto sotto riportato:

- Ragione sociale, indirizzo e recapiti della/e Ditta/e partecipante/i;
- La denominazione dell'oggetto (Manifestazione di interesse al bando esplorativo n. **21**);
- Scheda tecnica del prodotto in lingua italiana (o tradotta);
- Codice rilasciato dal fornitore, CND di appartenenza, numero attribuito dal repertorio dei dispositivi medici;
- **Dichiarazione attestante l'equivalenza prestazionale e, cioè, che le caratteristiche del materiale sanitario ottemperino in maniera equivalente alle esigenze di natura terapeutica per le quali è richiesto detto materiale (D.lgs. 50/2016 art. 68, comma 7), esplicita e dettagliata;**
- Studi scientifici o altro materiale, a corredo della ritenuta e dichiarata equivalenza funzionale;
- Costo unitario presunto (desunto da listino);

Il Direttore U.O.C. Gestione Approvvigionamenti Beni e Servizi

Dott.ssa *Wilma Rosa*

DESCRIZIONE PRODOTTO	UNITA' DI MISURA	PREZZO UNITARIO IVA ESCLUSA (per UM)	CODICE PRODOTTO PRODUTTORE/FABBRICANTE	CND	RND	NOMINATIVO PRODUTTORE	NOMINATIVO FORNITORE
MORCELLATORE MONOUSO LINA Xcise A BATTERIA	N	€ 430,00	MOR-1515-1	Z12080285	379219	LINA MEDICAL APS	CHIRURMEDICA SRL
MORCELLATORE MONOUSO LINA Xcise A BATTERIA - CONFEZIONE INDIVISIBILE DA 6 PEZZI	CNF	€ 2.580,00	MOR-1515-1-6-I	Z12080285	379219	LINA MEDICAL APS	CHIRURMEDICA SRL